



DEZ/276/2024

Jelenia Góra, dnia 16.02.2024 r.

## DO WYKONAWCÓW

**Dot.: Dostawa suchego bloku grzewczego dla potrzeb WCSKJ-Zapytanie powtórzone  
NPU/00203/2024**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do zapytania ofertowego jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

### ZESTAW 1

1. Czy Zamawiający dopuści termin dostawy wynoszący 8 tygodni od daty podpisania umowy ? Podyktowane jest to wydłużonym terminem produkcji i czasem wysyłki od Producenta.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści termostat dwu blokowy cyfrowy, z dwoma blokami aluminiowymi w zestawie, każdy o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 75 x 95 x 50 mm, bez otworów (otwory do samodzielnego wykonania) ? Z uwagi na bardzo specyficzną średnicę fiolek i brak w ofercie naszych Producentów wymaganej średnicy, wydaje się to stanowić najlepsze rozwiązanie ?

**Odpowiedź:** Brak zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury urządzenia: od 8°C powyżej temperatury otoczenia do 130°C ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający dopuści rozmiar/wagę urządzenia (bez bloków): 235 x 280 x 115 mm 2.3kg

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający dopuści termostat blokowy cyfrowy, z wyświetlaczem LED ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

=====

**Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego, utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.**

.....  
Z up. Dyrektora WCSKJ  
Przemysław Bogdanowicz

