

Wykonawcy postępowania

ZP/81/2022

Łódź, dn. 20.06.2022 r.

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Renowację i rozbudowę histeroskopu” – ZP/81/2022.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem realizacji maksymalnie do 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę. W załączeniu zmodyfikowany SWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści oferowanie Tulei ochronnej do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży, która nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

- składania ofert z dnia 23.06.2022 do godz. 12.00 na dzień 24.06.2022 do godz. 12.00.

Dyrektor
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi