

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023. 1605 t.j.) , udziela następujących wyjaśnień:

#### ZESTAW PYTAŃ nr 1

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.  
**ODPOWIEDŹ: NIE WYMAGA, ale dopuszcza się również.**
2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?  
Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.  
**ODPOWIEDŹ: NIE WYMAGA, ale dopuszcza się również.**

Dotyczy Parametry Techniczne:

3. Dotyczy pakietu nr 1 poz 1-2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o gramaturze 55g?  
**ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się również.**
4. Dotyczy pakietu nr 1 poz 12  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w rozmiarze 60x60cm?  
**ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się również.**
5. Dotyczy pakietu nr 1 poz 21  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o szerokości 8cm?  
**ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się również.**
6. Dotyczy pakietu nr 1 poz 24  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o szerokości 22cm?  
**ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się również.**
7. Dotyczy pakietu nr 1 poz 25  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o szerokości 28cm ?  
**ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się również.**

Z poważaniem