

Kraków, 18.06.2024

DZ.271.41.706.2024

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 52  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.41.2024 – Dostawa opatrunków**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

*dotyczy Pakietu 1, poz. 11*

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie tej pozycji z pakietu - niestety ten opatrunek nie jest dostępny w sprzedaży.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie 2

*Dotyczy Pakietu 1, poz. 11*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opatrunku w rozmiarze śr. 2,5 cm z otworem o śr. 7 mm w miejsce wymaganego 3,8 cm x 3,8 cm z otworem o śr. 8,5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 3

*Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 5:*

Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 10cm x 30cm cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie 4

*Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 4, 5:*

Czy można zaoferować opatrunki stanowiące wyrób medyczny kl. IIb reguła 4?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie 5

*Dotyczy Pakiet nr 15:*

**Poz. 1** - Czy można zaoferować opaskę wykonaną z przędzy poliestrowej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 6

*Dotyczy Pakiet nr 7, poz. nr 3*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego opatrunku, utrzymującego optymalnie wilgotne środowisko w ranie, skonstruowanego z warstwy pianki poliuretanowej (wchłaniającej nadmiar wydzieliny, zatrzymując ją w swojej strukturze) oraz warstwy hydrożelu (aktywnie dostarczającego wilgoć do rany przesuszanej) w rozmiarze 10 cm x 10 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 7:

*Dotyczy Pakiet NR 7, Poz. nr 3*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczystego opatrunku hydrożelowego, utrzymującego optymalny balans wilgoci w ranie w rozmiarze 10 cm x 10 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie 8:

Dotyczy Pakiet NR 7, Poz. nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie poz. 3 z PAKIETU NR 7. Proponowane przez nas rozwiązanie pozwoli na złożenie najbardziej konkurencyjnej oferty w zakresie materiałów opatrunkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 9:

Dotyczy PAKIET NR 7, Poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z włókien alginianu wapnia i alginianu sodu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ**

Pytanie 10:

Dotyczy PAKIET NR 7, Poz. nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnego, transparentnego, samoprzylepnego oraz paroprzepuszczalnego opatrunku z folii poliuretanowej na rolce 15 cm x 10 m, sklasyfikowanego jako wyrób medyczny klasy I niesterylnej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie 11:

Dotyczy PAKIET NR 11, Poz. nr 1

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany wyrób posiadał zintegrowane z opatrunkiem dodatkowe przylepne paski mocujące?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 12:

Dotyczy PAKIET NR 17, Poz. nr 1-2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania chust otrzewnowych po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 13:

Dotyczy PAKIET NR 19, Poz. nr 1-8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowych opatrunków wyspowych pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 14:

Dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie hemostatycznego opatrunku do żył obwodowych w opakowaniu 50 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie 15:

Dotyczy Pakiet nr 10

Czy zamawiający wymaga opatrunków w klasie I s , zgodnie z regułą 4 klasyfikacji wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Informacja o wymaganej klasie wyrobów jest podana w tabeli SWZ**

Pytanie 16

Dotyczy Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o parametrach: Opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm



?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 17

Dotyczy Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o parametrach: Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-folia, I klasa sterylna rozmiar 9 cm x 7,2 cm



?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 18

*Dotyczy Pakiet 17, pozycja 1-2*

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową pakowaną w pojedyncze opakowanie papier-folia?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 19

*Dotyczy Pakiet 17, pozycja 1-2*

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową 17 nitkową?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 20

*Dotyczy Pakiet 18, pozycja 1-4*

Czy Zamawiający dopuści asortyment zarejestrowany w klasie I sterylnej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 21

*Dotyczy Pakiet 20, pozycja 2*

Czy Zamawiający dopuści plaster o szerokości 5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ**

Pytanie 22

*Dotyczy Pakiet 21, pozycja 1-7*

Czy Zamawiający dopuści kompresy posiadające fabrycznie nadrukowany znacznik sterylizacji na etykiecie głównej opakowania?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 23

*Dotyczy Pakiet 21, pozycja 3*

Czy Zamawiający dopuści kompresy o min gramaturze 1,05g?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 24

*Dotyczy Pakiet 21, pozycja 5*

Czy Zamawiający dopuści kompresy o min gramaturze 1,80g?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 25

*Dotyczy Pakiet 21, pozycja 7*

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Pytanie 26

*Dotyczy Pakiet 21, pozycja 8*

Czy Zamawiający dopuści kompresy o min gramaturze 0,75g?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 27

*Dotyczy Pakiet 21, pozycja 9*

Czy Zamawiający dopuści kompresy o min gramaturze 1,27g?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 28

*Dotyczy Pakiet 21, pozycja 10*

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100mb z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 29

*Dotyczy Pakiet nr 19 pozycja 4*

Czy zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 15cm x 10cm? pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 30

*Dotyczy Pakiet nr 19 pozycja 6*

Czy zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 20cm x 10cm? pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie31

*Dotyczy Pakiet nr 21 pozycja 1-7*

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje 1-7? Takie działanie pozwoli złożyć większą ilość ofert, co wpłynie na konkurencyjność. Brak zgody można interpretować jako łamanie zasad poprawnej konkurencyjności.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**



Pytanie 32

Dotyczy Pakiet nr 21 pozycja 1-7

Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu, oraz odstąpi od wymogu znacznika sterylizacji na opakowaniu?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 33

Dotyczy Pakiet nr 21 pozycja 1-7

Czy zamawiający dopuści kompresy bez naklejki b-TAG? ponieważ na każdym opakowaniu kompresów jest wydrukowana informacja dotycząca nazwy producenta, seria, lot, ref, data ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 34

Dotyczy Pakiet nr 21 pozycja 8 - 10

Czy zamawiający dopuści wyroby niejako sklasyfikowane w klasie I reguła 4, ponieważ zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa reguła 7, do klasy I reguła 4, prosimy o odstąpienie od wymogu klasyfikacji wyrobów klasa IIa reguła 7. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełnić wymogi zgodne z rozporządzeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ( informacja o dopuszczeniu dla w/w pozycji klasy I zgodnej z reguła 4 jest tam zawarta)**

Pytanie 35

Dotyczy Pakiet 21, poz. 1-7

Czy zamawiający dopuści kompresy bez znacznika sterylizacji?

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 36

Dotyczy pakietu Pakiet 21, poz. 1-7

Czy zamawiają czy dopuści kompresy pakowane w opakowanie bez naklejki dwudzielnej ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 37

Dotyczy pakietu Pakiet 21, poz. 1-7

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g(+/-5%); dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g(+/-5%)?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie 38

*Pakiet 21, poz. 8-9,10*

Czy zamawiający wydzieli poz.8-9,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 39

*Dotyczy Pakiet 21, poz. 10*

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę o nawoju 100 mb gazy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pytanie 40

*Dotyczy Pakiet 22, poz. 20-22*

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego jakich rozmiarów siatek wymaga do poszczególnych pozycji ,według rozmiarów przedstawionych poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym:

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**