



L.dz. 323/2022

Olsztyn, dnia 02.03.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 9/2022/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego „Kortosfera” w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie" projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 5

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 135 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

Dotyczy części 4.

Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że posiada certyfikat PN EN 14175 wystawiony przez niezależne od producenta jednostki certyfikujące lub równoważne potwierdzające zgodność dygestorium (wyciągi laboratoryjne) z normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowników. Norma PN EN 14175 składa się z wielu części. Najważniejszymi częściami tej normy wydają się cz. 2 oraz cz. 3. Część 2 to wymagania odnośnie konstrukcji dygestorium (podniesione obrzeże blatu, blokada wysokości otwarcia okna, czujnik przepływu z alarmem akustycznym i wizualnym itd.); część 3 to badanie wypływu cząstek poza obszar komory roboczej, a więc bezpieczeństwo chemiczne użytkownika – czyli tak naprawdę sprawność dygestorium (to, czemu służy urządzenie). Dla potwierdzenia braku wypływu cząstek poza obszar komory roboczej (czy też wypływu minimalnego, na poziomie dopuszczalnym przez normę) wykonuje się specjalne badania – zgodnie z założeniami 3 części normy 14175. Jeśli dygestorium przechodzi testy pomyślnie, niezależna jednostka certyfikująca wystawia dokument potwierdzający zgodność badanego dygestorium ze wspomnianą normą. PYTANIE: Czy w związku z powyższym, zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli potencjalny wykonawca przedstawi certyfikat wystawiony przez niezależne od producenta jednostki certyfikujące, potwierdzający zgodność dygestorium z 2 oraz 3 częścią normy PN EN 14175?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli wykonawca przedstawi certyfikat wystawiony przez niezależne od producenta jednostki certyfikujące, potwierdzający zgodność dygestorium z 2 oraz 3 częścią normy PN EN 14175.

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

Odpowiedzi udzielił: mgr Mikołaj Zadrozny
Sporządziła: mgr Katarzyna Sadej

UNIwersytet WArmińsko-MAzurski w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 524 51 81

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu>