



Słupsk, dnia 07.12.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”- nr postępowania 119/TP/2023

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Pytanie 1, dot. Część 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, powierzchni wewnętrznej pokrytej polimerem, rękawice o długości min. 293 mm z mankietem rolowanym bez opaski samoprzylepnej, grubość na palcu min. 0,24 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Pytanie 2, dot. Część 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic obustronnie polimeryzowanych, o długości min. 282 mm z mankietem rolowanym bez opaski samoprzylepnej, grubość na palcu min. 0,19 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N, poziom protein lateksu. Opakowanie typu papier/folia.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.


KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak