



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak	Data
SPZZOZ/ZP/54/1/21	Gryfice 2021.11.04

Sprawa dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp nr 54/21 na: **"Dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Gryficach"**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

Pytania:

załącznik nr 1

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, w zakresie załącznika 1 – na poszczególne pozycje? Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w racjonalny sposób.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

załącznik 1, poz. 7-13,22-24


Czy zamawiający wydzieli poz.7-13,22-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

załącznik 1, poz.7-13

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 13 nitkowych, 8 warstwowych :
dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,32 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,74 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,3 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.





czy zamawiający dopuści opakowania bez wskaźnika sterylizacji, opakowanie posiada nadrukowaną datę sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

załącznik 1, poz. 22-24

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 13 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,32 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,74 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,3 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach

Piotr Soltyskiński

