

Znak: ZOZ.V.010/DZP/61/21

Sucha Beskidzka dnia 07.07.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici i siatek chirurgicznych-uzupełnienie II.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Dotyczy Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający **wydzieli z w/w pakietu pozycję nr 2 i dopuści** :
siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25% z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilamentowego oraz w 75% z wchłaniającego włókna monofilamentowego z polilaktydu (PLLA) połączonych razem dzięki innowacyjnej technologii quadriaxial, czas absorpcji w ciągu 7-10 m-cy, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, w rozmiarze zgodnym z SWZ/6x11 cm/?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Dotyczy Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie **próbki niesterylnej** celem oceny jakości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek