



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
*tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342*  
*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*  
*<http://www.szpital.miechow.pl>,*  
*e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

Miechów, dnia 18 marca 2024 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawa zestawów do krioablacji żył płucnych wraz z dzierżawą urządzeń dla Szpitala św. Anny w Miechowie, **6/TP/2024**.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

**1.**

Pakiet 1. Pozycja 2. załącznik nr 2 Czy Zamawiający dopuści koszulkę sterowalną o maksymalnym kącie odgiecia powyżej 135 stopni?

**Ad. 1** Zamawiający dopuści koszulkę sterowalną o maksymalnym kącie odgiecia powyżej 135 stopni.

podpis elektroniczny