

Konin, 26.05.2021 r.

WSZ-EP-8/408/2021

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na zadanie pod nazwą: „Dostawa endoprotez stawu kolanowego i biodrowego”, nr sprawy WSZ-EP-8/2021****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycjach 1.B, 2.B, 4.B (Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy) zaoferowanie trzpienia endoprotezy o poniższej charakterystyce – przy zachowaniu pozostałych elementów systemu bez zmian:

Lp.	Opis przedmiotu	Ilość kompletów
1.	B. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień prosty, typu flat tapered wedge (klin stożkowy), wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, mocowany press-fitowo w części proksymalnej kości udowej. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st) i w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt - wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej.	6

Lp.	Opis przedmiotu	Ilość kompletów
2.	<p>B. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja ceramika/ceramika.</p> <p>Trzpień prosty, typu flat tapered wedge (klin stożkowy), wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, mocowany press-fitowo w części proksymalnej kości udowej. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st) i w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt - wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej).</p>	6

Lp.	Opis przedmiotu	Ilość kompletów
4.	<p>B. Endoproteza bezcementowa bipolarna stawu biodrowego.</p> <p>Trzpień prosty, typu flat tapered wedge (klin stożkowy), wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, mocowany press-fitowo w części proksymalnej kości udowej. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st) i w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt - wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej).</p>	30

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.