



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-260/7/2024

Łódź, dnia 17 grudnia 2024 r.

Do zainteresowanych prowadzonym postępowaniem

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa materiałów opatrunkowych i środków do dezynfekcji dla WSRM w Łodzi”.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Dot. Zad.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe na bazie pianki stanowiące kompozycje wody, żelowej substancji nawilżającej oraz olejku z drzewa herbacianego w poniższych rozmiarach:

1. 20x20 cm
2. 20x45 cm
3. 20x45 na twarz
- 4.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dot. Zad 1 poz. 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości sterylizacji rękawa opatrunkowego ze względu na jego sklasyfikowanie w klasie I?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Zad 1 poz. 27-28

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet 2- warstwowych o chłonności min. 285%?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dot. Zad 1 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
- 6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m²)
- 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm
- 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm

Adres do korespondencji:

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

4 rękawiczki nitrylowe L bezpudrowe
1 kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm
1 gruszka gumowa 60 ml

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dot. Zad 1 poz. 31

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania zestawów spełniających definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37?

Tak Zamawiający oczekuje.

Pytanie 6

Dot. Zad 1 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku z hydrofobowej siateczki tiulowej w rozmiarze 7,5 x 10 cm? pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Dot. Zad 1 poz 36-37

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opasek podtrzymujących o rozciągliwości min. 80%? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dot. Projektu umowy

§ 5, ust. 5- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w paragrafu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 6, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 9

Dot. Zad.1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. Zad, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 3 minuty?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dot. Zad. 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie aktywacji (moczenia) w wodzie ok. 5 sekund?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dot. Zad. 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dot. Zad. 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dot. Zad. 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 20x25cm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dot. Zad. 1, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dot. Zad. 1, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 10m w stanie swobodnym?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Dot. Zad. 1, poz. 20-21

Czy Zamawiający dopuści plaster z tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dot. Zad. 1, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dot. Zad. 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy nawinięty na rolkę?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dot. Zad. 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w kolorze białym?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dot. Zad. 1, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści plaster do nieinwazyjnego zamykania ran w rozmiarze 6x100mm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dot. Zad. 1, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'300 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o chłonności 600%?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dot. Zad. 1, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Dot. Zad. 1, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Dot. Zad. 1, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 serweta (owinięcie pakietu) 120x90cm
- 1 serweta dla noworodka 80x90cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 30 cm?
- 6 kompresów włókninowych 7,5x7,5cm (4 ply 30g/m2)
- 1 nożyczki tępo tępo metalowe o długości 15 cm
- 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53mm
- 4 rękawiczki bezłateksowe, bezpudrowe L
- 1 worek plastikowy na łożysko o wymiarach 40cm x 50cm
- 1 gruszka gumowa 60ml
- 2 wkładki higieniczne 34 x 9 cm
- 1 podkład chłonny 60x90 cm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Dot. Zad. 1, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 28

Dot. Zad. 1, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 29

Dot. Zad. 1, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Brzegi opatrunku ściśnione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym, do pozostawiania na obszarze rany do 7 dni?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30

Dot. Zad. 1, poz. 35

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym. Maksymalne utrzymanie opatrunku na ranie do 7 dni?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

Dot. Zad. 1, poz. 35

- Czy Zamawiający dopuści opatrunek z hydrokapilarnym wkładem chłonnym (technologia 3DFit) z cząsteczkami superabsorbentu, wodoodporny z hydrokoloidową, przylepną powłoką zewnętrzną oraz z nieprzylepną warstwą kontaktową. Opatrunek do stosowania na rany przewlekłe z dużym wysiękiem. Maksymalne utrzymanie opatrunku na ranie do 7 dni?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 32

Dot. Zad. 1, poz. 36,37

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o rozciągliwości min. 60%, zawiera nylon, wiskozę i bawełnę, bez lateksu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 33

Dot. Zad. 1, poz. 36,37

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o rozciągliwości 100-140% zawiera wiskozę, poliamid i bezlateksowy polimer, bez lateksu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

p.o. Dyrektora Naczelnego WSRM w Łodzi

Bogusław Tyka

/dokument podpisany elektronicznie/