

Konin, 13.06.2023 r.

WSZ-EP-6/662/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-6/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 1** (z racji na fakt, że opisany zestaw nie jest już produkowany) dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej i otrzewnej **metodą Seldingera** o składzie: bezpieczna **igła Veressa** ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej) i pozwalającej na wprowadzenie przewodnicy Seldingera; **przezkórny cewnik** prosty **9CH** lub **12CH** (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); **przewodnica Seldingera** pozwalająca na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika; **strzykawka** luer lock 30 ml, **worek do drenażu** 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; **skalpel**; **łącznik** do systemu drenażowego, **linia do przedłużenia** cewnika o długości 50 cm (montowana pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem); **zacisk nożyczkowy**; **mocowanie cewnika** do skóry pacjenta (do przyszycia). Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacce (blister).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla pierwotny opis zestawu oraz wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę również zestawu do punkcji i drenażu jamy opłucnej opisanego w pytaniu 2 (poniżej) – do wyboru przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 1** (z racji na fakt, że opisany zestaw nie jest już produkowany) dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej i otrzewnej o składzie: bezpieczna **igła Veressa** ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego

wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); **przezskórny cewnik** prosty **9CH** lub **12CH** (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); **strykawka** luer lock 30 ml, **worek do drenażu 2000 ml** z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; **skalpel**; **łącznik** do systemu drenażowego. Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacce (blister).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla pierwotny opis zestawu oraz wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę również zestawu do punkcji i drenażu jamy opłucnej opisanego w pytaniu 1 (powyżej) – do wyboru przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 3:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 9** w pozycjach od 2.2 do 2.5 dopuści dren o długości 42 cm; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 4:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10** w pozycji 3 dopuści prowadnicę do rurek o średnicy 8,5 – 11 mm; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 5:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10** w pozycji 5 dopuści prowadnicę do rurek o średnicy 8,5 – 11 mm; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 6:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 8 (z racji na fakt, że opisana rurka nie jest już produkowana).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla pozycję 8 w Pakiecie 10. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 7:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10** w pozycji 8 dopuści rurkę tracheostomijną bez mankieta, fenestracyjną (w rozmiarach od 6 do 10), która to rurka jest opisana w pozycji 9 niniejszego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rurkę tracheostomijną fenestracyjną (w rozmiarach od 6 do 10) w pozycji 9 Pakietu 10 oraz nie wskazuje czy rurka musi posiadać mankieta. Jednocześnie Zamawiający zwiększa ilość sztuk rurek w pozycji 9 do 200. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Sporządziła
Elżbieta Marcinkowska
Danuta Mudry-Kowalów