



Olsztyn, dn. 11 maja 2023 r.

Nr sprawy 23/2023

## Wszyscy uczestnicy postępowania

### **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych”**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. 1**

### Zestaw 1

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 14 zestawu do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z przetwornikiem wyposażonego w linię płuczącą z przesuwną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50- 60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzakałaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

### Zestaw 2

1. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. 1.1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1.1 wskazał: Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą przez Zamawiającego kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach: 1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust.1, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność lub w przypadku realizowania dostaw niezgodnie z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości w wysokości 0,2% za każdy dzień roboczy zwłoki (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 licząc od wartości brutto zamówionych a niedostarczonych w uzgodnionym terminie asortymentów, jednak nie więcej niż 10% wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1., W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,2% mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś

powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,1% wartości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

### Zestaw 3

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 25, pozycja 1) produkty przeciwzakrzepowe, które posiadają wyprofilowanie pięty i stopy oraz z wykończeniem na udzie, które stabilnie dopasowuje wyroby i utrzymuje je na kończynach, pozbawione elastycznego klina w obrębie uda? Produkty, które chcemy zaoferować dostępne są w 10 różnych rozmiarach: dla obwodów w kostce od 16 - 19cm, 19 -24,5cm, 24,5 - 29cm, 29 - 32cm, dla obwodów łydek 23 - 30cm, 30 - 38cm, 38 - 46cm, 46 - 53cm, 53 - 66cm, dla obwodów ud 39 - 74cm, 45 - 80cm, 50 -86cm, 55 -90cm oraz w dwóch zakresach długości podudzia od 64 - 80 cm i 80 - 97cm? Tak szeroki zakres rozmiarów i unikatowa technologia pozwala na dopasowanie produktów dla każdego pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 25, pozycja 1) wykonane z miękkiej, przyjaznej dla skóry i przepuszczającej powietrze dzianiny (bez dodatku lateksu), która jest rozciągliwa w dwóch płaszczyznach i w połączeniu z wyprofilowaniem kształtu nogi gwarantuje prawidłowy gradient ciśnienia, nawet w przypadku ekstremalnych obwodów kończyn?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 25, pozycja 1) aby produkty przeciwzakrzepowe posiadały anatomicznie dopasowane okienko rewizyjne u nasady palców po stronie grzbietowej stopy, które pozwala to na łatwą i szybką ocenę bezpieczeństwa? Okienka rewizyjne oznaczone kolorystycznie do łatwego dopasowania/wyboru rozmiaru.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 25, pozycja 1) produkty przeciwzakrzepowe, które są pakowane po 10 par w kartonie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 25, pozycja 1) aby produkty przeciwzakrzepowe, które posiadają inne oznaczenie rozmiarów niż w opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ – modyfikacji ulega załącznik nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo – cenowy dla zadania nr 22 Rękojeść i łyżka do laryngoskopów. (W załączeniu aktualny Załącznik nr 2 do SWZ).**