

Nasz znak: 14/zp/2023

Odpowiedź nr 11

Na zapytanie do swz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00355763/01
z dnia 2024-06-07

W dniu 10.06.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Część 11

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy, które Zamawiający obecnie stosuj; owalnych z okienkiem, powlekanych PE, z igłą mocującą lub bez do wyboru przez Zamawiającego, łyżeczki z funkcją biopsji stycznych, dł. całkowita 230cm, sterylizowane EO, pakowane pojedynczo. Op.=10szt, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. 2-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli o śr. drutu 0,40mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł jednorazowych do ostrzykiwań, o średnicy osłonki 2,4mm, dł. robocza 230cm, śr. igły 23G, dł. igły 5mm. Osłonka PTFE, odporna na załamania, zakończona atraumatycznym metalowym kołnierzem. Uchwyt z wypustkami, kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, skos igły boczny 22szt., pakowane pojedynczo, op.=10szt.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotek dwustronnych o dł. roboczej 230mm, śr. włosa 6mm i dł. włosa 20mm. Op. 100szt.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści.

Poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej klipsownicy do zakładania klipsów posiadającą funkcję wielokrotnego zamykania i otwierania klipsa; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1650mm - 2300mm; szerokość otwarcia ramion klipsów 11mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści.

PREZES ZARZADU
Iwona Andrzejczyk-Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie.