

PAKIET 2

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	Monitor bólu pacjenta
1.	Pomiar natężenia bólu za pomocą zmian przewodnictwa skóry osoby badanej.
2.	Wykonywanie pomiaru u dorosłych i dzieci, w tym u noworodków
3.	Pomiar niezakłócany przez niewydolność oddechową i niestabilność hemodynamiczną.
4.	Monitorowanie parametrów: 1) poziom bólu 2) indeks wybudzenia 3) indeks blokady nerwowej
5.	Prezentacja trendów monitorowanych parametrów przez co najmniej 6h
6.	Zasilanie akumulatorowe umożliwiające bezprzewodową pracę przez co najmniej 8 godz.
7.	Elektrody jednorazowe dla dzieci i dorosłych co najmniej 100 szt.
8.	Okres gwarancji urządzenia co najmniej 24 mies. na urządzenia medyczne i komputerowe, 12 mies. na akcesoria (kable, czujniki, mankiety) od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
II.	Urządzenie odbiorcze bezprzewodowe
9.	Wyświetlacz co najmniej 10” prezentujący parametry pacjenta: 1) poziom bólu 2) indeks wybudzenia 3) indeks blokady nerwowej
10.	Komunikacja z monitorem bólu z pkt I przez Bluetooth
11.	Stacja dokująca
12.	Zapis monitorowanych parametrów z uwzględnieniem danych identyfikacyjnych pacjenta i eksport do plików w formacie .xls lub .csv
13.	Okres gwarancji urządzenia co najmniej 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego