




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 17/24

Poznań, dnia 10.04 2024 roku

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę jałowego sprzętu medycznego dla kardiologii, chirurgii oraz kardiologii-31 pakietów.

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej :

1. W SWZ załącznik nr 1 „ Wykaz Przedmiotu zamówienia ” Pakiet nr 12 zmiana polega na wykreśleniu poz. nr 12 . Obowiązujący pakiet nr 12 w załączeniu do niniejszego pisma.

2. SWZ załącznik nr 7 „ Projekt umowy”§ 5 ust.2 zmiana polega na dopisaniu ppkt. i) zmiana zaznaczona pogrubioną czcionką.

Po zmianach:

§5 ust.2
Zmiany umowy

2.Zmiana sposobu świadczenia (Okoliczności)

a) Spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy przedmiotu umowy nie wymienionego w Umowie, w szczególności z przyczyn takich jak:

- wydania decyzji o wycofaniu danego produktu z obrotu,
- zmiany nazwy produktów leczniczych,
- zaprzestania wytwarzania produktów leczniczych/ wstrzymania produkcji,
- zmiany producenta,

Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup przedmiotu umowy zamiennego, równoważnego tj. takiego samego rodzaju, typu, o takim samym sposobie działania i przeznaczeniu jak przedmiot umowy ale np. w zamiennych opakowaniach, od innego producenta, o innej nazwie handlowej, o innym numerze katalogowym itd.), ale jego cena nie może przewyższać ceny przedmiotu umowy podstawowego, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

b) Z uwagi na wprowadzenie do obrotu przez Wykonawcę/Producenta nowego/udoskonalonego przedmiotu umowy Strony zastępują przedmiot umowy dotychczasowy i od dnia zawarcia aneksu do umowy, Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego nowy przedmiot zamówienia w cenie przedmiotu umowy podstawowego i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

c) Przesunięcia asortymentowe: polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilościowym dostaw poszczególnych pozycji asortymentowej przy jednoczesnym i odpowiednim zwiększeniu lub zmniejszeniu ilościowym dostaw pozostałych pozycji asortymentowych objętych przedmiotem umowy, przy zachowaniu następujących warunków:

1) Maksymalna wartość ilościowa przesunięć asortymentowych:

Zamawiający może domagać się zwiększenia ilościowego dostaw jednej pozycji przy jednoczesnym zmniejszeniu ilościowym dostaw innej pozycji - maksymalnie do 50 % pierwotnej ilości pozycji objętych przesunięciem).

2) Każde przesunięcie asortymentowe będzie dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do umowy.

3) Przesunięcia asortymentowe a dopuszczalne wyłącznie w zakresie pakietu (części zamówienia) na który została zawarta umowa.

4) Wszystkie przesunięcia asortymentowe nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto umowy

d) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana kontraktu realizacji świadczenia z NFZ lub następcą prawnym płatnika świadczeń) lub zmiany warunków programu lekowego w ramach którego realizowany jest przedmiot umowy (zmiana odpowiedniego obwieszczenia Ministra Zdrowia).

e) Zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

f) o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana elementów składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany,

g) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,

h) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości.

i) dopuszczalna jest zmiana terminu ważności , w przypadku skrócenia tego terminu przez producenta i braku na rynku wyrobów o wymaganym terminie ważności.

3. SWZ załącznik nr 7 „ Projekt umowy”§ 6 ust.2 zmiana polega na dopisaniu słów o brzemieniu „ roboczych” zmiana zaznaczona pogrubioną czcionką.

Po zmianach:

§ 6

Dokumenty – dopuszczenie do obrotu

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na rynku, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przedmiotu umowy i posiada wymagane prawem ważne dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu oraz może być stosowany na terytorium RP.
2. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające dopuszczenie zaoferowanych produktów do obrotu, o których mowa w ust 1, na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni **roboczych** od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na przedmiotowy dokument.
3. Zamawiający może żądać dokumentów, o których mowa w ust 1 przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca pokryje wszelkie szkody spowodowane nie dostarczeniem dokumentów, o których mowa w ust.1, a w przypadku niezrealizowania żądania Zamawiającego o którym mowa w ust 2 , w tym zapłaci karę umowną zgodnie z §11 umowy

II. Ponadto informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 14 poz.1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przewodnika hydrofilnego nitinolowego bez krzywizny Bolia i kształtowanej końcówki? Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 9

W związku z wymogiem: „Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia programatora najnowszej wersji”, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie dodatkowej umowy nieodpłatnego przekazaniem programatora, w której znajdują się zapisy związane z przepisami ochrony danych pacjenta (Rodo)? Podpisanie wymienionej umowy jest wymagane przed dostarczeniem przez Firmę najnowszej wersji programatora. Draft dokumentu w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Umowa w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 12 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 12 wykazu przedmiotu zamówienia stentów naczyniowych rozprężanych balonowa o dostępnych długościach 12, 20, 30, 40 i 60mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 12 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu 12 wykazu przedmiotu zamówienia koszulek diagnostycznych wprowadzających akceptujących przewodnik 0.035” lub 0.038” (w zależności od średnicy). Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 12 poz.8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 8 pakietu 12 wykazu przedmiotu zamówienia koszulek interwencyjnych D’Vill o dostępnych średnicach 12 i 14F. Pozostałe parametry zgodnie z swz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 12 poz.9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 9 pakietu 12 wykazu przedmiotu zamówienia cewników diagnostycznych w rozmiarze 5F, długości 65-100cm, duża różnorodność kształtów w tym : MPA, C1,2,3; H1, RC1,2 RIM. Dodatkowo dostępne cewniki w rozmiarze 7F długości 100cm o kształcie końcówki MPA

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 12 poz. 12

Z uwagi na wycofanie produktu z oferty prosimy o wykreślenie pozycji 12 z pakietu 12.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 12 poz. 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 30 pakietu 12 wykazu przedmiotu zamówienia cewników nylonowych z powłoką hydrofilną o dostępnych długościach: 55 lub 75cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 12 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pakietu 12 wykazu przedmiotu zamówienia zestawu do drenażu z igłą 18g o długości 15cm, i cewnikiem z 9 otworami bocznymi długości 41cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści watki chirurgiczne w poniższych rozmiarach:

Dla poz. 1 – 12x12mm

Dla poz. 2 – 12x25mm

Dla poz. 3 – 12x40mm

Dla poz. 4 – 20x20mm

Dla poz. 5 – 12x50mm

Dla poz. 6 – 25x75mm

Dla poz. 7 – 70x70mm

Dla poz. 8 – 12x75mm

Dla poz. 9 – 25x25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 dot. wadium

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Czy przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

TAK .

Pytanie nr 13 dot. wzoru umowy § 2 ust. 6 , rozdział VI punkt 2 umowy, punkt 3 lit. b formularza ofertowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów dostaw:

a)w trybie „na ratunek życia” z 24 do 48 godzin,

b)pozostałych z 3 do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 wzoru umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez skróceniu terminu ważności wyrobów, w przypadku skrócenia tego terminu przez producenta i braku na rynku wyrobów o zaoferowanym terminie ważności?

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzona zmiana ja na wstępie pisma część I pkt.2

Pytanie nr 15 wzoru umowy § 5 ust. 3 lit a)

Czy Zamawiający wyraz i zgodę, by w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zmiana cen brutto następowała automatycznie od dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 dot. wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by 3-dniowy termin na dostarczenie dokumentów był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzona zmiana ja na wstępie pisma część I pkt.3

Pytanie nr 17 dot. wzoru umowy § 7 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by również termin rękojmi za wady był równy terminowi ważności wyrobów (nie dłuższy jednak niż 24 miesiące)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 18 dot. wzoru umowy § 7 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin na wymianę kwestionowanych wyrobów był liczony od uznania reklamacji przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 19 dot. wzoru umowy § 7 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji jakościowej, które wymaga udziału producenta wyrobu, do 14 dni roboczych?

Na uzasadnienie proponowanej zmiany wyjaśniamy, że rozpatrzenie reklamacji jakościowej i ustalenie, czy jest ona uzasadniona, w wielu wypadkach wymaga zbadania wadliwego produktu z udziałem producenta, który dysponuje stosowną wiedzą i sprzętem. W takich sytuacjach rozpatrzenie reklamacji jakościowej w ciągu 2 dni roboczych nie jest możliwe

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 20 dot. wzoru umowy § 7 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by załatwienie reklamacji mogło polegać alternatywnie na wymianie wadliwego towaru lub skorygowaniu faktury VAT i zwrocie ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe wyroby?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 21 dot. wzoru umowy § 10 ust.1 lit. e)

Wnosimy o zmianę tego postanowienia w taki sposób, by katalog przypadków nienależytego wykonania umowy uprawniających do naliczenia kary umownej był zamknięty (a nie przykładowy).

Zwracamy uwagę, że Prokuratoria Generalna zaleca, by postanowienie zastrzegające karę umowną precyzyjnie określało zobowiązanie lub konkretny obowiązek dłużnika, którego naruszenia kara dotyczy (punkt III tire drugie Rekomendacji, str. 21 oraz punkt III.6 str. 32-33 Rekomendacji). Precyzyjne określenie przesłanek naliczenia kary umownej pozwala wykonawcom na oszacowanie ryzyk kontraktowych i ich uwzględnienie w wycenie

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Katalog naruszeń nie ma charakteru otwartego

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 29 poz.3

Czy Zamawiający zaakceptuje dla poz. 3 Pakietu nr 29 zaoferowanie roztworu antykoagulantu ACDA 500 ml (pakowany po 18 szt.) lub 750 ml (pakowany po 12 szt.) z bezpiecznym łącznikiem w zamian za adapter 11221. Rozwiązanie to jest bardziej korzystne dla Zamawiającego, ponieważ koszt adaptera jest porównywalny z pojemnikiem ACD-A. Przy zastosowaniu adaptera Zamawiający oczywiście musi dodatkowo zakupić roztwór ACD-A, co podwyższa koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

UWAGA :

1. Zmiana Terminu składania , otwarcia i związania ofertą.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.

CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump do dnia **22.04.2024 r. godz. 7:30**

zmienia się na:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump do dnia **30.04.2024 r. godz. 7:30**

Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:

Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 22.04.2024 r.** o godzinie 08:00., na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

zmienia się na:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 30.04.2024 r.** o godzinie 08:00., na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Część VII Rozdział I pkt SWZ o treści:

Rozdział I : Wniesienie wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 22.04.2024r. godz. 07.30 i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą**, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2

zmienia się na:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed upływem terminu składania ofert, tj. **do 30.04.2024r. godz. 07.30 i utrzymania wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą**, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2

Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Rozdział I - Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.07 2024r. (nie dłużej niż 90 dni).

zmienia się na:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania **ofert do dnia 28.07 2024r.** (nie dłużej niż 90 dni).

Stosownie do treści art. 90 ust 1 ustawy Zamawiający udostępnia publikacje ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji, terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

W załączeniu:
-obowiązujący Pakiet nr 12
- umowa użyczenia sprzętu dot. Pakietu nr 9

.....
Dyrektor Szpitala

opracowała: Beata Zoellner

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.



PACIENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

