



Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, Aleja Warszawska 30
tel. 89 524-53-80
Regon 280314632, NIP 739-369-67-39, KRS 0000309907

Nr sprawy 44/2024

Olsztyn, dn. 3 września 2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest naprawa aparatu Toshiba Aquilion Prime TSX-303A/BK SN:BKB1572188.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o informację czy w rozdziale III SWZ nie doszło do omyłki podczas podawania nazwy aparatu oraz nazwy lampy RTG.

Zamawiający w każdym innym miejscu dokumentacji niż powyższe wskazuje na inny aparat – Toshiba Aquilion Prime TSX-303A/BK SN:BKB1572188.

W stosownym wypadku prosimy o korektę niniejszej omyłki.

Odpowiedź:

Tak nastąpiła omyłka pisarska w nazwie urządzenia. Nazwa została poprawiona na właściwą aparat Toshiba Aquilion Prime TSX-303A/BK SN:BKB1572188.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wraz z dostawą i wymianą lampy RTG w tomografii Zamawiający wymagać będzie także dostawy i wymiany wymiennika ciepła oraz kabla HV?

Odpowiedź:

Tak.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings