

Kraków,

27.11 .2024

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 12/614-25-34  
e- mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.114. 1276 .2024

dotyczy: **DZ.271.114.2024 – Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

### **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 6 podłoży na płytkach z pozycji 13–28 oraz 34–39 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

> Zapisy w obecnym kształcie mogą prowadzić do faworyzowania jednego oferenta, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, określoną w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obecny sposób ujęcia tych pozycji w jednym pakiecie znacząco ogranicza możliwość złożenia ofert przez potencjalnych wykonawców, którzy mogliby realizować tylko część zamówienia. W efekcie Zamawiający nie ma możliwości porównania cen produktów różnych producentów, które spełniają wszystkie wymagania, co w praktyce uniemożliwia wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

> Dodatkowo, brak konkurencji w tym zakresie sprzyja potencjalnemu nieuczciwemu zawyżaniu cen przez jednego oferenta, co w dłuższej perspektywie prowadzi do nieefektywnego wydatkowania środków publicznych. Wskazane pozycje dotyczą podłoży, które mogą być produkowane przez różnych dostawców, a ich sztuczne połączenie w jeden pakiet blokuje dostęp innych produktów spełniających wymagania.

> Rozdzielenie wspomnianych pozycji pozwoli na bardziej przejrzystą i konkurencyjną procedurę zamówieniową, zgodną z celem ustawy pzp, jakim jest efektywne zarządzanie środkami publicznymi oraz zapewnienie szerokiego dostępu do zamówień publicznych. Prosimy o uwzględnienie tej kwestii w dalszych działaniach.

### **Odpowiedź na pytanie:**

Zgodnie z SWZ. Kompatybilność podłoży chromogennych z testami do identyfikacji i lekowrażliwości aparatu poświadczona certyfikatami producenta umożliwia zapewnienie ciągłości wykonania procedury diagnostycznej bez konieczności specjalnego walidowania. Kolonie bakterii rosnące na podłożach chromogennych mają różne zabarwienie. Może mieć to wpływ na odczyt identyfikacji metodą kolorymetryczną stosowaną w danym systemie. Dodatkowo podłoża w swym składzie zawierają różne substancje, które mogą interferować z odczytem testów do identyfikacji i lekowrażliwości. Producent przeprowadza walidację na cały asortyment, co umożliwia wykonanie testów identyfikacji i lekowrażliwości w systemie bezpośrednio z kolonii wyhodowanych na podłożach chromogennych. Dokumenty potwierdzające kompatybilność, które są przedstawione przez producenta podłoży, przerzucają na niego odpowiedzialność za uzyskane wyniki w danym systemie i tym samym ograniczają koszty laboratorium. Tym samym cały zestaw stanowi całość procesu diagnostycznego, bez wprowadzania innych produktów, a tym samym ułatwia spełnienie wymogów akredytacyjnych i ogranicza konieczność prowadzenia własnej walidacji w danym laboratorium.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:**

Termin składania ofert: 17.12.2024 godz: 09:00

Termin otwarcia ofert: 17.12.2024 godz: 09:30

Zatwierdził:

lek. Grzegorz Fitas – Dyrektor Szpitala