

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ODCZYNNIKÓW 2. Nr sprawy : ZP-21-005UN

Działając zgodnie z art.137 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 października 2019 r. z późn. zm.), Zamawiający koryguje treść SWZ w następującym zakresie:

1. **Załącznik nr 3** Formularz asortymentowo-cenowy Odczynniki – Pakiet Nr 3a,
I ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA **pkt 12. Troponiny I ultraczułej**
Było: 850 testów
Po korekcie jest: 8500 testów

2. **Załącznik nr 4** Formularz asortymentowo-cenowy Dzierżawa analizatora hematologicznego typu CBC+WBC+5DIFF+RET 2 szt - PAKIET Nr 4b
Lp. 2 – parametry dotyczące krwinek czerwonych
Było: Wskaźnik dojrzałości retikulocytów o 3 stopniach dojrzałości (HFR, MFR, LFR)
Po korekcie jest: Wskaźnik dojrzałości retikulocytów IRF% oraz procentowy udział retikulocytów o 3 stopniach dojrzałości (HFR, MFR, LFR)

3. **Załącznik nr 4** Formularz asortymentowo-cenowy Dzierżawa analizatora hematologicznego typu CBC+WBC+5DIFF - PAKIET Nr 4c
Lp. 5 – Minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów
Było: RBC – do $8,6 \times 10^6/\mu\text{l}$ HGB – do 26g/dl
Po korekcie jest: RBC – do $8 \times 10^6/\mu\text{l}$ HGB – do 25g/dl

4. **Załącznik nr 1** formularz asortymentowo - cenowy odczynniki - PAKIET Nr 1A
Lp. 32 – Klon
Było: CLB/FcG
Po korekcie jest: CLB/FcG ran1

Powyższe zmiany są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.