

18/UCMMiT/PN/2019

Gdynia, 10.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: **Sukcesywne dostawy podstawowych wyrobów medycznych przez 24 miesiące - nr postępowania: 18/UCMMiT/PN/AW/2019, Część/pakiet nr 42, 45.**

- I. Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
- 1) w Części/pakiecie nr 42 i 45, dokonano wyboru oferty **Wykonawcy: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48,35, 02-546 Warszawa**
Cena oferty złożona na część 42) wynosi 54.917,06 złotych brutto
Cena oferty złożona na część 45) wynosi 21.684,15 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył na niniejszą część ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z kryterium oceny, które określono w treści SIWZ oraz spełnił wszystkie warunki i wymagania postawione przez Zamawiającego (liczba przyznanych punktów w kryterium: Cena brutto wykonania zamówienia – 90,00 pkt; Termin dostawy – 10,00 pkt; Łącznie oferta otrzymała – 100,00 pkt).

- II. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że odrzucono:
- w części/pakiecie 42 ofertę Wykonawcy : **Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.**
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia opisu wyrobu potwierdzającego, że oferowany wyrób posiada wszystkie cechy jakich wymaga od oferowanego wyrobu w SIWZ Zamawiający. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do poz. 13 nadal nie dostarczył opisu ani numeru katalogowego proponowanego produktu. Podstawa prawna: art 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
 - w części/pakiecie 42 Wykonawcy **Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice.**
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia opisu wyrobu potwierdzającego, że oferowany wyrób posiada wszystkie cechy jakich wymaga od oferowanego wyrobu w SIWZ Zamawiający. Do poz 5 brak potwierdzenia, że rurki są silikonowane o zwiększonym poślizgu i brak informacji o tym , że zaworek nie zawiera latexu oraz do poz. 9 brak potwierdzenia szerokości łyżek 24-25mn i długości od końca części akrylowej do końca łyżki 28-29mn .Podstawa prawna: art 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp..

Punktacja przyznana ofertom:

Części/pakiecie nr 42

Nr oferty	Nazwa (firma)	Liczba punktów w kryterium „cena”	Liczba punktów w kryterium „termin dostawy”	Łączna punktacja
12	Bialmed	90,00	10	100,00
40	Zarys	Oferta odrzucona	x	x

Części/pakiecie nr 45

Nr oferty	Nazwa (firma)	Liczba punktów w kryterium „cena”	Liczba punktów w kryterium „termin dostawy”	Łączna punktacja
12	Bialmed	90,00	10	100,00
5	Sinmed	Oferta odrzucona	x	x

.....
podpis Kierownika Zamawiającego



p.o. Dyrektora Szpitala
prof. dr hab. n. med. Marcin Renke

