

Postępowanie: Dostawa materiałów medycznych, plecaków medycznych oraz apteczek osobistych **ID 646683**

Historia korespondencji z wykonawcą:

BOXMET MEDICAL Sp. z o.o. - przetargi1@boxmet.com.pl - Roksana Grabowiecka-Strużyńska

przetargi1@boxmet.com.pl

Data wysłania wiadomości: 2022-08-04 14:55:37

Dzień dobry, W załączeniu przesyłam pytania do postępowania. Pozdrawiam, Paulina Kirkiewicz-Kołodziejek

Pliki dołączone do wiadomości: pytania.pdf Foxseal-Vented-Technical-Data-Sheet-V.2_PL.pdf

j.generowicz@sop.gov.pl

Data wysłania wiadomości: 2022-08-04 15:21:06

Data odczytania wiadomości: 2022-08-05 07:30:18

Status: Wiadomość przyjęta

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie rodzaju materiału, z którego wykonany jest plecak oraz jakie są dokładne wymiary plecaka? Po otrzymaniu uzupełnienia, udzielimy odpowiedzi na zadane pytania.

przetargi1@boxmet.com.pl

Data wysłania wiadomości: 2022-08-05 11:25:33

Czy Zamawiający w części II w pozycji nr 7 przyklepic bez opatrunku w rozmiarze 2,5cmx5m? Plaster z opatrunkiem w podanym przez Państwa rozmiarze nie istnieje. Czy Zamawiający w części II w pozycji nr 9 opaskę dzianą w rozmiarze 10cmx4m? Opaska dziana w podanym przez Państwa rozmiarze nie istnieje. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania noża ratowniczego wykonanego ze stali nierdzewnej 420 z długością całkowitą do 220mm?

przetargi1@boxmet.com.pl

Data wysłania wiadomości: 2022-08-05 11:54:41

Dzień dobry, W załączeniu przesyłam WTT dla PRS. Pozdrawiam, Paulina Kirkiewicz-Kołodziejek

Pliki dołączone do wiadomości: zal. 4c-PRS pantera lesna WTT 2014.pdf

j.generowicz@sop.gov.pl

Data wysłania wiadomości: 2022-08-05 12:26:24

Data odczytania wiadomości: 2022-08-05 14:44:32

Status: Wiadomość przyjęta

Dzień dobry, w nawiązaniu do zadanych przez Państwa pytań informuję, że: 1. Jeżeli plecak ma minimalne wymiary: 50x35x20 cm, maksymalne: 55x40x25 cm, dopuszczymy wskazany przez Państwa w zapytaniu asortyment. 2. Dopuszczone zostaną opatrunki wentylowe typu ACS lub lepsze 3. Informacja o zmianie nazwy asortymentu na poz. 7 oraz 9 zostanie umieszczona na platformie (asortyment zgodny z Państwa zapytaniem) 4. Zamawiający dopuści długość całkowitą noża ratowniczego do 220 mm.

j.generowicz@sop.gov.pl

Data wysłania wiadomości: 2022-08-05 12:30:31

Data odczytania wiadomości: 2022-08-05 14:44:32

Status: Wiadomość przyjęta

Dzień dobry, w nawiązaniu do zadanych przez Państwa pytań informuję, że: 1. Jeżeli plecak ma minimalne wymiary: 50x35x20 cm, maksymalne: 55x40x25 cm, dopuszczymy wskazany przez Państwa w zapytaniu asortyment. 2. Dopuszczone zostaną opatrunki wentylowe typu ACS lub lepsze 3. Informacja o zmianie nazwy asortymentu na poz. 7 oraz 9 zostanie umieszczona na platformie (asortyment zgodny z Państwa zapytaniem) 4. Zamawiający dopuści długość całkowitą noża ratowniczego do 220 mm.

przetargi1@boxmet.com.pl

Data wysłania wiadomości: 2022-08-05 14:18:02

W związku z udzielonymi odpowiedziami wnoszę do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.08.2022r, pozwoli to na rzetelne przygotowanie oferty.

j.generowicz@sop.gov.pl

Data wysłania wiadomości: 2022-08-05 15:01:54

Data odczytania wiadomości: 2022-08-05 15:14:01

Status: Wiadomość przyjęta

Termin składania ofert został wydłużony do 10.08.2022 r.
