



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa aparatu RTG typ Q-Rad, sn: 16R-0263, rok prod. 2016, prod. Quantum Medical Imaging (TN 802/1712), polegająca na wymianie Lampy RTG oraz naprawie transformatora (raport serwisowy nr 2022/02/15/MS/01. Lampa fabrycznie nowa, nierekondycjonowana, niepowystawowa, rok produkcji 2022. W ramach usługi należy wykonać: demontaż niesprawnej lampy RTG, montaż dostarczonej lampy RTG, naprawa transformatora, uruchomienie aparatu, wykonanie pełnej procedury kalibracyjnej określonej specyfikacją producenta aparatu.

Wykonanie niezbędnych testów zgodnie z obowiązującymi przepisami (testy akceptacyjne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zamawiający wymaga lampy oryginalnej.

Zamawiający wymaga 12 miesięcy na lampę RTG oraz 12 miesięcy na usługę rozumianą jako: demontaż niesprawnej lampy RTG, montaż dostarczonej lampy RTG, naprawę transformatora, uruchomienie aparatu, wykonanie pełnej procedury kalibracyjnej określonej specyfikacją producenta aparatu i ponaprawczych testów akceptacyjnych - liczonych od podpisania protokołu odbiorczego.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.