

Bielsko-Biała dn. 12.06.2024r.

DZP.271.27.2024 - 6

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań koagulologicznych, immunochemicznych oraz analizy ogólnej moczu wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej (znak sprawy: DZP.271.27.2024)

Zamawiający informuje, że wpłynęło niżej wymienione zapytanie do SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE

W związku z wątpliwościami dotyczący SWZ, zwracamy się z prośbą udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania: dotyczy zadania nr 2:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w treści §5 ust. 3 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 1790). Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem przepisy art. 8 przywołanej ustawy stosuje się odpowiednio, co oznacza, że Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie na podstawie ww. ustawy, a nie odsetek za zwłokę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.”

2. Proszę o zmianę §7 ust. 4 lit. b. projektu umowy poprzez zastąpienie fragmentu: „a w tym między innymi”, fragmentem: „polegającego na:”. Należy wskazać, że rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne (która w jeszcze większym stopniu niż inne umowy gospodarcze cechuje się stabilnością i powinna być wykonana do końca) należy traktować jako wyjątek, a wszelkie okoliczności stanowiące podstawę rozwiązania umowy przez Zamawiającego powinny być skonkretyzowane i wyliczone w projekcie umowy w katalogu zamkniętym, tymczasem ww. postanowienie wzoru umowy dopuszcza rozwiązanie umowy w każdym czasie także w przypadkach innych niż wymienione w §7 ust. 4 lit. b. wzoru umowy ze względu na to, że zwrot „a w tym między innymi” wprowadza otwarty katalog przesłanek rozwiązania umowy.

3. Proszę o zmianę §7 ust. 4 lit. b. projektu umowy poprzez zastąpienie przesłanki rozwiązania umowy: „brak terminowej reakcji Wykonawcy na reklamacje Zamawiającego” na „zwłoka Wykonawcy w reakcji na reklamacje Zamawiającego”. Należy wskazać, że powyższa podstawa do rozwiązania umowy przewiduje de facto odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie, czyli upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy nawet w

przypadku niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w reakcji na reklamację, co stanowi niedozwolone postanowienie umowne w świetle art. 433 ustawy pzp.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 i 3:

Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 4 lit. b wzoru umowy na następujący:

“innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, polegającego na:

- dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową;
- brak terminowej reakcji Wykonawcy na reklamacje Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- niezasadne naliczenie ceny za przedmiot dostawy.
- brak terminowej reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii analizatora przez Zamawiającego”

4. W związku z postanowieniem rozdziału IV pkt 4 SWZ, zwracam się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia asortymentu w opakowaniach spełniających wymagania określone w SWZ, na których będzie umieszczone oznakowanie lub opis w języku angielskim, zawierający wymagane dane. Podkreślamy, że etykieta w języku angielskim zawiera wyraźnie oznaczone najważniejsze informacje (w tym piktogramy), których nie sposób źle zinterpretować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie asortymentu w opakowaniach spełniających wymagania SWZ, na których będzie umieszczone oznakowanie w języku angielskim, zawierające wymagane dane i wyraźnie oznaczone najważniejsze informacje także w formie piktogramów.

5. Proszę o potwierdzenie, że termin naprawy urządzenia (§9 ust. 6 i 9 projektu umowy) jest liczony w dniach roboczych, tak jak termin na podjęcie naprawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin naprawy urządzenia w obydwu przypadkach dotyczy naprawy w dni robocze.

6. Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr określony w pkt 4 Zestawienia parametrów dodatkowych – ocenianych, znajdujących się w załączniku nr 6 (zadanie nr 2), jeżeli oferowane urządzenie umożliwi dostawianie odczynników na pokład analizatora immunologicznego bez konieczności uprzedniego wyłączenia, po zakończonej partii badań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający uzna za spełniony parametr określony w punkcie 4 Zestawienia parametrów dodatkowych – ocenianych, znajdujący się w załączniku nr 6 dla zadania nr 2, jeżeli oferowane urządzenie umożliwi dostawianie odczynników na pokład analizatora immunologicznego bez konieczności uprzedniego wyłączenia, po zakończonej partii badań.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. Grzegorz Kubica



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl

