



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 200/04/2021

Chrzanów, 12.04.2021 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do sprawy na „Dostawa rękawiczek diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na okres 6 m-cy- sprawa nr 32/2021.**

**1.** Prosimy o dopuszczenie w zakresie **pakietu 2 poz. 1** rękawic:

- chlorowanych w miejsce wewnętrznej powierzchni polimeryzowanej - chlorowanie przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic reszkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, zapobiega sklejeniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są gładkie, czystsze i wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, gdy zmniejszona jest ilość procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji reszkowych;

- z poziomem AQL=1,5 - jest to parametr, który zgodnie z normą europejską EN 455 daje gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować produktu, który spełnia wymagania norm europejskich;

pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Nie dopuszczamy, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie  
mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892