



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Realizacja projektu pn. „**Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II**”

Włocławek, dnia 15.11.2023 r.

Sygnatura DZP/103/2023.

Wszyscy uczestnicy postępowania

pn. „**Dostawa materacy przeciwodleżynowych**” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

na realizację dostaw o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 zł netto.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że złożono następujące zapytanie do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.

Pytanie nr 1

Dot. Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści materac dla pacjentów o wadze max. 200kg, wytrzymałość mechaniczna 200kg?

Odpowiedź. : Tak dopuści.

Pytanie nr 2

Dot. Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści materac dwusekcyjny (3 komory sekcji głowy wypełnione powietrzem na stałe, 15 komór zmiennociśnieniowych) zbudowany z 18 komór, komory powietrzne o wysokości 12,5cm, dodatkowo zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy o grubości 6cm?

Odpowiedź. : Tak dopuści

Pytanie nr 3

Dot. Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści materac w którym 3 komory sekcji głowy wypełnione są powietrzem na stałe, pełnią funkcję stabilnego zagłówka?

Odpowiedź. : Tak dopuści

Pytanie nr 4

Dot. Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w zawór CPR w postaci dwóch zrywów na przewodach powietrznych? Zrywki oznaczone w charakterystyczny sposób napisem CPR.

Odpowiedź. : Tak dopuści

Pytanie nr 5

Dot. Pkt. 7 i 9 Czy Zamawiający dopuści materac kładziony bezpośrednio na ramę leża, mocowany pasami do segmentów leża, nie wymagający dodatkowego podkładu w formie

standardowego materaca piankowego zatem nie posiada systemu do mocowania na zwykłych materacach?

Odpowiedź. : Tak dopuści

Pytanie nr 5

Dot. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści pompę o głośności max. 30dB, wyświetlacz-sterowanie manualne dotykowe, czas cyklu 11minut?

Odpowiedź. : Tak dopuści

Pytanie nr 5

Dot. Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści osłonę materaca z możliwością prania w temp. Max 60 stopni, osłona bez możliwości prasowania?

Odpowiedź. : Tak dopuści

Pytanie nr 5

Dot. Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarze 200x86cm?

Odpowiedź. : Tak dopuści

*Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka
(oryginalny podpis w aktach dokumentacji)*