

DZ.271.20. 259 .2023

Kraków 13.03.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 34

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: DZ.271.20.2023 – Dostawa materiałów eksploatacyjno - montażowych instalacji wodnych, ciepłych, gazu ziemnego, gazów medycznych i technicznych oraz dostawa dozowników i akcesoriów do gazów medycznych.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pakiet 2 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilzacza o temperaturze sterylizacji 121° C.

[Zamawiający dopuszcza nawilzacz o temperaturze sterylizacji 121° C.](#)

Pakiet 2 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilzacza o temperaturze sterylizacji 121° C.

[Zamawiający dopuszcza nawilzacz o temperaturze sterylizacji 121° C.](#)

Pakiet 2 – termin dostawy

W związku z tym, iż Zamawiający ma prawo do zmiany ilości poszczególnych towarów w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i ceny maksymalnej, zabezpieczenie stanów magazynowych i dostawa w tak krótkim terminie jak 3-7 dni mogą okazać się problematyczne. W związku z

powyższym prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 21 dni od momentu złożenia zamówienia.

[Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu dostawy](#)

Umowa § 4 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w razie nieterminowej realizacji umowy lub jej części do wysokości 0,1% ceny wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od daty umownego terminu realizacji dostawy, określonego w § 1 ust. 3.

[Nie wyrażamy zgody na zmianę wysokości kary umownej](#)

Umowa § 4 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy, do wysokości 0,1 % wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe wyroby, za każdy dzień zwłoki.

[Nie wyrażamy zgody na zmianę wysokości kary umownej](#)

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 2 pozycji 4 reduktor butlowy tlenu medycznego o ciśnieniu wejściowym do 300 bar? Proponowane reduktory są obecnie dostarczane do Państwa Szpitala na podstawie wcześniejszych umów przetargowych.

[Zamawiający dopuszcza reduktor butlowy tlenu medycznego o ciśnieniu wejściowym do 300 bar.](#)

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 2 pozycji 5 wielorazową butelkę nawilżacza z pokrywką i wyjściem złączki węża wykonanych z polipropylenu, nakrętkę wlotową wykonaną z mosiądzu chromowanego oraz dyfuzor wykonany z polietylenu. Proponowane butelki nawilżacza są obecnie dostarczane do Państwa Szpitala na podstawie wcześniejszych umów przetargowych. Poniżej przedstawiamy zdjęcie nakrętki proponowanej butelki nawilżacza.



Zamawiający dopuszcza wielorazową butelkę nawilżacza z pokrywką i wyjściem złączki węża wykonanych z polipropylenu, nakrętkę wlotową wykonaną z mosiądzu chromowanego oraz dyfuzor wykonany z polietylenu

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 2 pozycji 8 pojemnik bezpieczeństwa ze złączkami do węża wykonanych z mosiądzu chromowanego? Proponowane pojemniki bezpieczeństwa są obecnie dostarczane do Państwa Szpitala na podstawie wcześniejszych umów przetargowych.

Zamawiający dopuszcza pojemnik bezpieczeństwa ze złączkami do węża wykonanych z mosiądzu chromowanego

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 2 pozycji 8 pojemnik bezpieczeństwa nie zarejestrowany jako wyrób medyczny, nie posiadających znaku CE i deklaracji zgodności oraz o stawce VAT w wysokości 23%. Proponowane pojemniki bezpieczeństwa są obecnie dostarczane do Państwa Szpitala na podstawie wcześniejszych umów przetargowych.

Zamawiający dopuszcza pojemnik bezpieczeństwa nie zarejestrowany jako wyrób medyczny o stawce VAT w wysokości 23%, posiadający deklarację zgodności

producenta.

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 2 pozycji 20 butelkę nawilżacza o pojemności 200 ml?

[Zamawiający dopuszcza butelkę nawilżacza o pojemności 200 ml.](#)

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 2 pozycji 20 butelkę nawilżacza o pojemności 210 ml?

[Zamawiający dopuszcza butelkę nawilżacza o pojemności 210 ml](#)

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 2 pozycji 22, 23, 24 adapter/ nypel nie zarejestrowany jako wyrób medyczny, nie posiadających znaku CE i deklaracji zgodności oraz o stawce VAT w wysokości 23%. Proponowane adaptory/ nypel są obecnie dostarczane do Państwa Szpitala na podstawie wcześniejszych umów przetargowych.

[Zamawiający dopuszcza adapter/ nypel nie zarejestrowany jako wyrób medyczny, o stawce VAT w wysokości 23%, posiadający deklarację zgodności producenta.](#)

Zatwierdził:

mgr inż. Adrian Żak – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych