



Znak: AE/ZP-27-09/21

Tarnów, 2021-05-25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy: fartuchów chirurgicznych i ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 1 gramaturę pola krytycznego 120 g/m²? Oferowana tkanina na pole krytyczne posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie cieczy na poziomie powyżej 90 cm słupa wody, a dzięki niższej gramaturze jest bardziej komfortowa w użytkowaniu.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający wymaga aby odzież i fartuchy były w pełni zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie parametrów jak poniżej:
 - pylenie,
 - czystość mikrobiologiczna,
 - wytrzymałości na wypychanie na sucho,
 - wytrzymałość na rozciąganie na sucho,
 - odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho,oraz dodatkowo dla fartuchów:
 - odporność na przenikanie cieczy,
 - wytrzymałości na wypychanie na mokro
 - wytrzymałość na rozciąganie na mokro,
 - odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:


Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartucha chirurgicznego wielokrotnego użytku wykonanego w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 120g/m².

Ad 2 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów chirurgicznych wielokrotnego użycia, a w **poz. 2** ubrań operacyjnych wielokrotnego użycia spełniających wymagania SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Z up. DYREKTORA


mgr piel. Małgorzata Bawół
Zastępca Dyrektora

