

Łódź, dnia 08.12.2022 r.

Wykonawcy postępowania

Sygnatura: ZP/129/2022

Sprawa: Dostawa Inkubatora CO2 dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Działając w oparciu art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 1

Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 27: - Czy Zamawiający zgodzi się na inkubator o poziomie hałasu na poziomie równym 25 dB ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza – dotyczy pkt.43 załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy par. 5 wzoru umowy tj. „Czynności odbiorowe”: - Czy Zamawiający zaakceptuje instrukcję towaru w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy par. 9 wzoru umowy tj. „Gwarancja”, punkt 3: - Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych części spoza granic RP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, w przypadku uzasadnienia , że części będą sprowadzane spoza granic RP.

Pytanie 4

Dotyczy treść SWZ pkt. 5.3 podpunkt 4 Określenie warunków udziału w postępowaniu: Czy Zamawiający zaakceptuje wykazanie dostawy inkubatora w kwocie co najmniej 45.000 zł brutto, ale odnoszącego się do urządzenia niebędącego urządzeniem klasy medycznej? Inkubatory CO2 są urządzeniami do prac naukowych i nie posiadają certyfikacji urządzenia klasy medycznej, a więc do zastosowań w diagnostyce in vitro?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z-ca DYREKTORA

Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych

mgr inż. Janusz Kokoszko