

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY**

ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 03.08.2023 r.
Postępowanie nr **37 Z TP 23**

E.ZP.261.30.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu USG do wkluc obwodowych oraz sprzętu medycznego.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 2, 3, 4 i 5 (załącznik od 1-2, 1-3, 1-4 i 1-5 do SWZ). Obowiązujące wzory Opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu 2, 3, 4 i 5 – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji z dnia 03.08.2023 r. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 1

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia
PAKIET 2 Pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z prezentacją na wyświetlaczu 3, 6, 12 przebiegów EKG

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z prezentacją na wyświetlaczu 3, 6, 12 przebiegów EKG.

Pytanie 2

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia
PAKIET 2 Pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z rodzajem badań Auto i Manual?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z rodzajem badań Auto i Manual.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 3

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 6.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z podglądem do 5 minut 12 odprowadzeń z możliwością ustawienia 10 sekund zapisu spoczynkowego EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z podglądem do 5 minut 12 odprowadzeń z możliwością ustawienia 10 sekund zapisu spoczynkowego EKG.

Pytanie 4

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 9.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez funkcji opisanej w punkcie 9?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcji opisanej w punkcie 9: *Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL*. Zamawiający informuje, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 5

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 13.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z klawiaturą alfanumeryczną prezentowaną na ekranie aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z klawiaturą alfanumeryczną prezentowaną na ekranie aparatu.

Pytanie 6

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 16.

Czy Zamawiający dopuści i przyzna 10 punktów w skali oceniania technicznego za bazę pacjentów do badań 300. Chcemy zaznaczyć opisany parametr nie ma zastosowania klinicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści bazę pacjentów do badań minimum 300, ale nie przyzna za to punktów.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 7

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 19.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wykonaniem badań do 3 godzin pracy ciągłej na baterii urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z wykonaniem badań do 3 godzin pracy ciągłej na baterii urządzenia.

Pytanie 8

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 21.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez pracy na otwartym sercu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG bez pracy na otwartym sercu. Zamawiający informuje, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 9

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 22.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z filtrem zakłóceń mięśniowych 20, 40, 100, 150, 300 HZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z filtrem zakłóceń mięśniowych 20, 40, 100, 150, 300 HZ.

Pytanie 10

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 22.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze, nowocześniejsze - automatyczny filtr linii izoelektrycznej – ADS – AntiDrift-System ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści automatyczny filtr linii izoelektrycznej – ADS – AntiDrift-System.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 11

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia
PAKIET 2 Pkt 25.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez dźwięku sygnalizacji wykrytych pobudzeni symulatora serca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG bez dźwięku sygnalizacji wykrytych pobudzeni symulatora serca. Zamawiający informuje, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 12

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia
PAKIET 2 Pkt 31.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG wyposażony w papier termiczny, składanka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści aparatu EKG wyposażonego w papier termiczny, składankę.

Pytanie 13

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia
PAKIET 2 Pkt 34.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnieniowy o zakresie pomiarowym 40 – 260mmHg Pragniemy zwrócić uwagę, że dla warunków ambulatoryjnych jest to zakres całkowicie wystarczający.

Odpowiedź:

Według Zamawiającego pytanie dotyczy pkt 35 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ).

Zamawiający dopuści holter ciśnieniowy o zakresie pomiarowym 40 – 260mmHg.

Pytanie 14

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia
PAKIET 2 Pkt 38.

Czy Zamawiający dopuści i przyzna 10 punktów w skali oceny technicznej wysokiej klasy holter ciśnieniowy z pamięcią 400 pomiarów. Pragniemy zwrócić uwagę, że dla warunków ambulatoryjnych jest to zakres całkowicie wystarczający.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści holter ciśnieniowy z pamięcią 400 pomiarów, ale nie przyzna punktów.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 15

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 39.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnieniowy bez trybu pracy dorosły. Chcielibyśmy zaznaczyć, że oferowany aparat pracuje w każdej kategorii wiekowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby aparat, przeznaczony był do pracy dla pacjentów dorosłych.

Zamawiający nie wymaga zastosowania specjalnego trybu: dorosły.

Pytanie 16

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 46.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnieniowy z wykonywanym autotestem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści holter ciśnieniowy z wykonywanym autotestem.

Pytanie 17

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 47.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnieniowy z wykonywanym autotestem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści holter ciśnieniowy z wykonywanym autotestem.

Pytanie 18

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 48.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnieniowy zasilany na 2 akumulatory AA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści holter ciśnieniowy zasilany na 2 akumulatory AA.

Pytanie 19

Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 Pkt 61.

Czy Zamawiający przyzna 10 punktów w skali oceniania za konstrukcją urządzenia ułatwiającą czyszczenie i dezynfekcję wieloma środkami czyszczącymi i dezynfekcji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przyzna punktów dla aparatu z konstrukcją urządzenia ułatwiającą czyszczenie i dezynfekcję wieloma środkami czyszczącymi i dezynfekcji.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 20

Pytanie do SWZ, pkt 10.2

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 10.3 SWZ jeżeli katalog lub folder lub specyfikacja techniczna nie potwierdzają spełnienia postawionych wymagań, Wykonawca może złożyć inny dokument (w tym oświadczenie) na ich potwierdzenie.

Pytanie 21

Pytanie do wzoru umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu umowy do 45 dni licząc od wskazanej w umowie daty jej zawarcia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu umowy dla Pakietu 2 do 45 dni licząc od wskazanej w umowie daty jej zawarcia. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu umowy dla pozostałych pakietów.

Zatem Zamawiający modyfikuje § 5 ust.1 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

Organizacja dostawy

- 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 35 dni (w ciągu 45 dni- dotyczy Pakietu 2), licząc od wskazanej w umowie daty jej zawarcia, tj. w terminie do r.(.....r.- dotyczy Pakietu 2), w dniu roboczym przypadającym od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własne ryzyko, do siedziby Zamawiającego przy ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.”**

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 22

Pytanie do wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania faktury.

Pytanie 23

Pytanie do wzoru umowy § 7 ust. 6

W określonych przypadkach do sprawnego funkcjonowania sprzętu, po próbie naprawy, konieczna jest wymiana danego elementu lub modułu. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu umowy na:

„Wykonawca zobowiązuje się wymienić na własny koszt niesprawny sprzęt / podzespół / element na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. (...)”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu umowy w zakresie § 7 ust. 6 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Warunki gwarancji

6. Wykonawca zobowiązuje się wymienić na własny koszt niesprawny sprzęt/podzespół/element na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego sprzętu/podzespołu/elementu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 40 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego przedmiotu umowy do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego sprzętu/podzespołu/elementu.”

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 24

Pytanie do wzoru umowy § 7 ust. 17

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu dostępności części zamiennych przez okres 7 lat od daty zakończenia okresu gwarancji.

Zamawiający modyfikuje § 7 ust. 17 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Warunki gwarancji

17. Wykonawca zapewnia, że części zamienne dostępne będą przez okres 7 lat od daty zakończenia okresu gwarancji.”

Pytanie 25

Pytanie do wzoru umowy § 8 ust. 1, pkt 1 i 3

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęto się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 26

Pytanie do wzoru umowy § 9 ust. 2

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zastrzeżenia dotyczącego odstąpienia od umowy, tj. Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Zatem Zamawiający modyfikuje § 9 ust.2 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„Odstąpienie od umowy
§ 9**

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w całości lub w części w każdym czasie w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 lub 3, a także w przypadku zwłoki w wymianie w terminie określonym w § 5 ust. 6 niniejszej umowy- w terminie 60 dni od zajścia okoliczności uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje powyższe uprawnienie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności takiego wezwania.”

Pytanie 27

Pakiet nr 5, pozycja nr 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu:

„Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylnych lub podskórnych u pacjentów dorosłych, w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, umożliwiającą podłączenie pompy do szpitalnego systemu informatycznego dzięki zastosowaniu stacji dokującej typ: nLINK6 AGILIA posiadanej przez Zamawiającego. ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby oferowana pompa współpracowała ze stacją dokującą nLINK6+ AGILIA posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że jest to parametr punktowany.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 28

Pakiet nr 5, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach wraz z ujęciem dopuszczenia poniższego rozwiązania w parametrze punktacji:

Zamiast: „Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylniej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, umożliwiającą podłączenie pompy do szpitalnego systemu informatycznego dzięki zastosowaniu stacji dokującej typ: nLINK6 AGILIA posiadanej przez Zamawiającego.”

Produkt o poniższych parametrach: „Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylniej, w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie umożliwiającą współpracę z pakietem oprogramowania MedimaNet pozwalającym na monitorowanie infuzji, w tym również alarmów oraz przekazywanie danych do systemów informatycznych szpitali (HIS, PDMS). Pozwala również na automatyczną aktualizację bibliotek leków, konfiguracji i oprogramowania pomp bez przerywania infuzji.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści, ale nie wymaga zaoferowania pompy infuzyjnej objętościowej przeznaczonej dla pacjentów dorosłych umożliwiającej współpracę z pakietem oprogramowania MedimaNet pozwalającym na monitorowanie infuzji, w tym również alarmów oraz przekazywanie danych do systemów informatycznych szpitali (HIS, PDMS). Pozwala również na automatyczną aktualizację bibliotek leków, konfiguracji i oprogramowania pomp bez przerywania infuzji.

Pytanie 29

Pakiet nr 5, pozycja nr 5

Czy zamawiający wymaga, aby: „Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy i klawiaturę symboliczną;”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w klawiaturę symboliczną.

Pytanie 30

Pakiet nr 5, pozycja nr 7

Czy zamawiający wymaga aby: „Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 30 godz. Przy przepływie 5 mL/godz”

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zasilania z akumulatora wewnętrznego minimum 8 godzin przy przepływie 5 ml/godz.

Pytanie 31

Pakiet nr 5, pozycja nr 8

Czy zamawiający wymaga aby: „Czas pełnego ładowania akumulatora, po pełnym rozładowaniu poniżej 5 godz.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga czasu pełnego ładowania akumulatora, po pełnym rozładowaniu poniżej 7 godzin.

Pytanie 32

Pakiet nr 5, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Lampka kontrolna zasilania oraz wskaźnik stanu naładowania akumulatora widoczne na płycie czołowej urządzenia.”

Produkt o poniższych parametrach: „Wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego jest widoczny tylko na ekranie pompy, gdy podłączono przewód zasilania sieciowego. Stan naładowania na ekranie.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego, który jest widoczny tylko na ekranie pompy, gdy podłączono przewód zasilania sieciowego. Stan naładowania na ekranie.

Pytanie 33

Pakiet nr 5, pozycja nr 11

Czy zamawiający wymaga, aby: „Zawiera min. 30 bibliotek / grup leków”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby pompa strzykawkowa obsługiwała min. 15 bibliotek pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy, dodatkowo 1 profil podstawowy.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 34

Pakiet nr 5, pozycja nr 11

Czy zamawiający wymaga, aby parametr oceny brzmiał następująco: „Powyżej 30 bibliotek / grup – 10 pkt 30 bibliotek / grup– 0 pkt”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spełnienia parametru oceny: „powyżej 15 bibliotek – 10 pkt, 15 bibliotek – 0 pkt”.

Pytanie 35

Pakiet nr 5, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Pompa strzykawkowa obsługujące min. 15 bibliotek pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy, dodatkowo 1 profil podstawowy”

Produkt o poniższych parametrach: „Pompa umożliwiająca stosowanie jednej biblioteki leków w parametrach do do 40 CCA, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków. Wynika to z zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa / nadzoru nad aktualizacją biblioteki leków”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści pompy umożliwiającej stosowanie jednej biblioteki leków w parametrach do 40 CCA, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków. Wynika to z zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa / nadzoru nad aktualizacją biblioteki leków.

Pytanie 36

Pakiet nr 5, pozycja nr 15

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach wraz z ujęciem dopuszczenia poniższego rozwiązania w parametrze punktacji:

Zamiast: „ Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie”

Produkt o poniższych parametrach: „ Półautomatyczny sposób mocowania strzykawki, który ułatwia i przyspiesza proces montażu strzykawki.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści półautomatycznego sposobu mocowania strzykawki.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 37

Pakiet nr 5, pozycja nr 17

Czy zamawiający wymaga, aby: „Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml różnych typów oraz różnych producentów”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby pompa była skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości minimum: 5, 10, 20, 30, 35 i 50 ml różnych typów oraz różnych producentów.

Pytanie 38

Pakiet nr 5, pozycja nr 17

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów”

Produkt o poniższych parametrach: „Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml różnych typów oraz różnych producentów”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści, ale nie wymaga, aby pompa była skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2, 6, 12 ml.

Pytanie 39

Pakiet nr 5, pozycja nr 18

Czy zamawiający odstąpi od wymogu: „ograniczenie bolusa < 0,35ml”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu: „ograniczenie bolusa < 0,35ml”.

Pytanie 40

Pakiet nr 5, pozycja nr 18

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml”

Produkt o poniższych parametrach: „Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie objętości bolusa do maks. 0,8 ml dla wyższych progów okluzji, ale nie więcej niż objętość podana.”

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści ograniczenia objętości bolusa do maks. 0,8 ml dla wyższych progów okluzji, ale nie więcej niż objętość podana. Zamawiający informuje, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 41

Pakiet nr 5, pozycja nr 20

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach wraz z ujęciem dopuszczenia poniższego rozwiązania w parametrze punktacji:

Zamiast: „Funkcja programowania infuzji - co 0,01 w zakresie min. 0,1–9,99 ml/ godz. - co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h - co 1 w zakresie 100-1200ml/h”

Produkt o poniższych parametrach: „Funkcja programowania infuzji - 0,01 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h - 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h - 1000 - 2000 ml/h z przyrostem 1 ml/h”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne zakresy niż te opisane w punkcie 20 OPZ (załącznik nr 1-5 do SWZ). Zamawiający informuje, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 42

Pakiet nr 5, pozycja nr 20

Czy zamawiający wymaga parametru oceny:

Zamiast: „Funkcja programowania infuzji - co 0,01 w zakresie min. 0,1–9,99 ml/ godz. - co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h - co 1 w zakresie 100-1200ml/h”

Produkt o poniższych parametrach: „Funkcja programowania infuzji - 0,01 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h - 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h - 1000 - 2000 ml/h z przyrostem 1 ml/h”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga bezwzględnego spełnienia określonych w pkt 20 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ). Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 43

Pakiet nr 5, pozycja nr 24

Czy zamawiający odstąpi od wymogu:: „ manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga manualnego przesunięcia tłoka strzykawki z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia. Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 44

Pakiet nr 5, pozycja nr 24

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach wraz z uwzględnieniem równoważności parametru w ocenie punktu:

Zamiast: „Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji, dostępne minimum 2 rodzaje, plus dodatkowo manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia ”

Produkt o poniższych parametrach: „Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji, dostępne minimum 2 rodzaje, brak możliwości przesuwania manualnego tłoka, ze względów bezpieczeństwa i ryzyka przekroczenia wartości.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga bolusa podawanego na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji, dostępne minimum 2 rodzaje, plus dodatkowo manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia. Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 45

Pakiet nr 5, pozycja nr 26

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert, produkt:

Zamiast: „Bolus programowany (dawka lub objętość do podania / czas): 0,1–99,9 ml 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h.”

Produkt o poniższych parametrach: „Bolus programowany – maks. objętość do 60 ml. ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści bolusa programowanego – maks. objętość do 60 ml.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 46

Pakiet nr 5, pozycja nr 30

Czy zamawiający wymaga parametru oceny:

Zamiast: „ Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 20 poziomów, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI ”

Produkt o poniższych parametrach: „ Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 12 poziomów, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI ”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ustawiania poziomu ciśnienia okluzji – min. 20 poziomów, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI.

Pytanie 47

Pakiet nr 5, pozycja nr 31

Czy zamawiający wymaga parametru oceny:

Zamiast: „Tryb wlewu w ml/h: Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, µg/min, µg/h, µg/kg/min, µg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/ min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m./h, mg/m./24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/ 24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h.”

Produkt o poniższych parametrach: „Tryb wlewu w ml/h: Tryby dawkowania:

ml/h	ml/min	ml/24h
ml/kg/h	ml/kg/min	ml/kg/24h
ng/h	ng/min	ng/24h
ng/kg/h	ng/kg/min	ng/kg/24h
µg/h	µg/min	µg/24h
µg/kg/h	µg/kg/min	µg/kg/24h
mg/h	mg/min	mg/24h
mg/kg/h	mg/kg/min	mg/kg/24h
µU/h	µU/min	µU/24h
µU/kg/h	µU/kg/min	µU/kg/24h
mU/h	mU/min	mU/24h
mU/kg/h	mU/kg/min	mU/kg/24h
U/h	U/min	U/24h
U/kg/h	U/kg/min	U/kg/24h
kU/h	kU/min	kU/24h
kU/kg/h	kU/kg/min	kU/kg/24h
nmol/h	nmol/min	nmol/24h
nmol/kg/h	nmol/kg/min	nmol/kg/24h
µmol/h	µmol/min	µmol/24h
µmol/kg/h	µmol/kg/min	µmol/kg/24h
mmol/h	mmol/min	mmol/24h
mmol/kg/h	mmol/kg/min	mmol/kg/24h
mol/h,	mol/kg/h	mol/min
mol/24h	mol/kg/min	mol/kg/24h

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane tryby dawkowania.

Pytanie 48

Pakiet nr 5, pozycja nr 33

Czy zamawiający odstąpi od wymogu: „Dynamiczny System Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia. ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga Dynamicznego System Ciśnienia – DPS – ostrzegającego o zmianach ciśnienia. Zamawiający informuje, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 49

Pakiet nr 5, pozycja nr 33

Czy zamawiający odstąpi od oceny parametru: „Dynamiczny System Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia. ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi do oceny parametru „Dynamiczny System Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia.”

Pytanie 50

Pakiet nr 5, pozycja nr 34

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Dostępne dwa tryby ciśnienia: zmienny lub 3 ustalone wcześniej poziomy – zakres 50-900 mmHg (co 25 mmHg w przedziale 50-250 mmHg/ co 50 mmHg w przedziale 250-900 mmHg). Mogą być aktywowane/dezaktywowane i regulowane.”

Produkt o poniższych parametrach: „Dostępne tryby ciśnienia: zakres 75 - 900 mmHg, przyrost co 75 mmHg, ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści dostępnych trybów ciśnienia: zakres 75 - 900 mmHg, przyrost co 75 mmHg.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 51

Pakiet nr 5, pozycja nr 35

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Kolorowy, dotykowy wyświetlacz graficzny o przekątnej minimum 4,3”

Produkt o poniższych parametrach: „Kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej minimum 3,2”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej minimum 3,2.

Pytanie 52

Pakiet nr 5, pozycja nr 36

Czy zamawiający odstąpi od wymogu: „Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat. Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 53

Pakiet nr 5, pozycja nr 36

Czy zamawiający odstąpi od oceny parametru: „Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od oceny parametru „Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat”.

Pytanie 54

Pakiet nr 5, pozycja nr 36

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat”

Produkt o poniższych parametrach: „Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 5 lat”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby plik rejestru był przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat. Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 55

Pakiet nr 5, pozycja nr 36

Czy zamawiający zmieni parametr oceny produktu::

Zamiast: „Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat”

Parametr oceny o niższych wartościach: „Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 5 lat”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni parametru oceny opisanego w punkcie 36 OPZ (załącznik nr 1-5 do SWZ).

Pytanie 56

Pakiet nr 5, pozycja nr 39

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o niższych parametrach:

Zamiast: „Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności..”

Produkt o niższych parametrach: „Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spełnienia parametru: sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji, nieszczelności.

Pytanie 57

Pakiet nr 5, pozycja nr 39

Czy zamawiający odstąpi od wymogu: „nieszczelności”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu „nieszczelności”.

Pytanie 58

Pakiet nr 5, pozycja nr 40

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o niższych parametrach:

Zamiast: „Funkcja – przerwa (standby) w zakresie minimum od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie.”

Produkt o niższych parametrach: „Funkcja – przerwa (standby) Zakres przerwy pomiędzy 1 min a 23:59 (hr:min). Brak funkcji automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie.”

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania: Funkcja – przerwa (standby) w zakresie minimum od 1 min. do 23:59 godzin. Zamawiający nie dopuści braku funkcji automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie.

Pytanie 59

Pakiet nr 5, pozycja nr 42

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie ”

Produkt o poniższych parametrach: „Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny - brak przełączenia manualnego, ale z możliwością ręcznej zmiany wartości parametru.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny - brak przełączenia manualnego, ale z możliwością ręcznej zmiany wartości parametru.

Pytanie 60

Pakiet nr 5, pozycja nr 43

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ”

Produkt o poniższych parametrach: „Funkcja wyświetlania trendów ciśnienia ”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga funkcji wyświetlania trendów ciśnienia, o ile pompa posiada też funkcję wyświetlania trendów objętości oraz szybkości infuzji.

Pytanie 61

Pakiet nr 5, pozycja nr 43

Czy zamawiający odstąpi od wymogu: „trendów objętości, szybkości infuzji”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu: „trendów objętości, szybkości infuzji”.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 62

Pakiet nr 5, pozycja nr 44

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Biblioteka leków, min. 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)”

Produkt o poniższych parametrach: „Istnieje możliwość wgrania biblioteki do do 40 CCA, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania le-ków”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści możliwości wgrania biblioteki do do 40 CCA, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków.

Pytanie 63

Pakiet nr 5, pozycja nr 57

Czy zamawiający odstąpi od wymogu: „Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 sztuki bez użycia dodatkowych elementów ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga możliwości łączenia pomp w moduły po 2 sztuki bez użycia dodatkowych elementów. Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 64

Pakiet nr 5, pozycja nr 57

Czy zamawiający odstąpi od oceny parametru: „Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 sztuki bez użycia dodatkowych elementów ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od oceny parametru „Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 sztuki bez użycia dodatkowych elementów ”.

Pytanie 65

Pakiet nr 5, pozycja nr 57

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach wraz z uwzględnieniem równoważności parametru w ocenie punktu:

Zamiast: „Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 sztuki bez użycia dodatkowych elementów ”

Produkt o poniższych parametrach: „Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 sztuki za pomocą stacji dokującej ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga możliwości łączenia pomp w moduły po 2 sztuki bez użycia dodatkowych elementów. Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 66

Pakiet nr 4, pozycja nr 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu: „Pompa infuzyjna objętościowa przeznaczona dla pacjentów dorosłych umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, umożliwiającą podłączenie pompy do szpitalnego systemu informatycznego realizowaną przez stację dokującą typ nLINK6 AGILIA posiadaną przez Zamawiającego ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby oferowana pompa współpracowała ze stacją dokującą nLINK6+ AGILIA posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 67

Pakiet nr 4, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach wraz z ujęciem dopuszczenia poniższego rozwiązania w parametrze punktacji:

Zamiast: „Pompa infuzyjna objętościowa przeznaczona dla pacjentów dorosłych umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, umożliwiającą podłączenie pompy do szpitalnego systemu informatycznego realizowaną przez stację dokującą typ nLINK6 AGILIA posiadaną przez Zamawiającego ”

Produkt o poniższych parametrach: „Pompa infuzyjna objętościowa przeznaczona dla pacjentów dorosłych umożliwiająca współpracę z pakietem oprogramowania MedimaNet pozwalającym na monitorowanie infuzji, w tym również alarmów oraz przekazywanie danych do systemów informatycznych szpitali (HIS, PDMS). Pozwala również na automatyczną aktualizację bibliotek leków, konfiguracji i oprogramowania pomp bez przerywania infuzji.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści, ale nie wymaga zaoferowania pompy infuzyjnej objętościowej przeznaczonej dla pacjentów dorosłych umożliwiającej współpracę z pakietem oprogramowania MedimaNet pozwalającym na monitorowanie infuzji, w tym również alarmów oraz przekazywanie danych do systemów informatycznych szpitali (HIS, PDMS). Pozwala również na automatyczną aktualizację bibliotek leków, konfiguracji i oprogramowania pomp bez przerywania infuzji.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 68

Pakiet nr 4, pozycja nr 3

W ramach doprecyzowania skrótu parametru HERC, czy zamawiający wymaga, aby urządzenie spełniało poniższy parametr:

Zamiast: „Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 100 V–240 V ~ / 50 / 60 CHZ ze sprawnym uziemieniem”

Produkt o poniższych parametrach: „Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 100 V–240 V ~ / 50 / 60 HZ ze sprawnym uziemieniem”

Odpowiedź:

Według Zamawiającego pytanie dotyczy pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ). Zamawiający wymaga zasilania pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 100 V–240 V ~ / 50 / 60 HZ ze sprawnym uziemieniem.

Pytanie 69

Pakiet nr 4, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „klasa ochrony obudowy IP 24”

Produkt o poniższych parametrach: „klasa ochrony obudowy IP 22”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści produktu o klasie ochrony obudowy IP 22.

Pytanie 70

Pakiet nr 4, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 5 godzin przy przepływie 1500 ml/godz”

Produkt o poniższych parametrach: „Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 5 godzin przy przepływie 25 ml/ godz. Zakres szybkości infuzji 0,1-1200 ml/h”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zasilania z akumulatora wewnętrznego minimum 5 godzin przy przepływie 25 ml/ godz. Zakres szybkości infuzji 0,1-1200 ml/h.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 71

Pakiet nr 4, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Zakres szybkości: 0,1–1500 ml/h.”

Produkt o poniższych parametrach: „Zakres szybkości: 0,1–1200 ml/h.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zakresu szybkości 0,1-1200 ml/h.

Pytanie 72

Pakiet nr 4, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Regulacja: - co 0,1 ml/h w zakresie 10–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99 ml/h), - co 1 ml/h w zakresie 100–1500 ml/h. ”

Produkt o poniższych parametrach: „Regulacja: 0,1 – 1200 ml/h 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h 1000 - 1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści regulację: 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h 1000 - 1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h pod warunkiem, że zakres szybkości zgodnie z pkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ) wynosi 0,1 do 1500 ml/h.

Pytanie 73

Pakiet nr 4, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Objętość do podania w infuzji 0,1 - 9999 ml Minimalny przyrost: - 0,1 (0,1 - 99,9) ml - 1 (100 - 9999) ml ”

Produkt o poniższych parametrach: „Objętość do podania w infuzji 0,1 - 20000 ml. Rozdzielczość: - Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml, - Od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml, - Od 1 ml powyżej 1000 ml, co 1 ml.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści objętość do podania w infuzji 0,1 - 20000 ml. Rozdzielczość: - Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml, - Od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml, - Od 1 ml powyżej 1000 ml, co 1 ml.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 74

Pakiet nr 4, pozycja nr 12

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Tryby wlewu minimum - tryby w ml/h: Objętość + Szybkość Przepływu, Objętość + Czas, Szybkość Przepływu + Czas, Objętość + Czas + Szybkość Przepływu, Wzrastająco / Malejąco, Sekwencyjnie / Okresowo, Następczo / Na Zakładkę, Krople/min.”

Produkt o poniższych parametrach: „Tryby wlewu minimum

- Tryby dozowania:

- Infuzja ciągła,
- Infuzja okresowa (bolusowa),
- Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji),
- Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści trybów wlewu minimum - Tryby dozowania: ▪ Infuzja ciągła, ▪ Infuzja okresowa (bolusowa), ▪ Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), ▪ Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).

Pytanie 75

Pakiet nr 4, pozycja nr 12

Czy zamawiający odstąpi od wymogu wlewu w postaci: „Krople/min.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi do wymogu wlewu w postaci: „Krople/min.”

Pytanie 76

Pakiet nr 4, pozycja nr 13

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Dawka nasycająca 0,1–1500 ml/h. 0,10–9,99 ml/h: przyrost o 0,01 ml/h. 10–99,9 ml/h: przyrost o 0,1 ml/h. 100–1500 ml/h: przyrost o 1 ml/h.”

Produkt o poniższych parametrach: „Dawka nasycająca 0,1 – 1200 ml/h 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h 1000 - 1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści dawki nasycającej 0,1 – 1200 ml/h 0,1 - 99,99 ml/h z przyrostem 0,01 ml/h 100 - 999,9 ml/h z przyrostem 0,1 ml/h 1000 - 1200 ml/h z przyrostem 1 ml/h.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 77

Pakiet nr 4, pozycja nr 14

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Bolus - bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1500 ml/h (przyrost o 50 ml/h), - bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–1000 ml”

Produkt o poniższych parametrach: „Bolus, pompa, z bolusem bezpośrednim o szybkości od 0,1 do 1200 ml/h, ze regulacją prędkości bolusa w zakresie od 0,01 do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h, od 100 do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h oraz od 1000 do 1200 ml/h, co 1 ml/h. Bolus programowany od 0,1 do 500 ml.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści bolusa, pompy, z bolusem bezpośrednim o szybkości od 0,1 do 1200 ml/h, z regulacją prędkości bolusa w zakresie od 0,01 do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h, od 100 do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h oraz od 1000 do 1200 ml/h, co 1 ml/h. Bolus programowany od 0,1 do 500 ml.

Pytanie 78

Pakiet nr 4, pozycja nr 15

Czy zamawiający odstąpi od wymogu: „Dane pacjenta minimum: Masa ciała pacjenta w zakresie minimum 10 - 300 kg Minimalny przyrost: 0,1 (10,0 - 19,9) kg, 1(20 - 300) kg Powierzchnia ciała pacjenta: 0,5 – 4,5 m² minimalny przyrost 0,01 m²”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu opisanego w punkcie 15 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ).

Pytanie 79

Pakiet nr 4, pozycja nr 15

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Dane pacjenta minimum: Masa ciała pacjenta w zakresie minimum 10 - 300 kg Minimalny przyrost: 0,1 (10,0 - 19,9) kg, 1(20 - 300) kg Powierzchnia ciała pacjenta: 0,5 – 4,5 m² minimalny przyrost 0,01 m²”

Produkt o poniższych parametrach: „Dane pacjenta minimum: 0,1 kg do 9,99 kg, co 0,01 kg, od 10 kg do 99,99 co 0,1 kg, od 100 do 300 co 1 kg ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu o parametrach proponowanych w pytaniu dla pkt 15 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 1-4 do SWZ).

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 80

Pakiet nr 4, pozycja nr 16

Czy zamawiający odstąpi od wymogu i oceny w poniższych parametrach: „Stężenie: 0,01 - 70000 jednostek 0,01- 0,01 - 9,99 0,1 10,0 - 99,9 1 100 - 70000) Objętość rozcieńczalnika w zakresie minimum: 1 - 2000 ml „

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu i oceny parametru opisanego w punkcie 16 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ).

Pytanie 81

Pakiet nr 4, pozycja nr 16

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Dane pacjenta minimum: Stężenie: 0,01 - 70000 jednostek 0,01- 0,01 - 9,99 0,1 10,0 - 99,9 1 100 - 70000) Objętość rozcieńczalnika w zakresie minimum: 1 - 2000 ml”

Produkt o poniższych parametrach: „Objętość rozcieńczalnika w zakresie minimum: 0,01 - 1000 ml”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści objętości rozcieńczalnika w zakresie minimum: 0,01 - 1000 ml.

Pytanie 82

Pakiet nr 4, pozycja nr 17

Czy zamawiający odstąpi od wymogu: „mmol, mUni”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu opisanego w punkcie 17 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ).

Pytanie 83

Pakiet nr 4, pozycja nr 17

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Jednostki stężenia minimum ng, µg, mg, g, mmol, mUnit, Unit, cal, kcal, mEq”

Produkt o poniższych parametrach: „Jednostki stężenia minimum kJ, J, kcal, cal, mol, mmol, kIE, IE, mIE, kIU, IU, mIU, Eq, mEq, µEq, g, mg, µg, ng, mL, L/--, kg, m2/ min, h, 24h”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania jednostek stężenia minimum takich, jakie zostały wymienione w punkcie 17 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ). Wszystkie dodatkowe jednostki niewymienione w punkcie 17 OPZ Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 84

Pakiet nr 4, pozycja nr 19

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Klawiatura symboliczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji Lub Klawiatura wyświetlana na dotykowym, kolorowym ekranie LCD ”

Produkt o poniższych parametrach: „ klawiatura symboliczna i alfanumeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji ”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści klawiaturę symboliczną i alfanumeryczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji.

Pytanie 85

Pakiet nr 4, pozycja nr 21

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „System antybolusowy znacznie ograniczający podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu (maksymalnie 0,35 ml).”

Produkt o poniższych parametrach: „ograniczenie objętości bolusa do maks. 0,8 ml dla wyższych progów okluzji, ale nie więcej niż objętość podana.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści ograniczenia objętości bolusa do maks. 0,8 ml dla wyższych progów okluzji, ale nie więcej niż objętość podana .

Pytanie 86

Pakiet nr 4, pozycja nr 22

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach:

Zamiast: „Tryby programowania ciśnienia: Maksymalne ciśnienie od 50 do 750 mmHg Przyrost 25 mmHg (50-250 mmHg) Przyrost 50 mmHg (250-750 mmHg) Definiuje autoryzowane maksymalne ciśnienie infuzji lub 3 poziomy Próg alarmu okluzji 100 mmHg 300 mmHg 400 mmHg 750 mmHg”

Produkt o poniższych parametrach: „Tryby programowania ciśnienia: 75 - 900 mmHg, przyrost co 75 mmHg. Brak 3 poziomów, ale jest łącznik „Lub”. Brak wskazanych progów alarmów dla wartości 100 mmHg 300 mmHg 400 mmHg 750 mmHg.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania przedmiotu zamówienia o opisanych w pytaniu parametrach dla pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ).

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 87

Pakiet nr 4, pozycja nr 24

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach wraz z ujęciem dopuszczenia poniższego rozwiązania w parametrze punktacji:

Zamiast: „Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 18 poziomów ”

Produkt o poniższych parametrach: „Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 12 poziomów ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści ustawiania poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 12 poziomów.

Pytanie 88

Pakiet nr 4, pozycja nr 36

Czy zamawiający wymaga, aby: „Zapisywanie zdarzeń w dzienniku danych do min. 2000 zapisów typowych infuzji (ok. 10000 zdarzeń)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby: „Zapisywanie zdarzeń w dzienniku danych do min. 2000 zapisów typowych infuzji (ok. 10000 zdarzeń)”. Zamawiający informuje, że jest to parametr punktowany.

Pytanie 89

Pakiet nr 4, pozycja nr 37

Czy zamawiający wymaga, aby: „Zawiera min. 30 bibliotek / grup leków”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z zapsem zawartym w pkt 37 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ).

Pytanie 90

Pakiet nr 4, pozycja nr 37

Czy zamawiający wymaga, aby parametr oceny brzmiał następująco: „Powyżej 30 bibliotek / grup – 10 pkt 30 bibliotek / grup– 0 pkt”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby parametr oceny brzmiał: „Zawiera min. 15 bibliotek / grup leków”.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 91

Pakiet nr 4, pozycja nr 37

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach wraz z ujęciem dopuszczenia poniższego rozwiązania w parametrze punktacji:

Zamiast: „Zawiera min. 15 bibliotek / grup leków”

Produkt o poniższych parametrach: „ pompa umożliwiła stosowanie jednej biblioteki leków w parametrach do do 40 CCA, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków. Wynika to z zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa / nadzoru nad aktualizacją biblioteki leków”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści pompy umożliwiającej stosowanie jednej biblioteki leków w parametrach do do 40 CCA, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków. Wynika to z zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa / nadzoru nad aktualizacją biblioteki leków.

Pytanie 92

Pakiet nr 4, pozycja nr 40

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert produkt o poniższych parametrach wraz z ujęciem dopuszczenia poniższego rozwiązania w parametrze punktacji:

Zamiast: „Kolorowy, dotykowy wyświetlacz graficzny o przekątnej minimum 4,3”

Produkt o poniższych parametrach: „Kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej minimum 3,2”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści Kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej minimum 3,2

Pytanie 93

Dotyczy pakiet nr 2,3. 1.Czy Zamawiający dopuści holter EKG analizujący pracę stymulatorów serca jednojamowych i dwujamowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści holter analizujący pracę stymulatorów serca jednojamowych i dwujamowych. Zamawiający wymaga dostarczenia kolejno: dla Pakietu 2 – holtera ciśnieniowego, w zakresie Pakietu 3 – holtera EKG.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 94

Dotyczy pakiet nr 2,3. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, na czym polega biodekontaminacja z zastosowaniem systemu Bioquell

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Bioquell - to generator gazowego nadtlenu wodoru. (wykorzystuje 35% H₂O₂). Dekontaminacja oparta na technologii HPV (gazowy nadtlenek wodoru) zapewnia redukcję mikrobiologiczną do poziomu 6 log.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

Projekt:

- „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko – pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” dotyczy Pakietu od 1 do 6;
- „Poprawa dostępności do diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz pacjentów po przebytych zakażeniu SARS-Cov-2 – kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotyczy Pakietu 7.