

Kraków, <sup>1.10.</sup>.....2021

DZ.271.72.<sup>420</sup>.....2021

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 22 61

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

dotyczy: postępowania DZ.271.72.2021 pn. Dostawa wyposażenia sal pacjentów w ramach realizacji projektu pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”, nr RPMP.12.01.02-12-0607/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania,

#### PAKIET II – Oksymetr mózgowy - 1 sztuka

1

##### Pytanie 1.

Prosimy o dopuszczenie najwyższej jakości urządzenia do oksymetrii w znanej na świecie technologii Masimo z najlepszą dokładnością pomiaru rSO<sub>2</sub>, refresh 1 sekunda, oprogramowaniem w intuicyjnym (piktogramy) prostym do obsługi jęz. angielskim z możliwością bezpłatnego upgrade'u na język polski (producent jest w trakcie przygotowywania bezpłatnego upgrade'u na jęz. polski), długość kabla oksymetrii 4m, co wraz z czujnikami pozwala na umieszczenie urządzenia 5m od pacjenta; ekran zbiorczy AUC jako ekran główny; wyświetlanie funkcji obrazowania linii trendu, pokazującą od 10 min do 96h linię trendu z rSO<sub>2</sub> do oceny zmiennego zapisu trendu rSO<sub>2</sub>; Bez pamięci 25 przypadków – pamięć trendów 96h.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.: NIE, z uwagi na ograniczenia parametrów podanego zestawu w stosunku do oczekiwanych, wymaganych funkcjonalności oksymetru Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania proponowanego w pytaniu rozwiązania.**

##### Pytanie 2.

Ponieważ wiele technologii posiada przybliżoną dokładność pomiaru, ale są też takie, których dokładność jest bardzo niska, prosimy więc Zamawiającego o podanie jakiej dokładności pomiaru oczekuje (w razie wątpliwości potwierdzone badaniami klinicznymi na pacjentach):

- Wartość absolutna dla pacjentów > 40 kg nie gorsza niż 4% czy 5% czy 6%?
- Dokładność trendu nie gorsza niż 3% czy 4%?

**Odp.: Zamawiający wyspecyfikował wszystkie oczekiwane wymagane parametry techniczne oksymetru w pakiecie nr II w załączniku nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.**

##### Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga aby oksymetria mózgowia monitorowała zmiany delty hemoglobiny utlenowanej i delty hemoglobiny odtlenowanej, co pozwala na dodatkową ocenę stanu pacjenta?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**



**Pytanie 4.**

Czy ze względu na pełniejsze monitorowanie mózgu pacjenta i jego bezpieczeństwo Zamawiający wymaga, aby urządzenie oprócz oksymetrii miało możliwość jednoczesnego monitorowania głębokość znieczulenia, wraz z zapisem EEG i obrazu spektralnego dla np. uniknięcia supresji mózgu przy zbyt głębokim znieczuleniu (mogących prowadzić do zmian mózgu czy delirium)? Kompleksowe monitorowanie mózgu jest ważne u każdego znieczulanego pacjenta, ale szczególnie istotne u pacjentów w starszym wieku oraz pacjentów pocovidowych ze zmianami w mózgu.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający wymaga aby oksymetria miała linię bazową wyznaczaną w dowolnym momencie monitorowania pacjenta z możliwością późniejszej modyfikacji oraz takie parametry jak: % odchylenie od linii bazowej i różnicę pomiędzy saturacją a oksymetrią?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający wymaga w urządzeniu możliwości robienia zdjęć ekranu i zapisania ich na pendrive?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający wymaga, czujników które pozwolą na monitorowanie pacjenta co najmniej przez 72h?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 8.**

W związku z tym, że producent oferowanego sprzętu nie wymaga przeglądów okresowych, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonywania przeglądów okresowych min. 1/rok. Takie rozwiązanie wpłynie na korzystniejszą cenę oferty.

**Odp.: TAK, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający wymaga do urządzenia mobilnej podstawy jezdnej?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 10.**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w pkt 21 parametrów technicznych, ilu kanałów oksymetrii wymaga.

Czy urządzenie ma posiadać

- 4 kanały do podłączenia 4 czujników?

czy

- 2 kanały do podłączenia 2 czujników z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne?

**Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie nr II załącznika nr 3 do SWZ urządzenia z 2 kanałami do podłączenia 2 czujników z możliwością rozbudowy o 2 kolejne kanały w przyszłości.**

**PAKIET IV - Aparat echokardiograficzny na salę elektrofizjologiczną - 1 sztuka**

**Pytanie 11.**

**Pytanie nr 1, dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 53,**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na następujący?

„Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o kardiologiczne pomiary i kalkulacje, min. aplikacja do automatycznego kreślenia regionu zainteresowania w oparciu o wybrany widok struktury anatomicznej, aplikacja generująca wyniki obliczeń globalnej i regionalnych funkcji lewej komory serca, prezentując je w postaci tabeli, wykresu tarczowego i różnego formatu krzywych wyświetlanych na ekranie. Dostępne obliczenia

EF, ESV, EDV lewej komory. Dostępne aplikacje min.: globalnej oceny ilościowej opartej na śledzeniu ruchu pierścieni zastawek serca w całym cyklu pracy serca, oceny regionalnej funkcji mięśnia sercowego, narzędzia 3D do obsługi wyświetlania i oceny ilościowej zestawów danych 3D. Wymienione funkcjonalności znacznie podwyższą cenę echokardiografu.”

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 12.**

**Pytanie nr 2, dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 60.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na następujący?

„komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej:

- DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE
- DICOM 3.0 - DICOM PRINT
- DICOM 3.0 - DICOM SR (Structured Report)
- DICOM 3.0 - Storage Commitment
- DICOM 3.0 - Modality WORKLIST

(przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG)”.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET V - System ogrzewania pacjenta - 1 komplet**

**Pytanie 13.**

Pytanie 1 do punktu 26:

Prosimy o dopuszczenie systemu do ogrzewania pacjenta z kablem łączącym materac z kontrolką o długości 3 m, co w praktyce jest wystarczającą długością do sprawnego i bezproblemowego użytkowania sprzętu, natomiast często zdarza się, że kable zbyt długie są kłopotliwe dla personelu.

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania system do ogrzewania pacjenta z kablem łączącym materac z kontrolką o długości 3 m.**

**Pytanie 14.**

Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o braku objęcia sprzętu terminem ważności, ponieważ niektóre systemy posiadają taki okres narzucony przez producenta i po tym okresie elementy grzewcze nie mogą być użytkowane? Należy je zutilizować po tym czasie oraz zakupić nowe.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta o braku objęcia sprzętu terminem ważności.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 15.**

Czy Zamawiający wymaga, żeby materac grzewczy nie miał ograniczeń w użytkowaniu na stołach operacyjnych o różnej szerokości? Są systemy, których nie można stosować na stołach szerszych niż 51 cm.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga, żeby materac grzewczy nie miał ograniczeń w użytkowaniu na stołach operacyjnych o różnej szerokości.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 16.**

Czy Zamawiający wymaga, żeby obudowa konektora łączącego przewody jednostki kontrolnej z elementem grzejącym była wykonana z tworzyw sztucznych (a nie metali), co możliwie najlepiej zabezpiecza przed potencjalnym porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia lub kontaktu z wodą?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga, żeby obudowa konektora łączącego przewody jednostki kontrolnej z elementem grzejącym była wykonana z tworzyw sztucznych (a nie metali).**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 17.**

Czy Zamawiający wymaga, aby podczas użytkowania nie było konieczności stosowania dodatkowego materiału jak na przykład flizelina pomiędzy materacem grzewczym, a pacjentem? Istnieją na rynku systemy, które mają wymóg producenta do użytkowania tylko z takimi podkładami co stanowi dodatkowy problem dla personelu oraz ogranicza widoczność powierzchni materaca na przykład do kontroli punktu zaznaczonego na materacu,



który pokazuje gdzie umieszczony jest czujnik temperatury, a wymóg kontaktu tego punktu z ciałem pacjenta jest niemożliwy do zrealizowania ze względu na różne pozycje pacjenta.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga, aby podczas użytkowania nie było konieczności stosowania dodatkowego materiału jak na przykład flizelina pomiędzy materacem grzewczym, a pacjentem. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 18.**

Czy Zamawiający wymaga, aby materac grzewczy posiadał zintegrowane pasy mocujące służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu? Rozwiązanie takie wymaga minimalnego nakładu pracy ze strony personelu medycznego oraz minimalizuje ryzyko odpadania i zagubienia dodatkowych elementów/pasków.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga, aby materac grzewczy posiadał zintegrowane pasy mocujące służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 19.**

Czy Zamawiający wymaga, żeby system do ogrzewania pacjenta nie miał ograniczeń w postaci zakazu umieszczania głowy pacjenta na materacu?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga, żeby system do ogrzewania pacjenta nie miał ograniczeń w postaci zakazu umieszczania głowy pacjenta na materacu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**Pytanie 20.**

Czy Zamawiający wymaga, aby system po nastawieniu temperatury działał w sposób ciągły i nie wyłączał się samoczynnie?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga, aby system po nastawieniu temperatury działał w sposób ciągły i nie wyłączał się samoczynnie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania ww. rozwiązanie techniczne.**

**PAKIET VI - Fotele zabiegowe wielofunkcyjne - 3 sztuki**

4

**Pytanie 21.**

Dotyczy pakietu 6. Fotele zabiegowe wielofunkcyjne - 3szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, wyposażony w 4 koła jezdne z indywidualnymi blokadami?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, wyposażony w 4 koła jezdne z indywidualnymi blokadami.**

**Pytanie 22.**

Dotyczy pakietu 6. Fotele zabiegowe wielofunkcyjne - 3szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, którego tapicerka dostępna jest wyłącznie w kolorze pistacjowym? Jak na zdjęciu poniżej:



**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**



KRAKOWSKI  
SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
IM. JANA PAWŁA II

INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

*Paul Jh*

*PJ*



**Pytanie 23.**

**Dotyczy pakietu 6. Fotele zabiegowe wielofunkcyjne - 3szt. Pkt. 17.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, wyposażony w dwa tapicerowane podłokietniki, odemowane od fotela bez użycia narzędzi, z regulacją wysokości oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela?

*Poniżej zdjęcia poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*



**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24.**

**Dotyczy pakietu 6. Fotele zabiegowe wielofunkcyjne - 3szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, którego długość leża wynosi: 2010mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, którego długość leża wynosi: 2010mm.**

**Pytanie 25.**

**Dotyczy pakietu 6. Fotele zabiegowe wielofunkcyjne - 3szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, którego segment nożny regulowany jest elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: od -35° do 0°?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, którego segment nożny regulowany jest elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: od -35° do 0°.**

**Pytanie 26.**

**Dotyczy pakietu 6. Fotele zabiegowe wielofunkcyjne - 3szt. Pkt. 17.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, wyposażony w dwa tapicerowane podłokietniki, odemowane od fotela bez użycia narzędzi, z regulacją wysokości oraz kąta odchylenia w stosunku do fotela oraz regulacją nachylenia za pomocą mechanizmu zaciskowego?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 27.**

**Dotyczy pakietu 6. Fotele zabiegowe wielofunkcyjne - 3szt. Pkt. 20.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy bez relingu za oparciem pleców, z uwagi na regulację oparcie pleców elektrycznie za pomocą pilota?

*Poniżej zdjęcia poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*



**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 28.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele zabiegowe wielofunkcyjne o całkowitej długości 2160 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaferowania fotele zabiegowe wielofunkcyjne o całkowitej długości 2160 mm.**

**Pytanie 29.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele zabiegowe wielofunkcyjne z zakresem regulacji segmentu nożnego od  $-30^{\circ}$  do  $0^{\circ}$ ?

Fakt, że zakres ten jest mniejszy od wymaganego przez Zamawiającego w żaden sposób nie pomniejsza walorów użytkowych, ponieważ poprzez odchylane i regulowane podłokietniki bardzo łatwo wsiąść oraz zsiąść z fotela.

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaferowania fotele zabiegowe wielofunkcyjne z zakresem regulacji segmentu nożnego od  $-30^{\circ}$  do  $0^{\circ}$ .**

**Pytanie 30.**

Czy Zamawiający będzie wymagał elektrycznej regulacji położenia podnóżka? Rozwiązanie pozwala bez wysiłkowo wyregulować położenie podnóżka zarówno przez personel jak i pacjenta.

**Odp.: TAK, Zamawiający wymaga elektrycznej regulacji położenia podnóżka.**

**Pytanie 31.**

Czy Zamawiający w odniesieniu do pkt 6 wymaga aby fotel posiadał konstrukcje kolumnową w postaci dwóch kolumn o przekroju koła?

**Odp.: TAK, Zamawiający wymaga, aby fotel posiadał konstrukcje kolumnową w postaci dwóch kolumn o przekroju koła.**

**Pytanie 32.**

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu nożnego w zakresie od  $-33^{\circ}$  do  $0^{\circ}$ ?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaferowania fotel z regulacją segmentu nożnego w zakresie od  $-33^{\circ}$  do  $0^{\circ}$ .**

**Pytanie 33.**

Czy Zamawiający dopuści fotel z segmentem podudzia wyposażonym w tworzywowe oparcie stóp nie wymagające tapicerowania oraz wyposażenia w materac?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaferowania fotel z segmentem podudzia wyposażonym w tworzywowe oparcie stóp nie wymagające tapicerowania oraz wyposażenia w materac.**

**Pytanie 34.**

Czy Zamawiający dopuści fotel z podłokietnikami z regulacją kąta nachylenia oraz regulacją kąta odchylenia za pomocą przegubu kulowego?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaferowania fotel z podłokietnikami z regulacją kąta nachylenia oraz regulacją kąta odchylenia za pomocą przegubu kulowego.**

**Pytanie 35.**

Czy Zamawiający w odniesieniu do OPZ wymaga aby wszystkie funkcje sterowane były za pomocą jednego pilota?

**Odp.: TAK, Zamawiający wymaga, aby wszystkie funkcje sterowane były za pomocą jednego pilota.**



*Handwritten signatures and initials.*

**Pytanie 36.**

Czy Zamawiający dopuści fotel z relingiem/uchwyty do prowadzenia a sama regulacja segmentu pleców odbywa się za pomocą pilota?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotela z relingiem/uchwyty do prowadzenia a sama regulacja segmentu pleców odbywa się za pomocą pilota.**

**PAKIET VII – Drobnny sprzęt medyczny TYP I**

Zamawiający informuje, że w Pakiecie VII w pozycji 3 w punkcie 25 dopuszcza wszystkie normy równoważne do wymienionych.

Punkt 25 przyjmuje zapis: „cicha praca pompy – max. 21 dB - pomiar wg. EN ISO 11201 lub równoważnej”.

**Pytanie 37.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 8 wózek anestezjologiczny.

Czy Zamawiający dopuści wysuwany blat boczny o wymiarach 430x430 mm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 38.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 11 kozetka lekarska.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę wyposażoną w 2 koła z blokadą?

**Odp.: Zamawiający informuje, że w Pakiecie 11 nie dopuszcza do zaoferowania kozetki wyposażonej w 2 koła z blokadą.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Pakiecie 12 dopuszcza do zaoferowania kozetkę wyposażoną w 2 koła z blokadą.

**Pytanie 39.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 13 parawan mobilny 2-skrzydłowy.

Czy Zamawiający zamiast konstrukcji parawanu z rurek stalowych lakierowanych dopuści konstrukcję wykonaną z profilu aluminiowego, lakierowanego ? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 40.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 15,16 wózek oddziałowy wielofunkcyjny.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „foliowy worek z pokrywą” miał na myśli wózek wyposażony w uchwyt z pokrywą na foliowy worek.

**Odp.: TAK, Zamawiający pisząc „foliowy worek z pokrywą” miał na myśli wózek wyposażony w uchwyt z pokrywą na foliowy worek.**

**Pytanie 41.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 15 wózek oddziałowy wielofunkcyjny.

Czy Zamawiający dopuści długość wózka 68 cm ? Wymiar tej tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego , a jest jednocześnie w pełni funkcjonalny i wygodny.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 42.**

X dotyczy Pakietu nr VII poz. 17 stojak na kroplówki z listwą zasilającą.

Czy Zamawiający zamiast 2 kółek z blokadą dopuści 3 kółka z hamulcem?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 43.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 20 stolik przyłóżkowy do posiłków.

Czy Zamawiający dopuści wymiar blatu 43x73,5cm? Większa powierzchnia jest bardziej funkcjonalna, ponieważ umożliwia większą swobodę podczas korzystania z blatu.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 44.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 20 stolik przyłóżkowy do posiłków.

Czy Zamawiający dopuści stolik ze stopniową regulacją pochyłu blatu? Taka technologia jest w pełni funkcjonalna i bezpieczna oraz powszechnie stosowana na oddziałach szpitalnych.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 45.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 20 stolik przyłóżkowy do posiłków.

Czy Zamawiający dopuści stolik z regulacją pochyłu blatu +/- 60 stopni zamiast +/- 45 stopni? Zaproponowany zakres jest bardziej funkcjonalny, ponieważ umożliwi pacjentowi wykorzystanie stolika jako uchwyt do oglądania telewizji z tabletu lub smartfona.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 46.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 20 stolik przyłóżkowy do posiłków.

Czy Zamawiający dopuści stolik z regulacją wysokości w zakresie 85-130 cm?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 47.**

dotyczy Pakietu nr VII poz. 21 taboret z oparciem.

Czy Zamawiający dopuści zakres działania siłownika pneumatycznego w przedziale 480-600 mm? Zakres ten tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego, a jest jednocześnie w pełni funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 48.**

Czy Zamawiający dopuści materac między innymi z funkcją siedzeniową- gdzie po włączeniu tej funkcji system automatycznie dostosowuje odpowiednie ciśnienie w materacu dla pozycji siedzeniowej? Oferent wnosi o dopuszczenie produktów spełniających powyższe wymagania oraz o dopuszczenie zastosowania rozwiązań alternatywnych w postaci różnych, alternatywnych rozwiązań technicznych, które nie zmniejszą opisanej przez Zamawiającego skuteczności medycznej przedmiotu zamówienia.

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania materac z funkcją siedzeniową - gdzie po włączeniu tej funkcji system automatycznie dostosowuje odpowiednie ciśnienie w materacu dla pozycji siedzeniowej.**

**Pytanie 49.**

Czy Zamawiający dopuści pompę, w której regulacja poziomu ciśnienia powietrza w materacu ustawiana jest w zależności stopnia odleżyn pacjenta- czytelnej etykiety umieszczonej na pompie. Zakres regulacji ciśnienia w pompie w zakresie min. 15-40 mm Hg? Oferent wnosi o dopuszczenie produktów spełniających powyższe wymagania oraz o dopuszczenie zastosowania rozwiązań alternatywnych w postaci różnych, alternatywnych rozwiązań technicznych, które nie zmniejszą opisanej przez Zamawiającego skuteczności medycznej przedmiotu zamówienia.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 50.**

Czy Zamawiający dopuści normy niepalności: PN EN ISO 12952-1 oraz PN EN ISO 12952-2, które są równoważne z wymaganymi? Oferent wnosi o dopuszczenie produktów spełniających powyższe wymagania oraz o dopuszczenie zastosowania rozwiązań alternatywnych w postaci różnych, alternatywnych rozwiązań technicznych, które nie zmniejszą opisanej przez Zamawiającego skuteczności medycznej przedmiotu zamówienia.

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza normy niepalności: PN EN ISO 12952-1 oraz PN EN ISO 12952-2, które są równoważne z wymaganymi.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Pakiecie VII w pozycji 3 w punkcie 28 dopuszcza wszystkie normy równoważne do wymienionych.**

**Punkt 28 przyjmuje zapis: „materac odporny na zapłon wg. EN597-1 i EN597-2 lub równoważnych”**

**Pytanie 51.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

6. Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny - 3 sztuki.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o stelażu wykonanym z profili zamkniętych wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z wypełnieniem i podstawą – blacha nierdzewna gatunek stali 1.4301 (304); odbojniki nad kołami w formie krążków z tworzywa? – dotyczy l.p. 6, 7, 10.





**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 52.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

6. Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny - 3 sztuki.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blatem z relingami? – dotyczy l.p. 8.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 53.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

6. Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny - 3 sztuki.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym reling na blacie pełni rolę uchwytu do prowadzenia? – dotyczy l.p. 9.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

9

**Pytanie 54.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

6. Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny - 3 sztuki.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z pokrywą podnoszoną nożnie? – dotyczy l.p. 11.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 55.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

6. Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny - 3 sztuki.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach (dotyczy l.p. 12-15):

- całkowitych (dłxszerxwys) w mm: 1190x640x1100mm
- wymiary szafki (dł. x szer. x wys.) w mm: 600x660x775mm
- blat: 600x600mm
- wymiary półki: 597x595mm

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 56.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

7. Wózek opatrunkowy - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach (dł. x szer. x wys.) w mm: 690x700x985mm – dotyczy l.p. 5.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 57.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

7. Wózek opatrunkowy - 1 sztuka.



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w szuflady o wysokości frontu: 2x 180mm, 1x szuflada dolna - 340mm? – dotyczy l.p. 6.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 58.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

7. Wózek opatrunkowy - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym malowany jest tylko front (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)? Oferowane rozwiązanie jest bardzo estetyczne i chętnie wybierane przez Użytkowników. – dotyczy l.p. 8.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga, aby na froncie umieszczona była dekoracyjna grafika nakładana metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV. Przynajmniej 10 motywów do wyboru.

**Pytanie 59.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

7. Wózek opatrunkowy - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? – dotyczy l.p. 9.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 60.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

7. Wózek opatrunkowy - 1 sztuka.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny fi 100mm? – dotyczy l.p. 11.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 61.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

8. Wózek anestetyczny TYP 1 – 3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm), z szafką o wymiarach 650x600x820mm? – dotyczy l.p. 5, 6.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 62.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

8. Wózek anestetyczny TYP 1 – 3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach użytkowych szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 500x484x93 mm, (przy wysokości frontu 1x234mm): 500x484x173 mm? – dotyczy l.p. 8.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 63.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

8. Wózek anestetyczny TYP 1 – 3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysuwany blat boczny o wymiarach 474x500mm? – dotyczy l.p. 10.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 64.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

8. Wózek anestetyczny TYP 1 – 3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego blat wyposażony jest w bandy o wysokości 60mm? – dotyczy l.p. 12.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 65.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

8. Wózek anestezjologiczny TYP 1 – 3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt typu C, wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 13.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 66.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

8. Wózek anestezjologiczny TYP 1 – 3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm (odboje nad kołami w formie krążków z tworzywa)? – dotyczy l.p. 14.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 67.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

8. Wózek anestezjologiczny TYP 1 – 3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego w formie kosza kolanowego wykonanego z tworzywa, montowanego na stałe do ściany bocznej wózka, z pokrywą otwieraną góra/dół (nie wahadłową)? – dotyczy l.p. 15.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 68.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

8. Wózek anestezjologiczny TYP 1 – 3 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę z 11 pojemnikami: 6 górny poziom, 5 dolny poziom? - dotyczy l.p. 15.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 69.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

9. Wózek anestezjologiczny TYP 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm), z szafką o wymiarach 650x600x820mm? – dotyczy l.p. 5, 6.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 70.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

9. Wózek anestezjologiczny TYP 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym malowany jest tylko front (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)? Oferowane rozwiązanie jest bardzo estetyczne i chętnie wybierane przez Użytkowników. – dotyczy l.p. 9.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 71.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

9. Wózek anestezjologiczny TYP 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? – dotyczy l.p. 10.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 72.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

9. Wózek anestezjologiczny TYP 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego blat wyposażony jest w bandy o wysokości 60mm? – dotyczy l.p. 10.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 73.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

9. Wózek anestezjologiczny TYP 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt typu C, wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 11.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 74.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

9. Wózek anestezyjologiczny TYP 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm (odboje nad kołami w formie krążków z tworzywa)? – dotyczy l.p. 12.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 75.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

9. Wózek anestezyjologiczny TYP 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego w formie kosza kolanowego wykonanego z tworzywa, montowanego na stałe do ściany bocznej wózka, z pokrywą otwieraną góra/dół (nie wahadłową)? – dotyczy l.p. 13.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 76.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

9. Wózek anestezyjologiczny TYP 2 – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę (stelaż nierdzewny) z 3 pojemnikami (pojemniki wykonane z tworzywa ABS, z uchylnymi frontami z przezroczystego polistyrenu o wysokiej odporności mechanicznej)- dotyczy l.p. 13.



**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

12

**Pytanie 77.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

10. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm), z szafką o wymiarach 650x600x820mm? – dotyczy l.p. 5, 6.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 78.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

10. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym malowany jest tylko front (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym)? Oferowane rozwiązanie jest bardzo estetyczne i chętnie wybierane przez Użytkowników. – dotyczy l.p. 9.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga, aby na froncie umieszczona była dekoracyjna grafika nakładana metodą nadruku cyfrowego, utwardzaną promieniami UV. Przynajmniej 10 motywów do wyboru.

**Pytanie 79.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

10. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? – dotyczy l.p. 10.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 80.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)



10. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego blat wyposażony jest w bandy o wysokości 60mm? – dotyczy l.p. 10.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 81.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

10. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt typu C, wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 11.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 82.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

10. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm (odboje nad kołami w formie krążków z tworzywa)? – dotyczy l.p. 12.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 83.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

10. Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego w formie kosza kolanowego wykonanego z tworzywa, montowanego na stałe do ściany bocznej wózka, z pokrywą otwieraną góra/dół (bez blokady). Kosz bez obudowy drucianej? – dotyczy l.p. 13.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 84.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

21. taboret z oparciem – 2 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z podstawą trójramienną wykonaną ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wyposażoną w 5 kółek o średnicy fi 50 mm (dwa z blokadą)? – dotyczy l.p. 5.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 85.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

21. taboret z oparciem – 2 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z podstawą o średnicy 480mm? – dotyczy l.p. 7.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 86.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

21. taboret z oparciem – 2 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu z wysokością regulowaną w zakresie 490/630mm? – dotyczy l.p. 8.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 87.**

Dotyczy - załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 7)

21. taboret z oparciem – 2 sztuki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu, w którym oparcie regulowane jest w dwóch płaszczyznach, ręcznie blokowane za pomocą pokrętła? – dotyczy l.p. 9.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET VIII – Drobnny sprzęt medyczny TYP II**

Zamawiający informuje, że w Pakiecie VIII w pozycji 12 w punkcie 158 dopuszcza wszystkie normy równoważne do wymienionych.

Punkt 158 przyjmuje zapis: „MMAD wg normy EN13544-1: 2,9 [µm] lub równoważnej”.

**Pytanie 88.**



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktów fabrycznie nowych rok produkcji 2021 lub 2020.  
**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie produktów fabrycznie nowych rok produkcji 2021 lub 2020.**

**Pytanie 89.**

dot. Poz.4 Stetoskop lekarski typ 1 -8 szt.  
pkt. 41 czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop 3M Littmann Master Classic II o wadze 160 g.  
Pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 90.**

dot. Poz 5 Stetoskop lekarski typ 2 - 8 szt.  
pkt. 48 czy Zamawiający wyrazi zgodę na stetoskop 3M Littmann Classic III o parametrach: długość 69 cm, średnica membrany małej 3,3 cm, średnica membrany 4,3 cm, waga 150 g.  
Pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 91.**

dot. poz. 6 Pulsoksymetr napalcowy – 6 szt.  
pkt.58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres pomiaru pulsu 30 – 250 uderzeń / minutę.  
Pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 92.**

dot. poz.8 Termometr elektroniczny – 6 szt.  
pkt. 98 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres pomiaru ciała 1-55 stopni C +/- 1 stopień C.  
Pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 93.**

dot. poz.10 Balkonik chodzik rehabilitacyjny - 4 szt.  
pkt. 128 czy Zamawiający wyrazi zgodę na balkonik o wymiarach:  
wysokość min. 78 cm, wysokość max 96 cm.  
szerokość całkowita z nasadkami 55 cm.  
szerokość całkowita z kółkami 60 cm.

Pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 94.**

Poz 12 Inhalator pneumatyczny - 4 szt.  
pkt.160 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inhalator o przepływie powietrza z nebulizatora 6 l/min.  
Pozostałe parametry inhalatora jak w SIWZ.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 95.**

poz. 13 Ciśnieniomierz elektroniczny – 20 szt.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ciśnieniomierz elektroniczny o następujących parametrach:  
- automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny wykorzystujący metodę oscylometryczną  
- zakres wskazań 0 – 299 mmHg,  
- zakres pomiaru: ciśnienie skurczowe (SYS) 60-260 mmHg, ciśnienie rozkurczowe(DIA) 40-215 mmHg,  
- zakres wskazań tętna 40 – 180 uderzeń /minutę,  
- dokładność pomiaru: ciśnienie w mankiecie +/- 3 mmHg,  
- tętno +/- 5 % wskazanej wartości,  
- pojemność pamięci 2 x 60 pomiarów,  
- automatycznie pompowany mankiet model Intelli Wrap Cuff.

Rękaw Intelli Wrap to wstępnie uformowany rękaw 360°, który może zostać dopasowany do różnych obwodów i kształtów ramion w zakresie od 22 do 42 cm.

Intelli Wrap Cuff posiada dokładną strefę pomiarową, która otacza ramię dookoła 360°, dzięki czemu jest praktycznie niemożliwe, aby umieścić mankiet nieprawidłowo. Standardowe mankiety mogą spowodować

niedokładne lub zmienne wyniki, gdy założony zostanie nieprawidłowo. Jest to spowodowane małą strefą pompowania w mankiecie.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

### Wzór umowy

#### Pytanie 96.

**Pytanie nr 3, dotyczy Załącznik Nr 3C do SWZ, §4 ust. 1-3**

Czy z uwagi na niemożliwy do przewidzenia rozwój zagrożenia epidemicznego COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### Pytanie 97.

**Pytanie nr 4, dotyczy Załącznik Nr 3C do SWZ, § 4 ust. 4**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### Pytanie 98.

**Pytanie nr 5, dotyczy Załącznik Nr 3C do SWZ**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### Pytanie 99.

**Pytanie nr 6, dotyczy Załącznik Nr 3C do SWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urzędnika wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmięnionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.



5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 100.**

**Pytanie nr 7, dotyczy Załącznik Nr 3C do SWZ**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 101.**

**Pytanie nr 8, dotyczy Załącznik Nr 3C do SWZ, § 4 ust. 2**

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że odstąpienie od umowy będzie zasadne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnień w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 4 wzoru umowy.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

SPECJALISTA ds. APARATURY MEDYCZNEJ  
DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ  
*Paweł Batorski*  
mgr inż. Paweł Batorski  
tel. +48 12 614 26 31

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
Im. Jana Pawła II  
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80  
DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ  
tel. +48 12 614 2018, +48 12 614 2445  
fax +48 12 614 2410, +48 12 614 2446  
NIP 677-16-94-570, REGON 000240073

KIEROWNIK  
Dział Inżynierii Klinicznej  
*Paweł Szkodny*  
mgr inż. Paweł Szkodny  
tel. +48 12 614 2018

Krakowski Szpital Specjalistyczny  
Im. Jana Pawła II  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Lecznictwa

*Dorota Sobczyk*  
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

