

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) pn.:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”

Znak sprawy:

15/11/2022

Włoszczowa, dnia 15.11.2022 roku

I. Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
telefon 041 38 83 837,
adres e-mail: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl
NIP 656 –18 – 55 908, REGON 000304295
Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.zozwloszczowa.pl>
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:05

II. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą udostępnione zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres platformy, za pomocą której należy złożyć ofertę oraz na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

III. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia poniżej progu unijnego.
2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

IV. Rodzaj zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

V. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Zamówienie obejmuje: dostawę, instalację, uruchomienie sprzętu i szkolenie personelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - Pakiet Nr 1 – 8 stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - **szczegółowy formularz asortymentowo - cenowy**.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności:
 - a) Zakup i dostawę kompletnego sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego,
 - b) Instalację, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu;
 - c) Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego;

- d) Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu,
 - e) Oferowany sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy, niekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany w roku 2022,
 - f) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim oraz atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP,
 - g) Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać oznakowanie CE.
 - h) Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wymogu instalacji, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenia pracowników. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na odstąpienie od ww. wymogów oraz dostarczyć z przedmiotem zamówienia oświadczenie, że zapoznanie się użytkowników sprzętu z instrukcją obsługi jest wystarczającą gwarancją bezpiecznej instalacji, montażu, uruchomienia i korzystania z urządzeń.
3. Jeśli w przedmiocie zamówienia Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych stosownie do postanowień 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. Kryterium równoważności stosowanym w celu oceny równoważności zaoferowanych rozwiązań jest spełnienie przez zaoferowane rozwiązania, co najmniej takich samych lub lepszych parametrów technicznych i funkcjonalnych, nie obniżających określonych standardów, niż te które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne obowiązany jest udowodnić na etapie składania oferty, że oferowane rozwiązanie posiada parametry i cechy, o których mowa w zdaniu poprzednim. Brak wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Kod CPV

- 33190000-8 Różne urządzenia medyczne;
- 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne
- 33195200-5 Centralna jednostka monitorująca

VI. **Opis części zamówienia:**

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety (**pakiet nie podlega podziałowi**).
2. Oferty można składać w odniesieniu do jednego lub większej liczby pakietów.
3. W przypadku, gdy oferta jednego wykonawcy, złożona na więcej niż jeden pakiet niniejszego postępowania, okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację zamówienia publicznego.

VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający nie żąda złożenia wraz z

ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

VIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych.

IX. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców oraz udostępnienia w siedzibie Zamawiającego do sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje szczegółowego określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP.

X. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja dostaw w terminie **do dnia 30 grudnia 2022 r.**

XI. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz podmiotowych środków dowodowych.

XI.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 57 ustawy Pzp w zw. z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, t.j.:

- 1) **nie podlegają wykluczeniu;**
- 2) **spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:**

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

d) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie

sprzętu medycznego lub wyposażenia, którego zakres obejmował dostawy lub usługi tożsame z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca);

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

XI.II Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:**
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (**Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe tych podmiotów, dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest złożyć te dokumenty sam Wykonawca**).
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

XI.III Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz 109 ust. 1 pkt 1 i 4 (fakultatywne przesłanki wykluczenia):

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.),
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1599),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się także wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 593 ze zm.).

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

4. Zamawiający wykluczy także z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4 powyżej Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacji, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

XI.IV PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności

czynny wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 a (4 b dla Podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) do SWZ.

XI.V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz postaw do wykluczenia - informacje wstępne

Ocena spełniania podstaw wykluczenia z postępowania, zostanie dokonana zgodnie z formułą „podlega – nie podlega”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdz. XI.VII.

XI.VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą

1. **W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
 - a) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 3 a do SWZ**;
 - b) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Stosowne oświadczenie, składa się na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 3 b do SWZ**;
2. **W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:**
 - a) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 4 a do SWZ**.
 - b) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Stosowne oświadczenie składa się na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 4 b do SWZ**.

XI.VII Podmiotowe środki dowodowe (oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy pzp, składane na wezwanie zamawiającego):

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
 - a) **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy;
 - b) **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp.,

- art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

- c) **oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.**
- d) – wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz dostaw/usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Wymagane jest wykazanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie sprzętu lub wyposażenia, którego zakres obejmował dostawy lub usługi tożsame z zakresem zamówienia (pakietem/ami do którego/ych zamierza przystąpić wykonawca);
2. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.) lub podmiotowych środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w:

- 1) Rozdziale XI.VII ust. lit. a – odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
6. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XI.VI SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).

XI.VIII Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI.VI i XI.VII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 8).**

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XI.IX Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

XII. Oferta

XII.I Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.

1. **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** i braków podstaw do wykluczenia – podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do niniejszej SWZ,
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (*zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ*) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ryczałtową netto, wartość podatku VAT, łączną cenę ofertową brutto, wskazanie okresu gwarancji udzielanego na przedmiot zamówienia, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń,
3. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, (*stanowiący załącznik nr 1 do SWZ*),
4. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika,
5. W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

XII.II Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane **elektronicznym kwalifikowanym podpisem** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym**. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środkach dowodowych na platformie, **kwalifikowany podpis elektroniczny** lub **podpis zaufany** lub **podpis osobisty** Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3. Oferta powinna być:
 - a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, iż oferta podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

XIII.I. Informacje Ogólne

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Joanna Szwarc / Agnieszka Bukowska – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej - w sprawach proceduralnych tel. 41 3883837 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00, e-mail: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
 - a) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 - b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
 - c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 - d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 - e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
 - f) przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 - g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
 - h) przesyłania odwołania/inne
- odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
 - d. włączona obsługa JavaScript,
 - e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
 - g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](#).
9. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

11. Formaty danych postaci elektronicznej oświadczeń i dokumentów

1. **Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2247)**
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a. .zip
 - b. .7Z
4. Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem

podpisywanym.

8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
11. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosek.
13. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
17. **Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 101 02 02 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00) e-mail: cwk@platformazakupowa.pl**

XIII.II. Złożenie oferty w postępowaniu.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: **https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa do dnia 24.11.2022 r. do godziny 10:00.**
2. Termin związania ofertą upływa w dniu 23.12.2022 r.
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 Ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zasyfrowana i złożona.
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XIII.III. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **24.11.2022 r. godzina 11:00.**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.
6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XIV. Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo - cenowy;
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
- Załącznik nr 3 (a i b) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 4 (a i b) – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- Załącznik nr 5 – wzór wykazu dostaw/usług;
- Załącznik nr 6 – oświadczenie Grupa Kapitałowa – wzór;
- Załącznik nr 7 – oświadczenie dot. aktualności informacji
- Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców;
- Załącznik nr 9 – istotne postanowienia umowy.

XV. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Kryteria oceny ofert:

I. Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium – 60 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ).

Kryterium ceny – (Kc).

$$Kc = \frac{\text{Najniższa łączna cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie.}} \times 100 \times 60\%$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli Wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Sposób wyliczania ceny w formularzu ofertowo – cenowym:

1. pozycja z kolumny nr 4 (ilość) x pozycja z kolumny nr 5 (cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto) pozycja nr 7,
2. kwota z kolumny nr 7 (wartość ogółem netto) x stawka podatku VAT pozycja z kolumny nr 8 = wartość podatku VAT kolumna nr 9,
3. (wartość ogółem netto) pozycja z kolumny nr 7 + (wartość podatku VAT) pozycja z kolumny nr 9 = (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 10,
4. (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 10 / na (ilość) pozycja z kolumny nr 4 = (cena jednostkowa brutto) pozycja z kolumny nr 6.

Okres gwarancji (G) – wartość kryterium - max 40 pkt.

Zamawiający wymaga w SWZ minimalnego okresu gwarancji, który wynosi odpowiednio:

- dla pakietów nr 1, 2, 5, 6, 7, 8 - 2 lata;
- dla pakietu nr 3 i 4 - 3 lata.

Wykonawca w celu uzyskania punktów w przedmiotowym kryterium może zaoferować dłuższy okres gwarancji, za który otrzyma dodatkowe punkty na określonych poniżej zasadach:

1. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje podane w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ), odnoszącym się do kryterium „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia”.

2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być wyrażony w pełnych latach.
3. Za każdy rok gwarancji ponad minimalny (2 lata dla Pakietów nr 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 3 lata dla Pakietów nr 3, 4) – zostanie przyznane Wykonawcy dodatkowe 20 punktów w przedmiotowym kryterium.
4. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 4 lata dla Pakietów nr 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 5 lat dla Pakietów nr 3 i 4, nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów.
5. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż minimalny wymagany w SWZ tj. 2 lata dla pakietów nr 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 3 lata dla Pakietów nr 3, 4 - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości lat gwarancji na przedmiot zamówienia – Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji tj. – 2 lata dla pakietów nr 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 3 lata dla Pakietów nr 3, 4 za który w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzyma 0 punktów.
7. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje w danym pakiecie różne terminy gwarancji na poszczególne sprzęty, punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z najkrótszym zaproponowanym terminem gwarancji w danym pakiecie.
8. Zaproponowanie gwarancji w niepełnych latach skutkować będzie zaokrągleniem do pełnych lat w dół i naliczeniem punktów zgodnie z tym zaokrągleniem.

Oferta najkorzystniejsza:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + gwarancja).
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub kosztem.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVIII. Opis sposobu obliczania i podania ceny

Przez cenę – należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku, o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178)

Zamawiający wymaga by cena ostateczna oferty była podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązkiem składającego ofertę jest:

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej ofercie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wzór formularz ofertowy załącznik nr 2).
3. Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

XIX. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. została złożona po terminie składania ofert;
2. została złożona przez wykonawcę:
 - podlegającego wykluczeniu z postępowania;
 - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3. jest niezgodna z przepisami ustawy;
4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
7. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9. została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
10. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
11. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
12. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
13. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
14. wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wnioski o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 – w przypadku gdy zamawiający wymagał jego wniesienia;
15. oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
16. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
17. obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której

mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1863), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

XX. Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

1. Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,
2. Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

Ogłoszenie wyników postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się zawarciem umowy lub jego unieważnieniem.
2. Zamawiający **unieważni postępowanie**, jeśli zaistnieje którakolwiek z obligatoryjnych przesłanek, przewidzianych w art. 255 ustawy Pzp.
3. **Zamawiający przewiduje również unieważnienie postępowania na podstawie art. 310 pzp, tj. w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. Zamawiający wskazuje, iż na sfinansowanie realizacji przedmiotowego postępowania zamierza przeznaczyć środki pozyskane z rezerwy ogólnej z budżetu państwa.**
4. Jeśli nie zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt istotnych postanowień umowy stanowi załącznik Nr 9.

XXII. Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy
 - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej (zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej) określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. art 505-590)

XXIII KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, tel.(41)3883765, e-mail: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl;**
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm., dalej - ustawa PZP);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do SWZ:

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo - cenowy;
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
- Załącznik nr 3 (a i b) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 4 (a i b) – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- Załącznik nr 5 – wzór wykazu dostaw/usług;
- Załącznik nr 6 – oświadczenie Grupa Kapitałowa – wzór;
- Załącznik nr 7 – oświadczenie dot. aktualności informacji;
- Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców;
- Załącznik nr 9 – istotne postanowienia umowy.

ZATWIERDZAM

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
Rafał Krupa

Formularz asortymentowo - cenowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	Nazwa	Okres gwarancji
Pakiet 1	Aparat USG Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 lata
Pakiet 2	Aparat USG Poradnia Ginekologiczno- Położnicza	2 lata
Pakiet 3	Wideogastroskop	3 lata
Pakiet 4	Myjnia do endoskopów	3 lata
Pakiet 5	Ssak medyczny	2 lata
Pakiet 6	Wózek reanimacyjny	2 lata
Pakiet 7	Defibrylator	2 lata
Pakiet 8	Centrala pielęgniarska	2 lata

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

Pakiet nr 1 - Aparat USG - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 1 szt.

L.p.	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH	WARUNEK WYMAGANY	WARTOŚĆ OFEROWANA, PODAĆ
1.	Aparat ultrasonograficzny		
2.	Producent/Kraj	Podać	
3.	Model/typ urządzenia	Podać	
4.	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2022	Tak	
5.	Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej	Tak	
6.	Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 1 000 000	Tak, podać	
7.	Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu min. 1,5 -22 MHz	Tak	
8.	Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektronicznie min. 3	Tak podać	
9.	Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 240 dB	Tak, podać	
10.	Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli	Tak	
11.	Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu.	Tak	
12.	Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania	Tak	
13.	Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu	Tak	
14.	Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows	Tak	
15.	Pojemność dysku twardego min. 1 TB	Tak, podać	
16.	Min. 3 portów USB w tym 2 z przodu aparatu	Tak	
17.	Zapis obrazów i pętli kinowych w formacie na dysku twardym aparatu, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows.	Tak	
18.	Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) min. 70	Tak, podać	

19.	Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego	Tak	
20.	Ilość klatek pamięci CINE min. 40 000	Tak, podać	
21.	Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth	Tak	
22.	Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne	Tak	
23.	Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu	Tak	
24.	Biało-czarna drukarka termiczna	Tak	
25.	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	Tak	
26.	Wbudowana bateria pozwalająca na min. 15 minut normalnej pracy aparatu przy utracie zasilania z wyświetlanym na ekranie monitora aparatu stanem naładowania baterii.	Tak	
27.	Bezprzewodowa łączność z siecią - Wi-Fi	Tak	
	TRYBY OBRAZOWANIA		
1.	Tryb 2D (B-Mode)	Tak	
2.	Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2-39 cm	Tak, podać	
3.	Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min. 10 x	Tak, podać	
4.	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran	Tak	
5.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz	Tak	
6.	Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) min. 8 stref	Tak, podać	
7.	Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) min. 8 stref	Tak, podać	
8.	Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn	Tak	
9.	Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni)	Tak	
10.	Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi	Tak	

11.	Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)	Tak	
12.	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min. 1 200 obr./sek	Tak, podać	
13.	Tryb M	Tak	
14.	Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 5	Tak, podać	
15.	Tryb M z efektem Dopplera kolorowego	Tak	
16.	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego	Tak	
17.	Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie	Tak	
18.	Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym	Tak	
19.	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	Tak	
20.	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0° min. 7,5 m/s	Tak, podać	
21.	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 -20 mm	Tak, podać	
22.	Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/- 80 stopni	Tak, podać	
23.	Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku	Tak	
24.	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego	Tak	
25.	Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD)	Tak	
26.	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0° min. 35 m/s	Tak, podać	
27.	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera CW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego	Tak	
28.	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	Tak	
29.	Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego min. 300 obr. /sek.	Tak, podać	
30.	Regulacja uchyłności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych min. +/- 25 stopni	Tak, podać	
31.	Tryb angiologiczny /Power Doppler/	Tak	
32.	Tryb Power Doppler kierunkowy	Tak	
33.	Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach	Tak	
34.	Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Tak	
35.	Obrazowanie kurczliwości mięśnia sercowego z użyciem technologii śledzenia tkanki w trybie 2D za pomocą wektorów lub podobnie (bez użycia Dopplera tkankowego)	Tak	

36.	Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego do oceny lewej komory serca - LVO	Tak	
37.	Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio	Tak	
38.	Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wystanej z głowicy). Wynik uzyskany jako obraz elastogramu w mapach koloru. Możliwość wyświetlania jednocześnie obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednocześnie obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Możliwość pomiarów na elastogramie (jednostki kPa i m/s do wyboru)	Tak	
39.	Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/	Tak	
40.	Tryb Triplex /2D+PWD+CD/	Tak	
41.	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego. Automatyczne ustawienie pola Dopplera kolorowego w naczyniu.	Tak	
42.	Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych	Tak	
43.	Technologia wzmacniania wizualizacji igły biopsyjnej	Tak	
	GŁOWICE		
1.	Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań jamy brzusznej	Tak	
2.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,5 – 5,5 MHz	Tak, podać	
3.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min.3	Tak, podać	
4.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3	Tak, podać	
5.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3	Tak, podać	
6.	Ilość elementów min. 128	Tak, podać	
7.	Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni	Tak, podać	
8.	Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy min. 80 stopni	Tak, podać	
9.	Głębokość obrazowania min. 39 cm	Tak, podać	
10.	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchniowo położonych narządów.	Tak	
11.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 5,5 - 15,5 MHz	Tak, podać	
12.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3	Tak, podać	
13.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3	Tak, podać	

14.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3	Tak, podać	
15.	Długość pola obrazowego poniżej 40 mm	Tak, podać	
16.	Ilość elementów min. 190	Tak, podać	
17.	Obrazowanie trapezowe	Tak	
18.	Głębokość obrazowania min. 25 cm	Tak, podać	
19.	Głowica sektorowa (phased array) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań kardiologicznych dorosłych.	Tak	
20.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,5-4,5 MHz	Tak, podać	
21.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min.3	Tak, podać	
22.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3	Tak, podać	
23.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3	Tak, podać	
24.	Ilość elementów min. 60	Tak, podać	
25.	Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni	Tak, podać	
26.	Głębokość obrazowania min. 30 cm	Tak, podać	
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO - OBLICZENIOWE			
1.	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym	Tak	
2.	Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: kardiologia, naczynia, j.brzuszna, urologia, ginekologia, położnictwo, małe i powierzchowne narządy i inne	Tak	
3.	Raporty z każdego rodzaju badań	Tak	
4.	Możliwość dołączania zdjęć do raportu	Tak	
5.	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana na bazie Dopplera tkankowego	Tak	
6.	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego)	Tak	
7.	Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF	Tak	
8.	Oprogramowanie Stress Echo – wysiłek fizyczny oraz próba farmakologiczna. Możliwość tworzenia własnych protokołów	Tak	
9.	Automatyczny pomiar IMT	Tak	
OPCJE ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT			
1.	Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych	Tak	

	(objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 75 objętości/sek.		
2.	Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna	Tak	
3.	Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie	Tak	
4.	Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu.	Tak	
5.	Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D.	Tak	
6.	Obrazowanie panoramiczne	Tak	
7.	Obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze	Tak	
8.	Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wystanej z głowicy). Wynik uzyskany jako obraz elastogramu w mapach koloru. Możliwość wyświetlania jednocześnie obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednocześnie obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Jednostki kPa i m/s do wyboru	Tak	
9.	Analiza sztywności tkanki w wybranej bramce realizowana w trybie elastografii akustycznej z możliwością uśredniania wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary: kPa i m/s do wyboru	Tak	
10.	Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange,	Tak	

Gwarancja i Serwis			
1.	Okres gwarancji na cały system (aparat, głowice, printer) minimum 2 lata	Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.	Tak, podać	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godziny	Tak, podać	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.	Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia.	Tak	
7.	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)	Tak	
8.	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie	Tak	
9.	Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aparat USG	szt.	1						
					RAZEM				

Pakiet nr 2 - Aparat USG - Poradnia Ginekologiczno - Położnicza - 1 szt.

Lp.	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH	WARUNEK WYMAGANY	WARTOŚĆ OFEROWANA, PODAĆ
1.	Aparat ultrasonograficzny	Podać	
2.	Producent/Kraj	Podać	
3.	Model/typ urządzenia	Podać	
4.	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2022	Tak	
5.	Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej	Tak	
6.	Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 1 000 000	Tak, podać	
7.	Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu min. 1,5 -22 MHz	Tak	
8.	Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektronicznie min. 3	Tak podać	
9.	Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 240 dB	Tak, podać	
10.	Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli	Tak, podać	
11.	Monitor LCD bez przepłotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu.	Tak, podać	
12.	Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania	Tak	
13.	Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu	Tak	
14.	Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows	Tak	
15.	Pojemność dysku twardego min. 1 TB	Tak, podać	
16.	Min. 3 portów USB w tym 2 z przodu aparatu	Tak, podać	
17.	Zapis obrazów i pętli kinowych w formacie na dysku twardym aparatu, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows.	Tak	
18.	Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) min. 70	Tak, podać	

19.	Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego	Tak	
20.	Ilość klatek pamięci CINE min. 40 000	Tak, podać	
21.	Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth	Tak	
22.	Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne	Tak	
23.	Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu	Tak	
24.	Biało-czarna drukarka termiczna	Tak	
25.	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy	Tak	
26.	Wbudowana bateria pozwalająca na min. 15 minut normalnej pracy aparatu przy utracie zasilania z wyświetlanym na ekranie monitora aparatu stanem naładowania baterii.	Tak	
27.	Bezprzewodowa łączność z siecią - Wi-Fi	Tak	
TRYBY OBRAZOWANIA			
1.	Tryb 2D (B-Mode)	Tak	
2.	Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2-39 cm	Tak, podać	
3.	Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min. 10 x	Tak, podać	
4.	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran	Tak	
5.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz	Tak	
6.	Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) min. 8 stref	Tak, podać	
7.	Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) min. 8 stref	Tak, podać	
8.	Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn	Tak	
9.	Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni)	Tak	
10.	Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi	Tak	

11.	Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)	Tak	
12.	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min. 1 200 obr./sek	Tak, podać	
13.	Tryb M-mode	Tak	
14.	Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 5	Tak, podać	
15.	Tryb M z efektem Dopplera kolorowego	Tak	
16.	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego	Tak	
17.	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	Tak	
18.	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0° min. 7,5 m/s	Tak, podać	
19.	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 -20 mm	Tak, podać	
20.	Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/- 80 stopni	Tak, podać	
21.	Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku	Tak	
22.	Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego	Tak	
23.	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	Tak	
24.	Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego min. 300 obr. /sek.	Tak, podać	
25.	Regulacja uchyłności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych min. +/- 25 stopni	Tak, podać	
26.	Tryb angiologiczny /Power Doppler/	Tak	
27.	Tryb Power Doppler kierunkowy	Tak	
28.	Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach	Tak	
29.	Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Tak	
30.	Obrazowanie panoramiczne w trybie B oraz kolorowego lub Power Dopplera	Tak	
31.	Obrazowanie 3D z tzw. „wolnej ręki”	Tak	
32.	Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endowaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 75 objętości/sek.	Tak	
33.	Elastografia typu strain dostępna na głowicach liniowych i ednokawitalnych posiadająca wskaźnik siły nacisku. Możliwość obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwość pomiarów strain ratio.	Tak	

34.	Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/	Tak	
35.	Tryb Triplex /2D+PWD+CD/	Tak	
36.	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego.	Tak	
37.	Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych	Tak	
38.	Technologia wzmacniająca wizualizację igły biopsyjnej	Tak	
	GŁOWICE		
1.	Głowica convex (objętościowa 4D) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa	Tak	
2.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3,0 - 8,0 MHz	Tak, podać	
3.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min.3	Tak, podać	
4.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3	Tak, podać	
5.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3	Tak, podać	
6.	Ilość elementów min. 120	Tak, podać	
7.	Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni	Tak, podać	
8.	Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy min. 100 stopni	Tak, podać	
9.	Głębokość obrazowania min. 39 cm	Tak, podać	
10.	Głowica liniowa wielorzędowa, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchniowo położonych narządów.	Tak	
11.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 4,5 - 13,0 MHz	Tak, podać	
12.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3	Tak, podać	
13.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3	Tak, podać	
14.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3	Tak, podać	
15.	Długość pola obrazowego poniżej max. 40 mm	Tak, podać	
16.	Ilość elementów min. 190	Tak, podać	
17.	Obrazowanie trapezowe	Tak	
18.	Głębokość obrazowania min. 25 cm	Tak, podać	
19.	Głowica microconvex endokawitarna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa.	Tak, podać	
20.	Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3,0 -12,5 MHz	Tak, podać	
21.	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3	Tak, podać	
22.	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min.3	Tak, podać	
23.	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3	Tak, podać	

24.			
25.	Ilość elementów min. 190	Tak, podać	
26.	Kąt pola obrazowego głowicy min. 170 stopni	Tak, podać	
27.	Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy min. 210 stopni	Tak, podać	
28.	Głębokość obrazowania min. 25 cm	Tak, podać	
29.	OPROGRAMOWANIE POMIAROWO - OBLICZENIOWE		
1.	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym	Tak	
2.	Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: kardiologia, naczynia, j.brzuszna, urologia, ginekologia, położnictwo, małe i powierzchowne narządy i inne	Tak	
3.	Raporty z każdego rodzaju badań	Tak	
4.	Możliwość dołączania zdjęć do raportu	Tak	
5.	Automatyczny pomiar IMT w wyznaczonym obszarze	Tak	
6.	Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL)	Tak	
7.	Automatyczny pomiar NT	Tak	
	OPCJE ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT		
1.	Wbudowany moduł EKG	Tak	
2.	Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0° min. 35 m/s	Tak	
3.	Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Tak	
4.	Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego do oceny lewej komory serca LVO	Tak	
5.	Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie	Tak	
6.	Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym	Tak	
7.	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate na bazie Dopplera tkankowego	Tak	
8.	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w oparciu o metodę śledzenia tkanki w trybie 2D (bez użycia Dopplera tkankowego)	Tak	
9.	Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej (EF) z automatyczną detekcją fazy końcowej	Tak	

	skurczu i rozkurczu		
10.	Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej (Stress Echo) – protokoły dla próby farmakologicznej oraz dla wysiłku fizycznego (bieżnia, rowerek)	Tak	
11.	Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego w tym z niskim indeksem mechanicznym MI	Tak	
12.	Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Wynik uzyskany jako obraz elastogramu w mapach koloru. Możliwość wyświetlania jednocześnie obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednocześnie obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Jednostki kPa i m/s do wyboru	Tak	
13.	Analiza sztywności tkanki w wybranej bramce realizowana w trybie elastografii akustycznej z możliwością uśredniania wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary: kPa i m/s do wyboru	Tak	
14.	Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej jakość obrazowania i endovaginalna	Tak	
15.	Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D	Tak	
16.	Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC	Tak	
17.	Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie	Tak	
18.	Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła	Tak	
19.	Automatyczna detekcja twarzy płodu oraz jej zobrazowanie pod odpowiednim kątem w obrazowaniu 3D	Tak	
20.	Obrazowanie 3D z uwidocznieniem przepływu. Funkcja dostępna z trybami kolorowy Doppler oraz Power Doppler	Tak	
21.	Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczny pomiar dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu.	Tak	
22.	Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D.	Tak	
23.	Głowice convex, liniowe, endokawitarne i sektorowe (phased array) możliwe do podłączenia inne niż oferowane.	Tak	
24.	Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange	Tak	

Gwarancja i Serwis			
1.	Okres gwarancji na cały system (aparat, głowice, printer) minimum 2 lata	Tak	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.	Tak, podać	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godziny	Tak	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.	Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia.	Tak	
7.	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)	Tak	
8.	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie	Tak	
9.	Instrukcja obsługi w j. polskim	Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aparat USG	szt.	1						
RAZEM									

Pakiet nr 3 – Wideogastroskop – 1 szt.

Lp.	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA, PODAĆ
1.	Wideogastroskop		
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)	Tak, podać	
3.	Nazwa, model, typ urządzenia	Tak, podać	
4.	Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe	Tak, podać	
5.	Średnica kanału roboczego 3,2 mm	Tak, podać	
6.	Średnica zewnętrzna wziernika 9,8 mm	Tak, podać	
7.	Kąt zagięcia: Góra/dół: 210/120 stopni Lewo/prawo: 120/120 stopni	Tak, podać	
8.	Chip CMOS w końcówce endoskopu	Tak	
9.	Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K	Tak	
10.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie, numerze seryjnym oraz wersji oprogramowania wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	Tak	
11.	Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu	Tak	
12.	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych	Tak	
13.	Wyposażony w kanał wodny typu Water Jet	Tak	
14.	Zawór testera szczelności w konektorze	Tak	
15.	4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów	Tak	
16.	Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu	Tak	

17.	System głębi ostrości 3-100 mm	Tak, podać	
18.	Długość robocza 1050 mm (+/-50 mm)	Tak, podać	
19.	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła	Tak	
20.	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem)	Tak	
21.	Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów)	Tak	
22.	Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	Tak	
23.	Rotacja konektora celem redukcji ryzyka uszkodzenia (skręcenia) endoskopu	Tak	
24.	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia	Tak	
25.	Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta	Tak	
26.	Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla GOPP	Tak	
27.	Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego	Tak	
28.	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji 6 zakresów widma	Tak	
29.	Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem	Tak	
30.	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę)	Tak	
31.	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji plazmowej	Tak	
32.	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF	Tak	
33.	Stopień ochrony przed wodą IPX7	Tak	
34.	Końcówka dystalna wyposażona w diody LED	Tak	
35.	Pełna współpraca z posiadany systemem rejestracji zdjęć i filmów z dowolnych klawiszy endoskopu w posiadany systemie Endo Box	Tak	

36.	Pełna kompatybilność z posiadanym torem wizyjnym EPK-i5500c	Tak	
37.	Pełna współpraca z posiadaną myjnią Endocleaner	Tak	
38.	<p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt ▪ Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl ▪ Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl ▪ Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl ▪ Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl ▪ Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl ▪ Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl <p>Adaptory do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl</p>	Tak	

Gwarancja i Serwis			
1.	Okres gwarancji minimum 3 lata	Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.	Tak, podać	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godziny	Tak, podać	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.	Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia.	Tak	
7.	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie	Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wideogastroskop	szt.	1						
					RAZEM				

Pakiet nr 4 - Myjnia do endoskopów - 1 szt.

Lp.	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA, PODAĆ
1.	Myjnia do endoskopów		
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)	Tak, podać	
3.	Nazwa, model, typ urządzenia	Tak, podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2022	Tak, podać	
5.	Możliwość mycia i dezynfekcji 2 endoskopów w niezależnych komorach	Tak	
6.	Pełna współpraca z posiadanymi endoskopami bezświatłowodowymi serii „Pentax ic” bez konieczności adaptacji przyłączy	Tak	
7.	Możliwość niezależnego mycia i dezynfekcji w trybie asynchronicznym (konstrukcja modułowa)	Tak	
8.	Możliwość rozbudowy o kolejne niezależne moduły	Tak	
9.	2 niezależne pokrywy do każdej komory osobno	Tak	
10.	2 niezależne wyświetlacze, programatory oraz testery szczelności do każdej komory osobno	Tak	
11.	Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów	Tak	
12.	Możliwość stosowania środków zarówno wielo lub jednorazowego użytku	Tak	
13.	Automatyczny proces mycia i dezynfekcji	Tak	
14.	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym	Tak	
15.	Możliwość pracy na środkach opartych na kwasie nadoctowym	Tak	
16.	W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów dla każdej z komór:	Tak	

	<ul style="list-style-type: none"> - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) 		
17.	Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym mycia, dezynfekcji , przedmuchu	Tak	
18.	Możliwość zaprogramowania 4 indywidualnych programów mycia (niezależnie dla każdej komory mycia)	Tak	
19.	Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej (niezależnie dla każdej komory mycia)	Tak	
20.	Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów (niezależnie dla każdej komory mycia)	Tak	
21.	Komunikaty wyświetlane w języku polskim	Tak	
22.	Myjnia wyposażona w 2 drukarki dokumentujące przebieg procesu mycia i dezynfekcji (niezależnie dla każdej komory mycia)	Tak	
23.	2 zbiorniki na środek dezynfekcyjny wykonany z tworzywa kwasoodpornego	Tak	
24.	2 zbiorniki na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności	Tak	
25.	Wbudowane 2 zbiorniki na wodę	Tak	
26.	2 zbiorniki na detergent	Tak	
27.	System niezależnych pomp dozujących działających oddzielnie (niezależnie dla każdej komory mycia)	Tak	
28.	Myjnia wyposażona w 2 lampy UV stale zanurzone w 2 niezależnych zbiornikach wodnych co powoduje stałe uzdatnianie wody	Tak	
29.	Wymiary maksymalne: 90x75x105cm (szer. X dl. X wys.), Waga 120 kg (+/- 5 kg)	Tak, podać	
30.	Urządzenie spełniające normę EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-4	Tak	

31.	Możliwość rozbudowy o podłączenie do posiadanego systemu rejestracji procesów EndoBox Myjnia w pełnym zakresie.	Tak	
32.	Możliwość rozbudowy o system rejestracji procesu mycia i dezynfekcji niezależnie dla każdego endoskopu i komory oraz personelu z informacją o numerze ID endoskopu, personelu oraz przypisanie go do pacjenta w bazie danych	Tak	

Gwarancja i Serwis			
1.	Okres gwarancji minimum 3 lata	Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.	Tak, podać	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godziny	Tak	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.	Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia.	Tak	
7.	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie	Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Myjnia do endoskopów	szt.	1						
RAZEM									

Pakiet nr 5 - Ssak medyczny - 2 szt.

Lp.	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA, PODAĆ
1.	Ssak medyczny		
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)	Tak, podać	
3.	Nazwa, model, typ urządzenia	Podać /model typ	
4.	Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe	Tak	
5.	Urządzenie elektryczne dwu-butlowe z dodatkowym naczyniem kontrolnym i wózkiem	Tak	
6.	Wydajność min. 35 l/min	Tak, podać	
7.	Zakres regulacji podciśnienia do 0,85 bar (-0,085 MPa)	Tak	
8.	Głośność, max 55 dB	Tak, podać	
9.	Waga urządzenia max. 4,5 kg (bez wózka)	Tak, podać	
10.	Wymiary max. 260 x 360 x 350 mm +/- 30 mm	Tak, podać	
11.	Sterowanie ssakiem z pulpitu oraz dodatkowy wyłącznik nożny	Tak	
12.	Część aplikacyjna CF	Tak	
13.	Poliwęglanowe naczynie wielorazowego użytku o poj. 2 l x 2 szt.	Tak	
14.	Naczynie kontrolne poliwęglanowe o poj. 0,8 l zaworem zabezpieczającym i filtrem	Tak	
15.	Przewód ssący silikonowy fi7 min. 1,5 m	Tak	
16.	Zapasowe filtry antybakteryjne 20 szt.	Tak	

17.	Mały ramowy wózek na 4 kółkach do umieszczenia ssaka	Tak	
18.	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie	Tak	
19.	Gwarancja co najmniej 2 lata	Tak, podać	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ssak medyczny	szt.	2						
RAZEM									

Pakiet nr 6 - Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Lp.	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA, PODAĆ
1.	Wózek reanimacyjny		
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)	Podać	
3.	Nazwa, model, typ urządzenia	Podać	
4.	Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe	Tak	
5.	Wymiary wózka (szer. x głęb. X wys.) 650 x 550 x 1000mm (+/- 100 mm)	Tak, podać	
6.	Wykonywany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, każdy element wózka	Tak	
7.	Wózek wyposażony w 5 szuflad	Tak	
8.	Szuflady wysuwane do końca, 2 szuflady z organizerem na leki, dolna szuflada głęboka na płyny infuzyjne	Tak	
9.	Półka pod defibrylator o wadze 9 kg. Płynna regulacja wysokości i obrotu. Minimalny rozmiar półki 35 x 30 cm do różnych defibrylatorów	Tak	
10.	Wieszak na kroplówki z regulacją wysokości	Tak	
11.	Uchwyt na min. 2 opakowania rękawiczek	Tak	
12.	Uchwyt na 1 butlę z tlenem o wadze 3 kg z tyłu wózka	Tak	
13.	Wysuwany blat roboczy z boku wózka	Tak	
14.	Centralna blokada szuflad, kluczyk zamykający na bocznej ścianie wózka	Tak	
15.	Na bocznej ścianie koszyki mocowane na szynie instrumentalnej 6 szt.	Tak	
16.	Z tyłu wózka pojemniki na cewniki	Tak	

17.	Blat górny zabezpieczony bandami ze stali nierdzewnej o wysokości min. 10 cm	Tak	
18.	Szyny instrumentalne	Tak	
19.	Uchwyt na pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym	Tak	
20.	4 kółka wózka o średnicy 125 mm (+/- 15 mm), dwa zabezpieczone hamulcami, cztery zabezpieczone odbojnicami	Tak	
21.	Uchwyt do prowadzenia wózka	Tak	
22.	Uchwyt na pojemnik na zużyte igły	Tak	
23.	Nadstawka 6-8 dużych pojemników na wysięgniku ze stali nierdzewnej	Tak	
24.	Kosz na odpady 10 litrów osadzonych na szynie instrumentalnej	Tak	
25.	System łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami	Tak	
26.	Gwarancja co najmniej 2 lata	Tak, podać	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wózek reanimacyjny	szt.	1						
					RAZEM				

Pakiet nr 7 - Defibrylator – 1 szt.

Lp.	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA, PODAĆ
1.	Defibrylator		
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)	Tak, podać	
3.	Nazwa, model, typ urządzenia	Tak, podać	
4.	Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe	Tak, podać	
5.	Przy dostawie wymagana instrukcja obsługi w wersji papierowej i elektronicznej	Tak	
6.	Oprogramowanie zapewniające komunikację z użytkownikiem w języku polskim	Tak	
7.	Defibrylacja dorosłych i dzieci	Tak	
8.	Dwufazowa fala defibrylacji	Tak	
9.	Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J	Tak, podać	
10.	Energia dostępna na min. 24 poziomach licząc od energii minimalnej do oferowanej energii maksymalnej	Tak	
11.	Wybór energii do defibrylacji za pomocą pokrętła i przycisków na panelu defibrylatora. Zamawiający dopuszcza także wybór energii do defibrylacji z łyżek twardych.	Tak, podać	
12.	Czas ładowania do energii maksymalnej < 9 sek. (tak z zasilania sieciowego jak i akumulatorowego)	Tak, podać	
13.	Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki pediatryczne	Tak	
14.	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja). Możliwość wykonania kardiowersji z samych łyżek twardych defibrylatora w przypadku uszkodzenia lub braku kabla ekg	Tak	
15.	Jeden komplet akcesoriów do wykonania defibrylacji/kardiowersji za pomocą naklejanych elektrod defibrylacyjnych	Tak	

16.	Ekran monitora: kolorowy, przekątna ekranu min. 6,5 cala, wykonana w technologii LCD TFT z aktywną matrycą o rozdzielczości min. 480 x 320 pikseli	Tak, podać	
17.	Zasilanie z sieci 230 V/50Hz jak również z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 2 godzinnego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 70 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone czasem monitorowanie i defibrylacje z zasilania sieciowego.	Tak	
18.	Waga samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja ręczna, kardiowersja, EKG/Resp, ciśnienie nieinwazyjne, saturacja, rejestrator) wraz z akumulatorem, łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych i elementem do szybkiego montażu na stojaku jezdnym - poniżej 8 kg	Tak, podać	
19.	Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości min. 50 mm Możliwość jednoczesnego wydruku min. 3 odprowadzeń ekg z kabla 3 żyłowego Możliwość jednoczesnego wydruku 3 różnych fal dynamicznych (tj. wybranego odprowadzenia ekg, fali oddechu metodą impedancyjną i krzywej pletyzmograficznej)	Tak	
20.	EKG Zakres pomiaru HR min. od 15 do 300 u./min. Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację min. 3 odprowadzeń EKG (I, II, III). Min. 8 wartości wzmocnienia dla 1mV Możliwość ustawienia i zmieniania przez użytkownika granic alarmowych HR Wyposażenie wymagane: kabel ekg 3 żyłowy	Tak	
21.	Pomiar oddechu metodą impedancyjną w minimalnym zakresie 5-150 oddechów/min z prezentacją krzywej oddechu oraz z alarmem bezdechu w minimalnym zakresie 5-50 sekund. Możliwość ustawiania i zmieniania przez użytkownika granic alarmowych dla częstości oddechu i dla bezdechu	Tak	
22.	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną w minimalnym zakresie 20 – 270 mmHg, prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej. Możliwość włączenia przez użytkownika trybu noworodkowego. Możliwość ustawiania i zmieniania przez użytkownika granic alarmowych dla wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej. Możliwość szybkiego podglądu min. 5 ostatnich pomiarów ciśnienia. Wyposażenie: uniwersalny wężyk z szybkozłączkami, 4 różne mankiety noworodkowe i 3 różne mankiety pediatryczne	Tak	
23.	Pomiar saturacji metodą odporną na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Nellcor OxiMax. Granice alarmu pulsu i saturacji ustawiane i zmieniane przez użytkownika	Tak	

	Wyposażenie: przedłużacz, wielorazowy czujnik typu klips na palec i wielorazowy czujnik typu Y z opaską wielorazową		
24.	Zapis w pamięci defibrylatora jednocześnie min. 5 fal dynamicznych (min. 3 fal ekg - I, II, i III odprowadzenie, krzywej oddechu metodą impedancyjną i krzywej pletyzmograficznej) z ostatnich min. 24 godzin monitorowania oraz zapis min. 800 zdarzeń. Zapewniona możliwość kopiowania wszystkich zapisanych w pamięci defibrylatora danych na kartę SD lub Pendrive i odtwarzania w komputerze użytkownika	Tak	
25.	Funkcja autotestu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotestu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej godziny autotestu. Zapewniona możliwość wykonania autotestu z zasilania sieciowego jak również z zasilania akumulatorowego	Tak	
26.	Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przez użytkownika przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w urządzenie)	Tak	
27.	Stojak jezdny ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria i z mechanizmem do szybkiego montażu (i zdejmowania) defibrylatora bez użycia narzędzi. Stojak osadzony na min. 5 łożyskowanych kołach	Tak	
28.	Możliwość rozbudowany min. o stymulację przezskórną, temperaturę i 12-odprowadzeiowe EKG	Tak	

Gwarancja i Serwis			
1.	Okres gwarancji minimum 2 lata	Ta, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.	Tak, podać	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godziny	Tak	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.	Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia.	Tak	
7.	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie	Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Defibrylator	szt.	1						
RAZEM									

Pakiet nr 8 - Centrala monitorująca – 1 szt.

Lp.	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA, PODAĆ
1.	Centrala monitorująca kompatybilna z posiadanymi kardiomonitorami DELTA firmy DRAGER		
2.	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)	Podać	
3.	Nazwa, model, typ urządzenia	Podać	
4.	Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe	Tak	
5.	Jednostka centralna: - monitorowanie do 6 pacjentów; - pamięć min. 2 GB RAM; - aktualizacja oprogramowania; - gniazda: min. 4 USB, 2 gniazda LAN; - wyjście audio, wyjście wideo;	Tak, podać	
6.	Wyświetlanie w czasie rzeczywistym przebiegów dynamicznych, parametrów oraz alarmów z monitorów przyłóżkowych i telemetrycznych	Tak	
7.	Jeden panoramiczny ekrany o przekątnej min. 21" z opcjonalnym sterowaniem dotykowym, klawiatura i mysz	Tak	
8.	Podgląd danych o zdarzeniach, zapisanych krzywych dynamicznych, trendów, odcinków ST i wyników badań laboratoryjnych	Tak	
9.	Kliniczne narzędzia do zaawansowanych analiz: odchylenie ST, przeglądanie zapamiętanych krzywych dynamicznych i zdarzeń z suwmiarką do pomiarów EKG, przeglądanie trendów, analiza EKG spoczynkowego	Tak	
10.	Zestaw sformatowanych raportów do wydruku na drukarce laserowej na wyposażeniu	Tak	
11.	Jednoczesny nadzór do 5 monitorów pacjenta	Tak	

12.	Tryb Nadzoru informuje o wszystkich zdarzeniach alarmowych i pozwala na błyskawiczny podgląd alarmującego monitora pacjenta	Tak	
13.	Do 72 godzin trendów graficznych i tablicowych	Tak	
14.	Pamięć do 16 krzywych dynamicznych oraz 1000 zdarzeń arytmii i innych zdarzeń alarmowych dla każdego pacjenta	Tak	
15.	Pełna kontrola alarmów z poziomu monitora pacjenta lub centrali pielęgniarstwa	Tak	
16.	Stacja robocza centrali wyposażona w cichy system chłodzenia, zewnętrzne głośniki	Tak	
17.	Możliwość oglądania trendów, zapamiętanych krzywych dynamicznych i zdarzeń na komputerach podłączonych do sieci Intranet szpitala	Tak	

Gwarancja i Serwis

Gwarancja i Serwis			
1.	Okres gwarancji minimum 2 lata	Tak, podać	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.	Tak, podać	
3.	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 48 godziny	Tak	
4.	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.	Tak, podać	
5.	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi).	Tak	
6.	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia.	Tak	
7.	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie	Tak	

Lp.	Nazwa produktu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Centrala monitorująca	szt.	1						
					RAZEM				

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące oferenta:

Nazwa

Siedziba

Tel. / fax.

NIP

REGON

E-mail

2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Pakiet nr 1

Netto:, VAT:, Brutto:

(słownie brutto: złotych).

Pakiet nr 2

Netto:, VAT:, Brutto:

(słownie brutto: złotych).

Pakiet nr 3

Netto:, VAT:, Brutto:

(słownie brutto: złotych).

Pakiet nr 4

Netto:, VAT:, Brutto:

(słownie brutto: złotych).

Pakiet nr 5

Netto:, VAT:, Brutto:

(słownie brutto: złotych).

Pakiet nr 6

Netto:, VAT:, Brutto:

(słownie brutto: złotych).

Pakiet nr 7

Netto:, **VAT:**, **Brutto:**

(słownie brutto: złotych).

Pakiet nr 8

Netto:, **VAT:**, **Brutto:**

(słownie brutto: złotych).

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
4. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie **do dnia 30 grudnia 2022r.**
5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.
6. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres:

Pakiet nr 1

..... lat gwarancji

Pakiet nr 2

..... lat gwarancji

Pakiet nr 3

..... lat gwarancji

Pakiet nr 4

..... lat gwarancji

Pakiet nr 5

..... lat gwarancji

Pakiet nr 6

..... lat gwarancji

Pakiet nr 7

..... lat gwarancji

Pakiet nr 8

..... lat gwarancji

7. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: tel., e-mail.....
8. Oferta **zawiera/nie zawiera** * informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej **nie wiąże/wiąże*** się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty,

w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, po stronie Zamawiającego

.....

10. Oświadczam, że firma, którą reprezentuję jest: **mikroprzedsiębiorstwem***, **małym przedsiębiorstwem***, **średnim przedsiębiorstwem*** **dużym przedsiębiorstwem***.

11. Oświadczam, że **zamierzam/nie zamierzam*** powierzyć następującej części zamówienia
..... podwykonawcom.....

12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do reprezentowania firmy, które będą podpisywać umowę są:

.....

stanowisko

.....

imię i nazwisko

13. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO:

*„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ****

***** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.**

*** - niepotrzebne skreślić**

.....

imię i nazwisko podpis uprawnionego
przedstawiciela oferenta

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”**, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w **SWZ**.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt **SWZ**, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....,

w następującym zakresie:

.....

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w przedmiotowym postępowaniu oświadczenie należy wykreślić. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”**, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w **SWZ**, w następującym zakresie **tj. dotyczy warunku udziału określonego w pkt SWZ**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.

2. Oświadczam, że **zachodzą** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 109 ust 1 pkt 2-5, 7-10, ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa w oświadczeniu należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał nie uzupełnienie jego treści

Jednocześnie oświadczam, iż wobec wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

.....

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”**, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy Pzp w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.
2. Oświadczam, że **zachodzą** w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 109 ust 1 pkt 2-5, 7-10, ustawy Pzp*). Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

Uwaga: W przypadku gdy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy okoliczności o których mowa w oświadczeniu należy wykreślić treść oświadczenia. Zamawiający równoznacznie ze skreśleniem oświadczenia będzie rozumiał niezuzpełnienie jego treści

Jednocześnie oświadczam, iż wobec wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, podmiot, który reprezentuje w niniejszym postępowaniu zrealizował/realizuje wymienione w tabeli dostawy/usługi, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia określonym w SWZ.

Wymagane informacje należy podać za okres ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Lp.	Nazwa Zamawiającego u którego wykonano lub wykonuje się zamówienie	Adres Zamawiającego	Terminy realizacji zamówienia	Wartość zamówienia brutto

W załączeniu dokumenty / referencje / potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie wyszczególnionych wyżej zamówień

Miejsce i data

.....
*Podpisy i pieczętki imienne przedstawicieli
 Wykonawcy upoważnionych do jego
 reprezentowania*

**„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej”**

W związku z udziałem w postępowaniu pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „ Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”** jako **Wykonawca/ Podmiot udostępniający zasoby*** ubiegający się o udzielenie zamówienia (nazwa Wykonawcy) oświadczam, że:

- 1) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;¹

- 2) przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z następującym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, tj.:¹

.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy, który przynależy do tej samej grupy kapitałowej i złożył odrębną ofertę)

Jednocześnie w celu wykazania braku podstawy wykluczenia składam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy wskazanego w pkt 2 powyżej.²

¹ niepotrzebne skreślić lub usunąć

² w przypadku złożenia oświadczenia w pkt 2 należy przedłożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty lub przedstawić informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od Wykonawcy przynależącego do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28
29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*
reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy Podmiotu udostępniającego zasoby*

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp)

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”** prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ o których mowa:

- w art. 108 ust 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp;
- w art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

pozostają aktualne oraz są zgodne z prawdą i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.

Jednocześnie oświadczam, iż wobec wykonawcy, którego reprezentuję w dalszym ciągu brak jest podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

* Niepotrzebne skreślić

„Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- 1) (nazwa i adres Wykonawcy)
- 2) (nazwa i adres Wykonawcy)
- 3) (nazwa i adres Wykonawcy)

w postępowaniu pn. oświadczamy, że:

- 1) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XI.I ust. 1 lit d SWZ spełnia:**

.....
.....

(wskazanie danych Wykonawcy spełniającego warunek)

Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona dostawy/usługi, do których spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale XI.I ust. 1 lit d SWZ jest wymagane, tj. zakres przedmiotowy określony w przedmiocie zamówienia.

UMOWA NR /.... /2022
NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH ZADANIA „ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU
LECZNICZEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE”

zawarta we Włoszczowie w dniu2022 roku pomiędzy:

1. **Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II**, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

.....,
przy kontrasygnacie.....,
zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a
2.

.....
reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

.....
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”,
o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia trybu podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie zwanego dalej urządzeniami/produktami w asortymencie, ilościach i po cenach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (pakiet nr). Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie zgodny ze złożoną ofertą. Integralną część umowy stanowi formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, niekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany w roku 2022, kompletny, dobrej jakości, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wymagane przepisami prawa polskiego atesty i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju sprzętu na terenie RP, a także nie jest przedmiotem egzekucji ani

zabezpieczony zastawem. Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu umowy nie mają żadnego tytułu prawnego osoby trzeciej.

W zakres Przedmiotu umowy wchodzi w szczególności:

- 1) Zakup i dostawa kompletnego sprzętu do siedziby Zamawiającego,
- 2) Instalacja, montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu,
- 3) Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego,
- 4) Serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.

§2 Wartość umowy

1. Wartość niniejszej Umowy wynosi (słownie:..... 00/100) zł netto plus należny podatek VAT (stawka VAT %) w wysokości ... zł, co daje wartość brutto: (słownie: 00/100) zł.
2. Urządzenia/Produkty, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczane będą po cenach określonych w Załączniku nr 1.
3. Wynagrodzenie umowne ustalone w § 2 ust. 1 jest niezmiennie do zakończenia wykonania niniejszej Umowy.
4. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - 1) wartość przedmiotu Umowy,
 - 2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu sprzętu,
 - 3) wszelkie koszty transportu sprzętu do Zamawiającego,
 - 4) koszty ubezpieczenia sprzętu do dnia przekazania sprzętu do eksploatacji,
 - 5) koszty załadunku i rozładunku sprzętu u Zamawiającego,
 - 6) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,
 - 7) wszelkie koszty dojazdów, związane z wykonaniem umowy nie wymienione powyżej,
 - 8) koszty przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
 - 9) koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji,
 - 10) wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 3 Warunki płatności

1. Płatność nastąpi po należytych wykonaniu przedmiotu Umowy, przelewem w terminie **14 dni** od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek wskazany w jej treści z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:
 - a) zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

- b) zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób;
 - c) podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół lub oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego i podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.
 5. Naruszenie zakazu określonego w ust. 3 i ust. 4, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.
 6. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

§ 4 Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie **do dnia 30 grudnia 2022 r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin przekazania i montażu sprzętu oraz przeszkolenia pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego, chyba że na pisemną prośbę Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z instalacji, montażu, uruchomienia i szkolenia pracowników. W takim wypadku za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin przekazania sprzętu i wyposażenia wraz oświadczeniem, że zapoznanie się użytkowników z instrukcją obsługi jest wystarczające dla bezpiecznej instalacji, montażu, uruchomienia i użytkowania urządzeń, a wynikiem z tego powodu ewentualne niewłaściwe użytkowanie nie będzie stanowić podstaw do odmowy napraw gwarancyjnych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu do użytkowania.
5. Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
 - 1) instrukcję obsługi sprzętu,
 - 2) niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,
 - 3) testy akceptacyjne (odbiorowe - jeśli wymagane),
 - 4) testy specjalistyczne sprzętu (jeśli wymagane),
 - 5) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu,

- 6) kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających sprzęt do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania: deklaracje zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpis lub zgłoszenie do rejestru (jeżeli dotyczy), paszporty techniczne,
- 7) licencje na oprogramowanie (jeśli wymagane),
- 8) protokół lub protokoły dotyczące przedmiotu umowy przygotowuje Wykonawca.

§ 5 Odpowiedzialność stron

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę przedmiotu Umowy oraz za dostarczenie wraz ze sprzętem, dokumentów wymienionych w warunkach dostawy.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw w tym praw autorskich w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 6 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt został dopuszczony do użytku w służbie zdrowia, jest nowy, kompletny oraz odpowiada wszelkim wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawa.
2. Wykonawca udzielalat gwarancji na dostarczony sprzęt (pakiet nr.....).
3. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego sprzętu na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.
5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe w przedmiocie Umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu sprzętu na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) sprzętu.
6. Wykonawca ma obowiązek naprawy wadliwego sprzętu w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od chwili rozpoczęcia naprawy. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego awarii - telefonicznie, faksem lub e-mailem do rozpoczęcia prac związanych z jej usunięciem w ciągu 48 godzin w dni robocze. Nieprzystąpienie Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej w ustalonym Umową terminie lub nie usunięcie usterek w ustalonym Umową terminie, uprawnia Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Sądu, do dokonania naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy, w przypadku wymiany sprzętu lub jego części gwarancja biegnie od nowa.
8. Konieczność dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy. Wymiana winna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia trzeciej naprawy.
9. Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca przeprowadzi w okresie lat gwarancji bezpłatnie, wszystkie wymagane przeglądy techniczne wraz z wymianą zestawów serwisowych.

Wszelkie koszty związane z przeglądem w szczególności koszt dojazdu serwisu i roboczogodzin pokrywa Wykonawca.

- 1) o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia ww. czynności,
 - 2) przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
10. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Zamawiającym).
11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
12. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.
13. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 10-letni dostęp do części zamiennych (dotyczy pakietu nr), materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.
15. Montaż i obsługa serwisowa / gwarancyjna prowadzona będzie przez serwis gwarancyjny Wykonawcy, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania w/w Autoryzowanego Serwisu jak za własne działania i zaniechania.

§ 7 Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie kar umownych.
2. Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy kary umowne:
 - 1) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 za niedostarczenie w terminie przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 3) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1 za każde 24 godziny zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych i wymiany sprzętu na nowy o których mowa w § 6 ust. 6 i 8.
3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.
5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
6. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jednakże ich łączna wysokość nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 Umowy.

7. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od Umowy.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
 - 1) Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności:
 - a) w przypadku niedostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w § 4 ust. 5.
 - b) w przypadku zwłoki z dostawą sprzętu ponad 14 dni od terminu określonego w § 4 ust. 1
 - 2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
 7. Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, fax).
2. W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO.
3. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu Umowy, usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia Umowy o niniejszej treści i że postanowienia Umowy nie naruszają praw osób trzecich.
5. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej Umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
9. Niniejsza Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia, tj.
- 10 Formularz asortymentowo-cenowy i formularz ofertowy stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA