

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Modyfikacja z dnia 25.09.2020 r.

(Zmiany zaznaczono kolorem zielonym)

Cz. II – Rękawice nitrylowe jednorazowe, ochronne, bezpudrowe

I. NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Rękawice nitrylowe jednorazowe, diagnostyczne, ochronne, bezpudrowe, niejadalne w ilości **180.000 szt. rękawic w opakowaniach po 100 szt. lub 200 szt. rękawic** w ramach zamówienia podstawowego oraz **36.000** sztuk w ramach zamówienia opcjonalnego.

Kody CPV:

18424300-0 – Rękawice jednorazowe

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rękawice nitrylowe powinny spełniać następujące wymagania:

- a) środek ochrony indywidualnej kat III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, zgodne z EN ISO 374-1,5, potwierdzone certyfikatem;
- b) testowane zgodnie z EN ISO 374-5;
- c) odporność na bakterie i grzyby;
- d) odporność na wirusy;
- e) wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG, zgodnie z EN 455;
- f) oznakowanie znakiem CE

1. WYMAGANIA OGÓLNE

- 1) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2020 i wolny od wad fabrycznych,
- 2) minimalny okres ważności 3 lata od daty produkcji
- 3) kolor – dowolny
- 4) Powierzchnia zewnętrzna teksturowana z dodatkową (mikroteksturą) na końcach palców
- 5) Kształt uniwersalny
- 6) Zarejestrowane jako produkt medyczny i środek kategorii indywidualnej kat. III
- 7) Mankiet rolowany lub zakończony pogrubionym (wzmocnionym) brzegiem
- 8) Wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie (min. 6 N)
- 9) Chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami zgodnie z normą ASTM F 1671 (przenikanie mikroorganizmów i wirusów) lub równoważną
- 10) Długość minimum 240 mm
- 11) AQL 1,0 – 1,5
- 12) Dopuszczone do kontaktu z żywnością
- 13) **Szacunkowe zapotrzebowanie w % na zakup rękawic nitrylowych:**

Rozmiar	Ilość sztuk
S	9.000
M	45.000
L	72.000
XL	54.000
Razem	180.000

- **5%** - rozmiar **S**
- **25%** - rozmiar **M**
- **40%** - rozmiar **L**
- **30%** - rozmiar **XL**