

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Kalibracja urządzenia do wykrywania narkotyków w ślinie Abbott Sotaxa będzie polegać na ustaleniu relacji pomiędzy wartościami wskazywanymi przez badane urządzenie, a wartościami wskazywanymi przez wzorzec. Będzie to porównanie zmierzonej wartości z prawidłową wartością w danych warunkach, udokumentowanie odchylenia, obliczenie niepewności pomiaru i utworzenie certyfikatu.

STARSZY TECHNIK
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
M. Plebańska
Martyna PLEBAŃSKA

SPECJALISTA
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
M. Lewiński
mł. asp. Marek LEWIŃSKI