

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:**

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania oraz udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

**Pytania:**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-38 stopni?

**Odpowiedzi:**

1. Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni.
2. Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-38 stopni.

**Anna Piątek – Olszuk**  
**Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu**