

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania:

Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego

Symbol sprawy: ZP/71/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw nr 2

Pytanie 1

– dotyczy Załącznik nr 1a do SWZ „Formularz parametrów technicznych i użytkowych”

Przedmiot niniejszego postępowania określony jest jako: dostawa akceleratora wysokoenergetycznego. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy tak sformułowanym przedmiocie zamówienia w pierwszej tabeli w Załączniku nr 1a do SWZ, należy podać dane producenta, modelu/typu itd., jedynie dla akceleratora wysokoenergetycznego, a tym samym, że Zamawiający nie wymaga analogicznych informacji dla wyposażenia i poszczególnych elementów urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 1a do SWZ co najmniej danych producenta oraz modelu/typu/nazwy itp. w zakresie wyposażenia i poszczególnych elementów urządzenia wyszczególnionego w pozycjach: 125, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 165, 169, 170, 171, 172.

Pytanie 2

– dotyczy SWZ pkt. VII Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający w pkt. 1 lit.b określił wymaganie środka dowodowego jako dokument potwierdzający spełnienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu oraz doprecyzował, iż „W przypadku innego nazewnictwa udokumentować tożsamość”. Zwracamy się zatem do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że zaakceptuje udokumentowanie w ramach oświadczenia własnego Wykonawcy, zawierającego wyjaśnienie innego nazewnictwa.

Odpowiedź:

W przypadku braku możliwości przedstawienia innych dokumentów Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie własne Wykonawcy.

Pytanie 3

– dotyczy Załącznik nr 1a do SWZ „Formularz parametrów technicznych i użytkowych”, pkt 31

Czy Zamawiający zaakceptuje akcelerator, który charakteryzuje się izocentrum mechanicznym, zawierającym się w kuli o promieniu $\leq 1\text{mm}$?

Uzasadnienie: Wielkość izocentrum mechanicznego akceleratora jest tylko jednym z elementów definiujących parametr obrotu elementów akceleratora. Aktualne rozwiązania technologiczne zapewniają dużą precyzję realizacji leczenia i oparte są o rzeczywiste elementy mające wpływ na jakość dostarczonego planu leczenia. Dlatego precyzja geometrii jest definiowana poprzez weryfikację położenia wiązek terapeutycznych względem anatomii pacjenta, a nie parametru mechanicznego akceleratora, jakim jest izocentrum mechaniczne.

Odpowiedź:

Załącznik nr 1a do SWZ „Formularz parametrów technicznych i użytkowych”, pkt 31: Zamawiający zaakceptuje akcelerator, który charakteryzuje się izocentrum mechanicznym, zawierającym się w kuli o promieniu $\leq 1\text{mm}$.

Pytanie 4

– dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ „Wzór umowy”, paragraf 2 ust.7

W ustępie 7 paragrafu 2 Zamawiający określił wymóg poinformowania przez Wykonawcę o planowanej dacie dostawy sprzętu na co najmniej 5 dni. Biorąc pod uwagę termin dostawy określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako „do 2 dni od zawarcia umowy”, termin ten jest niemożliwy do spełnienia. Prosimy zatem Zamawiającego o wykreślenie powyższego wymogu poinformowania.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 2 ust. 7 wzoru umowy następująco:

„Przed planowanym terminem dostarczenia urządzenia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wskazując dokładny termin dostawy. Informacja o terminie dostawy zostanie przesłana Zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed planowanym dostarczeniem urządzenia. Wykonanie dostawy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołem dostawy.”

Pytanie 5**– dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ „Wzór umowy”, paragraf 5 ust. 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w terminie realizacji dostawy – we wzorze umowy podane jest „do dnia 22.11.2024”, a obecny termin na dostawę to „do 2 dni od zawarcia umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 7 wzoru umowy następująco:

Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana do 2 dni od zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 29.11.2024r Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy lub odpowiednio jej niezrealizowanej części (skutek ex nunc).

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Kierownik
Zamawiającego
Dyrektor Marzena Kula