




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

(41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



 zoz@zozmswiakielce.pl

 www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 14 maja 2024 r.

Znak postępowania: **09/TP/2024**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1) pn. „Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelazem dekstranowym do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed przez okres 2024-2026”.*


SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki laboratoryjnej z wirnikiem horyzontalnym o obrotach regulowanych w zakresie 300-4000 RPM?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki laboratoryjnej z wirnikiem horyzontalnym o obrotach regulowanych w zakresie 300-4000 RPM,


KIEROWNIK
w. Diagnostyki
Laboratoryjnej
.....
Szkaradowska


.....
DZIAŁA DYREKTORA
ds. administracyjnych - gospodarczych
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II
Szymon Mazurkiewicz

