



# Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2024.17.ZP

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  
**Dostawa 15 szt. ambulansów ratunkowych oraz sprzętu medycznego do ich doposażenia dla  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie**

### Spis treści

|  |          |
|--|----------|
| ROZDZIAŁ 1.....  | 2        |
| INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW .....  | 2        |
| DZIAŁ I Dane Zamawiającego .....   | 2        |
| DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia .....  | 2        |
| DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia .....   | 2        |
| DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych .....   | 4        |
| DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia .....  | 4        |
| DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia .....  | 4        |
| <b>PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP .....</b>   | <b>4</b> |
| <b>PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>USTAWY Z DNIA 13 KWIEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W<br/>ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH<br/>OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO .....</b>  | <b>6</b> |
| DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.....   | 8        |
| DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych .....   | 9        |
| DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie<br>komunikował się z wykonawcami.....  | 12       |
| DZIAŁ X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. Informacje o sposobie<br>komunikowania się zamawiającego z wykonawcami. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego<br>z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i<br>odbierania korespondencji elektronicznej..... | 12       |
| DZIAŁ XI Termin związania ofertą .....   | 14       |
| DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty .....  | 14       |
| DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert .....   | 18       |
| DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny.....  | 18       |
| DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.....  | 19       |
| DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert.....   | 22       |
| DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia<br>umowy w sprawie zamówienia publicznego .....  | 23       |
| DZIAŁ XVIII Wadium.....  | 23       |
| DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .....  | 25       |
| DZIAŁ XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy .....  | 26       |
| DZIAŁ XXI Pozasądowe rozwiązywanie sporów .....  | 27       |
| DZIAŁ XXII Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. ....   | 28       |
| ROZDZIAŁ 2.....  | 30       |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....   | 30       |
| ROZDZIAŁ 3 WZÓRY UMÓW .....  | 56       |
| UMOWA dla części 1 zamówienia .....  | 56       |
| UMOWA dla części 2 zamówienia .....  | 67       |

## ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### DZIAŁ I Dane Zamawiającego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie  
ul. Twardowskiego 18  
70-320 Szczecin  
NIP: 852-218-45-46

- adres strony internetowej: <https://www.999.szczecin.pl>
- adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1032725>
- adres poczty elektronicznej: [sekretariat@999.szczecin.pl](mailto:sekretariat@999.szczecin.pl)
- numery telefonów:  
+ 48 91 433 38 01 (sekretariat)

#### Adres do korespondencji:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie  
ul. Twardowskiego 18  
70-320 Szczecin  
Adres e-mail: [m\\_optacy@999.szczecin.pl](mailto:m_optacy@999.szczecin.pl)

### DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej PZP.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 – 139 PZP);
3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące zamówień klasycznych na dostawy, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne<sup>1</sup>.
4. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia **nie prowadzono wstępnych konsultacji rynkowych**.

### DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
  - 1) dostawa 15 (piętnastu) ambulansów ratunkowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (część 1 zamówienia);
  - 2) dostawa 10 kompletów sprzętu medycznego do doposażenia ambulansów (część 2 zamówienia).

<sup>1</sup> Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w art. 4 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE”

2. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji dostawy: **ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin** (kod NUTS PL424 Miasto Szczecin).
3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

|                | Numer      | Nazwa             |
|----------------|------------|-------------------|
| Główny kod CPV | 34114100-0 | pojazdy pogotowia |

|                    | Numer      | Nazwa   |
|--------------------|------------|---|
| Dodatkowe kody CPV | 33000000-0 | urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała |

4. Zamawiający informuje o dokonaniu podziału zamówienia na części. Liczba części zamówienia: 2.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.
7. Zamawiający **nie zastrzega** by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
8. Ilekroć w treści SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, europejskie oceny techniczne, aprobaty, certyfikaty, normy i inne wymienione w ustawie PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanych rozwiązań równoważnych na etapie badania i oceny ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 PZP.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP.
13. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak instalacja, uruchomienie, konfiguracja, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny.
14. Wykonawca gwarantuje, że oferowane przez niego produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP wymagane odpowiednimi przepisami prawa i zobowiązuje się, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego do ich przedstawienia przez cały okres realizacji umowy.
15. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący kryteria stosowane w celu oceny równoważności zawarty jest w Rozdziale 2 niniejszej SWZ
17. Warunki realizacji zamówienia określają również projekty umowy (Rozdział 3 SWZ).

#### DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego w Rozdziale 2 niniejszej SWZ wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
  - 1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert:
    - a) **dla części 1 - Parametry techniczno – użytkowe ambulansu** – należy wypełnić tabelę nr 1 w formularzu oferty dla części 1 (załącznik nr 1A do SWZ);
    - b) **dla części 2 - Parametry techniczno – użytkowe sprzętu medycznego** – należy wypełnić tabelę nr 1 i 2 w formularzu oferty dla części 2 (załącznik nr 1B do SWZ);
  - 2) w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert:
    - a) **dla części 1** – należy wypełnić tabelę nr 2 w formularzu oferty dla części 1 (załącznik nr 1A do SWZ) oraz dołączyć **świadczenie homologacji oferowanego ambulansu oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty - dla wyposażenia specjalistycznego: nosze główne z transporterem poz. 11.1, 11.2;**
    - b) **dla części 2** - należy dołączyć **części 2 - należy dołączyć dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.**
2. **Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, oferta zostanie odrzucona.**
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Przepisu pkt. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

#### DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy: **do 80 dni dla części 1 zamówienia, do 80 dni dla części 2 zamówienia.**

#### DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

**PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP**

  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17 ze zm.) – dalej Kodeks karny,

- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 930 ze zm.),
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, gdy Wykonawca lub podmiot, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 ze zm.), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia i doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP**

**(art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP)**

- 7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 8) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- 9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7**

**USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

- 13) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.);

- 14) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.);
  - 15) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.).
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
- w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a–g i ppkt 2 - na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
  - w przypadkach, o których mowa w:
    - a) pkt. 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h,
    - b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 6 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia,
    - c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
  - w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt. 13-15 - na okres trwania okoliczności określonych w tych punktach.
3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu w przypadkach, o których mowa w pkt. 13-15, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 milionów zł.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2, 5 i 7-12 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
  - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
  - 1) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
  - 2) zreorganizował personel,
  - 3) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
  - 4) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
  - 5) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebrzeżenie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

**1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

**2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

**3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

**4) zdolności technicznej lub zawodowej:**

**Minimalny poziom zdolności w zakresie części 1 zamówienia:**

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną dostawę nowych ambulansów ratunkowych o wartości min. **4 200 000,00 zł brutto**

**Minimalny poziom zdolności w zakresie części 2 zamówienia:**

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o wartości min. **1 000 000,00 zł brutto**

- *W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.*



- W przypadku, gdy jakkolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

## DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych

### 1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

- 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)**, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://JEDZ.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie \*.xml, stanowiący **Załącznik nr 2 do SWZ**, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
  - d) w Części II Sekcji D JEDZ (*Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
  - e) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

- f) Część V (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.

Jednolity dokument (JEDZ), **sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  - b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

## **2. Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia:**

### **1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:**

- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 i 1705), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (**wzór – załącznik nr 3 do SWZ**);
- c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 6 PZP, w art.

109 ust. 1 pkt 5-10 PZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (**wzór – załącznik nr 4 do SWZ**);

- e) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (**wzór – załącznik nr 5 do SWZ**);

**UWAGA:**

**3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:**

- 1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
- 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1-4, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c), dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 1 – wzór oferty.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

#### **DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami**

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
  - 1) **platformy** do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin);
  - 2) poczty elektronicznej: [m\\_optacy@999.szczecin.pl](mailto:m_optacy@999.szczecin.pl).- z zastrzeżeniem, iż oferta (wraz z załącznikami) oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

#### **DZIAŁ X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
  - 1) w zakresie proceduralnym:  
Pani Magdalena Optacy: e-mail: [m\\_optacy@999.szczecin.pl](mailto:m_optacy@999.szczecin.pl)
  - 2) w zakresie merytorycznym:  
Część 1 zamówienia - Pan Daniel Zdulski: e-mail: [d\\_zdulski@999.szczecin.pl](mailto:d_zdulski@999.szczecin.pl)  
Część 2 zamówienia - Pani Karolina Kustosz: e-mail: [k.kustosz@999.szczecin.pl](mailto:k.kustosz@999.szczecin.pl)
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ([https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin)).
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - [m\\_optacy@999.szczecin.pl](mailto:m_optacy@999.szczecin.pl).
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

- informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem [https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
  6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem [https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin)
  7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji wynosi 500 MB.
  8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
  9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, a w przypadku braku działania platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin) za pomocą poczty elektronicznej na adres [m\\_optacy@999.szczecin.pl](mailto:m_optacy@999.szczecin.pl).
  10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
  11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
    - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
    - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
    - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
    - włączona obsługa JavaScript,
    - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
    - Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
    - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

12. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 135 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, a w przypadku braku działania platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin) za pomocą poczty elektronicznej na adres [m\\_optacy@999.szczecin.pl](mailto:m_optacy@999.szczecin.pl).
13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
14. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 13, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 13.
16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 13, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
18. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

#### DZIAŁ XI Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **9.04.2025 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

#### DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, **w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**
3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin).

5. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
6. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> plik pn. **Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)**.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz uznaje go za wiążący,
  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
10. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
  - .zip
  - .7Z
13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
14. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
16. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
17. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
18. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

19. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
21. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
22. Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
  - a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 1, Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 SWZ;
  - b) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
  - c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
  - d) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 1, Dział IV SWZ;
  - e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 1 XVIII SWZ (wykonawca składa wraz z ofertą)
10. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „**Przejdź do podsumowania**”.
11. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
13. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
14. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
15. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
16. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty.
17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.



18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, **zostały wystawione przez upoważnione podmioty** inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
19. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, **zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej**, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
  - przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
20. Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, **niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo** przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
21. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, **niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo**, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
  - przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - pełnomocnictwa – mocodawca.
22. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. **Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.**

23. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 1, Dział IV SWZ należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
24. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści (a w przypadku JEDZ – także formy) z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
25. Oferty będą oceniane według kryteriów i zasad określonych w rozdziale 1, Dział XV SWZ. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.
26. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1032725> w terminie najpóźniej do dnia **10.01.2025 r. do godziny 10:30.**

#### DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.01.2025 r. o godz. 11:00** i realizowane będzie przy użyciu systemu teleinformatycznego.
2. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. W takim przypadku zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1032725> o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo unieważnienia postępowania.

#### DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty musi zawierać ceny jednostkowe brutto, wartości brutto oraz łączną wartość brutto, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, obejmujące całkowity koszt realizacji zamówienia i wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji zadania i okresu gwarancji i rękojmi.
4. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).
6. Cenę należy obliczyć na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Rozdziale 2 SWZ.
7. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.
8. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy.
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek:
  - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN.

#### DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

#### CZĘŚĆ 1

| Lp. | Kryterium                                 | Waga kryterium | Liczba punktów |
|-----|---|----------------|----------------|
| 1   | Cena                                      | 60 %           | 60,00 pkt      |
| 2   | Parametry techniczno – użytkowe ambulansu | 40 %           | 40,00 pkt      |

**Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:**

$$\text{Cena} = [(C_n : C_b) \times 100] \times 60\%$$

gdzie:

**C<sub>n</sub>** - cena najniższa (brutto)

**C<sub>b</sub>** - cena badana (brutto)

W kryterium „cena brutto” oferta może uzyskać maksymalnie **60 punktów**. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

**Kryterium 2 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:**

$$\text{Parametry techniczno użytkowe} = [(L_{pp} : L_{pn}) \times 100] \times 40\%$$

gdzie:

**L<sub>pp</sub>** – liczba podpunktów przyznanych ofercie ocenianej

## Lpn – liczba podpunktów najwyższa spośród ocenianych ofert

| Lp. | Parametr   | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych |
|-----|--|---|
| 1.  | Pojazd wyposażony w system, który w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymogu poziomu, umożliwi dalszą jazdę pojazdu nawet do 50 km, nie powodując przy tym spadku mocy silnika, ograniczenia prędkości lub zatrzymania pojazdu.<br>Wyposażenie fabryczne pojazdu bazowego.  | TAK = 5 ppkt.<br>NIE = 0 ppkt.                  |
| 2.  | Asystent bocznego wiatru zapobiegający niespodziewanym zmianom toru jazdy przy bocznych podmuchach wiatru  | TAK = 5 ppkt.<br>NIE = 0 ppkt.                  |
| 3.  | Moc silnika powyżej 180 KM   | TAK = 15 ppkt.<br>NIE = 0 ppkt.                 |
| 4.  | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego i przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z elektrycznym fabrycznym system wspomaganie ich domykania (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego),  | TAK = 5 ppkt.<br>NIE = 0 ppkt.                  |
| 5.  | Przesuw fotela u wezglowia noszy dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). Dodatkowy przycisk zwalniający przesuw znajdujący się przy przesuwanych drzwiach pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, ułatwiający przesuwanie fotela w trakcie przechodzenia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy.            | TAK = 10 ppkt.<br>NIE = 0 ppkt.                 |
| 6.  | Możliwość przenoszenia transportera ze złożonym podwoziem tzn. taka funkcjonalność, która pozwoli na podniesieni transportera do góry, a podwozie nie ulegnie opuszczeniu bez konieczności przytrzymywania go – dotyczy transportera.  | TAK = 5 ppkt.<br>NIE = 0 ppkt.                  |
| 7.  | System automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskaniem przycisków itd. – dotyczy transportera.   | TAK = 5 ppkt.<br>NIE = 0 ppkt.                  |
| 8.  | Automatyczny (tj. nie wymagający od użytkownika jakichkolwiek czynności) system zabezpieczający przez złożeniem podwozia zanim kółka najazdowe nie oprą się na podstawie (ławecie) czyli możliwość złożenia podwozia tylko i wyłącznie po dotknięciu podstawy (ławety) przez kółka najazdowe transportera. System ma zapobiegać sytuacji w której z powodu błędu użytkownika może dojść do złożenia podwozia w nieprawidłowym momencie – dotyczy transportera. | TAK = 10 ppkt.<br>NIE = 0 ppkt.                 |
|     | Maksymalna suma podpunktów za parametry techniczno-użytkowe  | <b>60 ppkt</b>                                  |

W kryterium „parametry techniczno – użytkowe ambulansu” oferta może uzyskać maksymalnie **60 podpunktów**. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania. Jakakolwiek ingerencja w parametry oceniane będzie skutkowała odrzuceniem oferty.

## CZĘŚĆ 2

| Lp. | Kryterium  | Waga kryterium | Liczba punktów |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1   | Cena   | 60 %           | 60,00 pkt.     |
| 2   | Parametry techniczno – użytkowe sprzętu medycznego | 40 %           | 40,00 pkt.     |

**Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:**

$$\text{Cena} = [(C_n : C_b) \times 100] \times 60\%$$

gdzie:

**C<sub>n</sub>** - cena najniższa (brutto)**C<sub>b</sub>** - cena badana (brutto)

W kryterium „cena brutto” oferta może uzyskać maksymalnie **60 punktów**. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

**Kryterium 2 punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:**

| Lp.  | Parametr oceniany   | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych |
|--|---|---|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>  |
| <b>DEFIBRYLATOR</b>                              |   |   |
| 1.   | Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk na papierze pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych  | <b>TAK – 5,00 pkt<br/>NIE - 0 pkt</b>           |
| 2.   | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany pomiar RR z kablem EKG  | <b>TAK – 5,00 pkt<br/>NIE- 0 pkt</b>            |
| 3.   | Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (l/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnień klatki piersiowej z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC   | <b>TAK – 5,00 pkt<br/>NIE- 0 pkt</b>            |
| 4.   | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej   | <b>TAK – 5,00 pkt<br/>NIE- 0 pkt</b>            |
| 5.   | Funkcja wspomagania wentylacji umożliwiająca prezentację na ekranie docelowej i rzeczywistej objętości wentylacji, docelowej i rzeczywistej częstości wentylacji. Powinna posiadać wskaźnik jakości wentylacji, licznik czasu między oddechami. Współpracująca z dostępnymi na rynku urządzeniami do prowadzenia wentylacji zastępczej zarówno u pacjentów zaintubowanych jak i nie zaintubowanych. | <b>TAK – 5,00 pkt<br/>NIE- 0 pkt</b>            |
| 6.   | Pulpit umożliwiający ratownikom skuteczne postępowanie z pacjentami z urazem czaszkowo-mózgowym. Funkcja prezentująca na monitorze min. parametry życiowe w formie trendów: EtCO <sub>2</sub> , SpO <sub>2</sub> , SBP oraz informacje o jakości wymiany gazowej.   | <b>TAK – 5,00 pkt<br/>NIE - 0 pkt</b>           |
| <b>URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ</b> |   |   |
| 7.   | Funkcja synchronizacji z defibrylatorem: możliwość  | <b>TAK – 5,00 pkt</b>                           |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | wyładowania defibrylacyjnego bez przerywania pracy urządzenia   | <b>NIE - 0 pkt</b>                          |
| 8. | Opakowanie transportowe do przenoszenia urządzenia z funkcją płachty do przenoszenia pacjenta w trakcie RKO | <b>TAK – 5,00 pkt</b><br><b>NIE - 0 pkt</b> |
|    | <i>Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium parametry techniczno użytkowe</i>           | <b>40,00 pkt.</b>                           |

W kryterium „parametry techniczno – użytkowe sprzętu medycznego” oferta może uzyskać maksymalnie **40,00 punktów**. Punkty uzyskane za poszczególne parametry oceniane zostaną zsumowane. Jakakolwiek ingerencja w parametry oceniane będzie skutkowała odrzuceniem oferty.

2. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
4. Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

#### DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert

- i) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  - 1) została złożona po terminie składania ofert;
  - 2) została złożona przez wykonawcę:
    - a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
    - b) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń,
  - 3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
  - 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  - 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- 6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
- 7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP;
- 11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
- 13) w przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium - wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP;
- 14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- 15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1077), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

#### **DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 PZP.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale 1, Dział XIX SWZ.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

#### **DZIAŁ XVIII Wadium**

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
  - 1) część 1 zamówienia: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);

- 2) część 2 zamówienia: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).  
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach:
- 1) pieniądzu;
  - 2) gwarancjach bankowych;
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419 ze zm.)
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2, dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy:
- 1) Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.:

**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie**  
**ul. Twardowskiego 18**  
**70-320 Szczecin**

- wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,
- 2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego tj. **„Dostawa 15 szt. ambulansów ratunkowych oraz sprzętu medycznego do doposażenia dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie”;**
  - 3) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym,
  - 4) wskazanie sumy gwarancyjnej,
  - 5) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia,
  - 6) zobowiązanie gwaranta do: *„nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wskazane w art. 98 ust. 6 PZP”.*
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank PEKAO S.A. I O/Szczecin Nr 38 1240 3813 1111 0010 2474 8802 z dopiskiem na przelewie: **„Wadium w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa 15 szt. ambulansów ratunkowych oraz sprzętu medycznego do ich doposażenia dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie”.** Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 – 4 SWZ (art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP) wykonawca składa wraz z ofertą.

**Uwaga:**

- Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie w Systemie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia ze strony Gwaranta.



- Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie powinien zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy.

7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.

## DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W zakresie części 1 oraz 2 zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5 (pięciu) % Wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) w jednej z następujących form:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezależnie od jego formy musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego **PEKAO S.A. I O/Szczecin Nr 90 1240 3927 1111 0011 0523 1980**. Możliwe jest także wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, drogą elektroniczną poprzez przekazanie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą platformy: [https://platformazakupowa.pl/pn/999\\_szczecin](https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin)
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
6. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu prawidłowego skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki:
  - 1) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
  - 2) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków np. załączenie potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, czy weryfikacja gwaranta co do wysokości odszkodowania),
  - 3) pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy (odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z zapisów umowy,
  - 4) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie na który zostały wystawione,
  - 5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy,
  - 6) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego,
  - 7) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na piśmie.

7. Wykonawca przez wyznaczonym terminem na wniesienie zabezpieczenia może przesłać projekt/draft gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi prawidłowość dokumentu - wniesionego zabezpieczenia lub przekaże uwagi do treści projektu dokumentu
8. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
9. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

## **DZIAŁ XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy**

1. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:
  - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1;
  - 3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
  - 4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie zawiera:
  - 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

- 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
  - 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
  - 4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
  - 5) określenie przedmiotu zamówienia;
  - 6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  - 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
  - 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  - 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
  - 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
  - 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
  - 12) wykaz załączników.
6. Do odwołania dołącza się:
- 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
  - 2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;
  - 3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

## **DZIAŁ XXI Pozasądowe rozwiązywanie sporów**

1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

2. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu sporu. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1
3. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 PZP.

#### **DZIAŁ XXII Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.**

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin.
  - 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: adres e-mail: [iodo@999.szczecin.pl](mailto:iodo@999.szczecin.pl)
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy PZP;
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
  - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 8) posiada Pani/Pan:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
- 4. Udostępnianie, o którym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 17 i art. 18 ust. 3–6 PZP, stosuje się odpowiednio.
- 5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- 6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
- 8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 9. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
  - 1) osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,
  - 2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,
  - 3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu.

**ROZDZIAŁ 2**  
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 (piętnastu) ambulansów ratunkowych oraz sprzętu medycznego do ich doposażenia dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

**Rodzaj zamówienia:** dostawa

**Lokalizacja:** ul. Twardowskiego 18, Szczecin.

**Nazwa Zamawiającego:** Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

**Adres Zamawiającego:** ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin

**Część 1 - dostawa ambulansów ratunkowych**

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 15 (piętnastu) ambulansów ratunkowych zgodnych z poniższym opisem.

| <b>SAMOCHÓD BAZOWY</b> |               |             |  |                         |  |
|------------------------|---------------|-------------|--|-------------------------|--|
| <b>Lp.</b>             | <b>Obszar</b> | <b>Lp.1</b> | <b>Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych</b>   | <b>Wpisać Tak / Nie</b> | <b>Parametry / warunki oferowane :<br/>*(opisać, podać parametry)</b>              |
| 1                      | 2             | 3           | 4  | 5                       | 6  |
| 1.                     | Nadwozie :    | 1.1         | Furgon, podwyższony, o wysokości i długości zapewniającej parametry opisane w adaptacji medycznej pkt. 5.1 tj. długość min. 3,25 m, wysokość min. 1,80 i szerokość min. 1,70 m, oddzielne siedzenia w kabinie kierowcy wykończone tapicerka w ciemnym kolorze, fotele regulowane z podłokietnikami, drzwi boczne wyposażone w nakładki progowe |                         | * Podać markę , typ, model pojazdu bazowego, podać wymiary przedziału ładunkowego, |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 1.2  | drzwi boczne prawe przesuwne, przeszklone, z szybą odsuwaną, stopień wejściowy stały oraz /i zewnętrzny działający automatycznie przy otwarciu/zamknięciu drzwi (wymaga się by stopień był obrotowy tzn. nie wsuwany/wysuwany do kasetki ze względu na zacieranie się takich konstrukcji) - możliwość ręcznego sterowania stopniem (Zamawiający dopuszcza by stopnie były wyposażeniem fabrycznym lub były montowane na etapie adaptacji na ambulans) |  | * Podać oferowane rozwiązanie                              |
| 1.3  | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego i przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z elektrycznym fabrycznym system wspomaganie ich domykania (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego – objęte gwarancją pojazdu bazowego),<br><b>Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana</b>  |  | * Podać kody fabryczne elektrycznego wspomaganie domykania |
| 1.4  | dotyczy stopnia wysuwanego : pozycja stopnia synchronizowana z drzwiami bocznymi (drzwi zamknięte –stopień schowany) oraz jego pozycja po wysunięciu muszą zapewniać pewne i bezpieczne wejście oraz wyjście  |  |  |
| 1.5  | stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka   |  |  |
| 1.6  | drzwi tylne wysokie przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250° z systemem blokowania przy otwarciu   |  | * Podać kąt otwarcia                                       |
| 1.7  | kolor nadwozia: żółty fabryczny   |  | * Podać kod koloru   |
| 1.8  | centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem  |  |  |
| 1.9  | dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze   |  |  |
| 1.10 | lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane, elektrycznie sterowane i składane   |  |  |
| 1.11 | szyby boczne w kabinie kierowcy odsuwane elektrycznie   |  |  |

|    |          |      |   |  |                                      |
|----|----------|------|---|--|--------------------------------------|
|    |          | 1.12 | regulacja kolumny kierownicy min. dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył   |  |                                      |
|    |          | 1.13 | sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek drzwi   |  | * Podać oferowane rozwiązanie        |
|    |          | 1.15 | kamera cofania (dachowa) + czujniki parkowania przednie oraz tylne + sygnalizator dźwiękowy cofania z możliwością dezaktywacji (Zamawiający dopuszcza by ww. elementy były wyposażeniem fabrycznym lub były montowane na etapie adaptacji na ambulans)  |  |                                      |
| 2. | Silnik : | 2.1  | turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO VI lub EURO 6<br>- emisja CO2 poniżej 300g/km<br>- dopuszczalne zużycie energii: olej napędowy<br>36Mj/lx20l=720MJ100km=7,20MJ/km  |  | *Podać pojemność silnika             |
|    |          | 2.2  | moc silnika minimum – <b>170KM, moment obrotowy min. 380 Nm</b><br>Uwaga: <b>zaoferowanie silnika o mocy powyżej 180 KM jest opcją punktowaną</b>   |  | *Podać moc silnika i moment obrotowy |
| 3. | Trakcja  | 3.1  | skrzynia biegów automatyczna min. 7 biegowa   |  |                                      |
|    |          | 3.2  | napęd : na oś przednią lub tylną  |  | *Podać: przedni czy tylny            |
|    |          | 3.3  | system zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania  |  | *Podać nazwę                         |
|    |          | 3.4  | system ESP  |  | *Podać nazwę                         |
|    |          | 3.5  | pojazd wyposażony w system, który w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymogu poziomu, umożliwia dalszą jazdę pojazdu nawet do 50 km, nie powodując przy tym spadku mocy silnika, ograniczenia prędkości lub zatrzymania pojazdu.<br>Wyposażenie fabryczne pojazdu bazowego.<br><b>Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana</b> |  |                                      |
|    |          | 3.6  | asystent bocznego wiatru zapobiegający niespodziewanym zmianom toru jazdy przy bocznych podmuchach wiatru<br><b>Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana</b>  |  |                                      |
| 4. | Hamulce  | 4.   | z systemem antypoślizgowym ABS,   |  | *Podać nazwę                         |



|     |                        |      |  |  |                                   |
|-----|------------------------|------|--|--|-----------------------------------|
| 5.  | Układ kierowniczy      | 5.1  | wspomaganie układu   |  |                                   |
| 6.  | Koła i ogumienie       | 6.1  | kpl. kół z oponami letnimi, rezerwa lub zestaw naprawczy, dodatkowo 4 koła z oponami zimowymi (felgi stalowe + opony), wszystkie koła z czujnikami ciśnienia                     |  |                                   |
| 7.  | Instalacja elektryczna | 7.1  | wzmocniony alternator o wydajności min. 200 A  |  | * Podać wydajność w A             |
| 8   | Wyposażenie            | 8.1  | radioodtwarzacz samochodowy (Zamawiający dopuszcza by radioodtwarzacz był wyposażeniem fabrycznym lub był montowany na etapie adaptacji na ambulans)                             |  |                                   |
|     |                        | 8.2  | zbiornik paliwa o pojemności min.70l   |  | * Podać pojemność w l             |
|     |                        | 8.3  | poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera (min. dwa rodzaje)   |  | *Podać oferowane rodzaje poduszek |
|     |                        | 8.4  | dodatkowa lampka dla pasażera zainstalowana nad głową pasażera (Zamawiający dopuszcza by lampka była wyposażeniem fabrycznym lub była montowana na etapie adaptacji na ambulans) |  |                                   |
|     |                        | 8.5  | lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów   |  |                                   |
|     |                        | 8.6  | chłapacze przednie i tylne   |  |                                   |
|     |                        | 8.7  | klimatyzacja kabiny kierowcy   |  | * Podać kod fabryczny             |
| 9.  | Zawieszenie            | 9.1  | Zawieszenie wzmocnione, zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (np. zawieszenie pneumatyczne lub komfortowe z tłumikiem drgań)                                      |  | * Podać oferowane rozwiązanie     |
| 10. | DMC                    | 10.1 | Dopuszczalna masa całkowita ambulansu nie może przekraczać 3,5t  |  | * Podać DMC                       |

#### ADAPTACJA MEDYCZNA Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM

Ambulans powinien spełniać jednocześnie: wymagania zapisane w niniejszej tabeli oraz warunki zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.), **aktualną normy PN EN 1789 lub normą równoważną** (ambulans ratunkowy) **oraz pozostałe wymogi** określone przez Zamawiającego.

Ambulans przeznaczony do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego / podstawowego.

Urządzenia do transportowania pacjenta powinny spełniać poniższe wymagania oraz warunki zgodne z obowiązującymi normami – dla urządzeń do transportu pacjenta norma PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej

| Lp. | Obszar     | Lp.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych   | Wpisać Tak / Nie | Parametry / warunki oferowane *(opisać, podać parametry) |
|-----|------------|------|---|------------------|--|
| 1   | 2          | 3    | 4   | 5                | 6  |
| 1.  | Nadwozie : | 1.1  | Oznakowanie pojazdu:<br>- pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.<br>a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli<br>b) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu<br>c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) |                  | *Podać oferowane rozwiązanie                             |
|     |            | 1.2  | napis lustrzany "AMBULANS" z przodu pojazdu   |                  |  |
|     |            | 1.3  | napis "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" na mat. odblask. wpisany w okrąg z krzyżem w środku ; na bocznych ścianach ambulansu, na przedniej części dachu i na tylnych drzwiach. <b>Do uzgodnienia po podpisaniu umowy</b>   |                  |  |
|     |            | 1.4  | dotatkowe emblematy np. „P” lub „S” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych – <b>do uzgodnienia po podpisaniu umowy</b>  |                  |  |
|     |            | 1.5  | <b>logo Zamawiającego</b> na drzwiach kabiny po obu stronach pojazdu - <b>do uzgodnienia po podpisaniu umowy</b>  |                  |  |
|     |            | 1.6  | dotatkowe uchwyty na drzwiach tylnych oraz w zewnętrznym schowku (ułatwienie zamykania drzwi, dostępu do schowka)   |                  |  |

|    |  |     |  |  |                                |
|----|--|-----|--|--|--------------------------------|
|    |  | 1.7 | zewnątrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzeselka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  |                                |
| 2. | Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu : |     | takie, aby przy temperaturach zewnętrznych -10°C i niższych ogrzanie wnętrza o przynajmniej 5°C nie trwało dłużej niż 15 minut.  |  |                                |
|    | od silnika, z możliwością regulacji          | 2.1 | kabiny kierowcy  |  |                                |
|    |  | 2.2 | przedziału pacjenta za pomocą nagrzewnicy umieszczonej w przedziale medycznym  |  | * Podać markę i typ urządzenia |
|    | niezależne                                   | 2.3 | niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne  |  | * Podać markę i typ urządzenia |
|    | postojowe, dodatkowe                         | 2.4 | z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz przedziału pacjenta o mocy min. 2100W - zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób, aby wylot ogrzanego powietrza skierowany był do środka przedziału  |  | * Podać markę i typ urządzenia |
|    | wentylacja                                   | 2.5 | wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20-cio krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym   |  | * Podać markę i typ urządzenia |
| 3. | klimatyzacja                                 | 3.1 | rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie   |  |                                |

|    |                        |     |   |  |                                 |
|----|------------------------|-----|---|--|---------------------------------|
|    |                        |     | klimatyzacja dwuparownikowa)  |  |                                 |
| 4. | Instalacja elektryczna | 4.1 | dwa akumulatory o pojemności sumarycznej min. 180 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału pacjenta - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregośkolwiek (Zamawiający dopuszcza by akumulatory były wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego bądź elementem wyposażenia adaptacji na ambulans sanitarny).                                    |  | *Podać pojemności akumulatorów  |
|    |                        | 4.2 | zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Układ zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów - jeden prostownik o min. <u>rzeczywistej wydajności prądowej 25A</u> lub dwa prostowniki oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, oddzielnie dla przedziału pacjenta - z automatycznym zabezpieczeniem przed jego awarią oraz przeładowaniem akumulatorów – w kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju. |  | *Opisać zastosowane rozwiązanie |
|    |                        | 4.3 | <b>3gniazda 230 V</b> w przedziale pacjenta z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa w okolicach środkowej części przedziału medycznego na lewej ścianie oraz jedno do zasilania   |  |                                 |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | <p>dotatkowego podgrzewacza elektrycznego.</p> <p><b>Dodatkowa przetwornica 1200W (prąd w sinusie), z możliwością wyłączenia. Po włączeniu napięcie w gniazdach 230V w czasie jazdy.</b></p>   |  |  |
| 4.4 | <p><b>4-gniazda 12 V typu Lexel</b>(w przypadku dostawy ambulansu z gniazdami innego typu wymaga się by do każdego ambulansu dostarczony był komplet tj. 4 szt. przejściówek umożliwiające wpinanie do gniazd ambulansu urządzeń Zamawiającego z wtyczkami typu Lexel) w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi + gniazdo USB ściana działowa</p>   |  |  |
| 4.5 | <p>2 przewody zasilania zewnętrznego 230V o długości co najmniej 10 m</p>  |  |  |
| 4.6 | <p>grzałka silnika zasilana z sieci 230V . Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V.</p>  |  |  |
| 4.7 | <p>kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych</li> <li>- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V</li> <li>- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy</li> <li>- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego</li> <li>- ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego</li> </ul> <p>(panel przyciskowy (guzikowy) nie typu touchscreen lub rezystencyjny</p> |  |  |

|    |                    |     |   |  |   |
|----|--------------------|-----|---|--|---|
|    |                    | 4.8 | w kabinie kierowcy 2 gniazda USB umiejscowione w desce rozdzielczej po stronie pasażera oraz jedno gniazdo 12V typu zapalniczki na podszybiu  |  |   |
|    |                    | 4.9 | przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący z mikrosterownikami:<br>- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu<br>- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)<br>- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu<br>- sterujący oświetleniem przedziału medycznego<br>- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego<br>- zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. (panel przyciskowy (guzikowy) nie typu touchscreen lub rezystencyjny |  |   |
| 5. | Przedział pacjenta | 5.1 | minimalne wewn. wymiary przedziału pacjenta: wysokość 1,80 m, długość 3,25 m, szerokość 1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi)   |  | *Podać wymiary                                    |
|    |                    | 5.2 | izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz pawlacza nad kabiną kierowcy- (jeżeli jest zamontowany)  |  |   |
|    |                    | 5.3 | na prawej ścianie jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem (łatwo składanym ruchem jednej ręki) i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wyposażony w czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa.   |  | *Podać markę i model fotela oraz zakres regulacji |
|    |                    | 5.4 | przy ścianie działowej u  |  | *Podać markę i model fotela oraz                  |

|  |     |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|
|  |     | <p>węzłowia noszy fotel obrotowy tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, z systemem przesuwu, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji).<br/>Podać markę i model oferowanego fotela.<br/>Fotel wyposażony w czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa.</p> <p><b>Uwaga. Parametr punktowany: przesuw fotela u węzłowia noszy dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). Dodatkowy przycisk zwalniający przesuw znajdujący się przy przesuwnych drzwiach pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, ułatwiający przesuwanie fotela w trakcie przechodzenia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy.</b></p> |  | zakres regulacji                       |
|  | 5.5 | podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków  |  |  |
|  | 5.6 | ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym  |  |  |
|  | 5.7 | przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być   |  | * Podać wysokość i szerokość przejścia |

|  |      |  |  |                              |
|--|------|--|--|------------------------------|
|  |      | <p>wyposażona w drzwi przesuwane mechanicznie (minimalna wysokość przejścia 1800 mm, minimalna szerokość przejścia 400 mm) spełniające normę PN EN 1789 lub normę równoważną (Nie ma być możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi zabezpieczone przed otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu. Podczas postoju pojazdu z zapalonym silnikiem, możliwość otwarcia drzwi przesuwnych.).</p>   |  |                              |
|  | 5.8  | <p>schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienia kończyn, miednicy, kręgosłupa)</p>  |  |                              |
|  | 5.9  | <p>na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna Panele mają mieć możliwość demontażu oraz przesuwu wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego.<br/>Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.<br/>Zamawiający wymaga dostarczenia ambulansu z zamontowanym uchwytem do ssaka.</p> |  |                              |
|  | 5.10 | <p>zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej):<br/>- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa,</p>   |  | *Podać oferowane rozwiązanie |



|      |  |   |  |                              |
|------|--|---|--|------------------------------|
|      |  | - półki podsufitowe z przezroczystymi szybami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.).<br>- pod półkami szufladki na drobny sprzęt medyczny |  |                              |
| 5.11 |  | zabudowa meblowa na ścianie działowej:<br>- szafka z blatem roboczym (blat roboczy na wysokości 100 cm $\pm$ 10 cm) wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawkę i z szufladą  |  | *Podać oferowane rozwiązanie |
| 5.12 |  | podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 34-36st.C, zarówno na postoju, jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.), pojemność min. 3 l. |  |                              |
| 5.13 |  | miejsce na torbę lekarską lub plecak – dostęp ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego jak i poprzez lewe drzwi przesuwne  |  |                              |
| 5.14 |  | uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych  |  |                              |
| 5.15 |  | uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy   |  |                              |
| 5.16 |  | dotatkowa gaśnica samochodowa (min. 1kg środka gaśniczego) - <b>wraz z uchwytem mocującym</b>   |  |                              |
| 5.17 |  | miejsce do mocowania ssaka i urządzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej (wzmocnione-zabezpieczone krawędzie szafki przed nadmiernym zużyciem) – Zamawiający używa urządzeń typu Auto-Pulse  |  |                              |
| 5.18 |  | okna zmatowione do 2/3 wysokości  |  |                              |
| 5.19 |  | termometr wskazujący temperaturę w przedziale pacjenta  |  |                              |

|    |                            |      |  |  |  |
|----|----------------------------|------|--|--|--|
|    |                            | 5.20 | urządzenie do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa  |  |  |
|    |                            | 5.21 | kosz na śmieci   |  |  |
| 6. | Oświetlenie i sygnalizacja | 6.1  | w przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpoła pojazdu oraz podświetlany napis ambulans (wymagana jest belka niskoprofilowa) + dodatkowe lampy niebieskie typu led w pasie przednim |  | *Podać markę i model belki                       |
|    |                            | 6.2  | w tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED do oświetlania pola za pojazdem (wymagana jest belka niskoprofilowa).  |  | * Podać markę i model belki                      |
|    |                            | 6.3  | sygnalizacja dźwiękowa:<br>- elektryczna, modulowana, z możliwością podawania komunikatów głosowych, (głośnik o mocy min. 100W zamontowany w pasie przednim, głośnik w obudowie metalowej)<br>- awaryjna np.: pneumatyczna ciągłego działania                |  | * Podać markę i model sygnalizacji pneumatycznej |
|    |                            | 6.4  | włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy oraz klakson pojazdu  |  |  |
|    |                            | 6.5  | lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED   |  |  |
|    |                            | 6.6  | reflektory zewnętrzne, po dwa z tyłu, lewej i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji, reflektory typu LED, reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu osiągnięciu prędkości 15 km/h   |  |  |
|    |                            | 6.7  | przenośny szperacz (latarka) typu LED z system ładowującym (ładowarką 12V/230V) zamontowany w kabinie kierowcy o następujących parametrach:  |  | Podać markę i model szperacza                    |

|                     |     |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|
|                     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalny strumień światła minimum 350 lm</li> <li>- waga za akumulatorem max. 400 g</li> <li>- wodoodporność co najmniej IPX7</li> <li>- wykonany z aluminium, odporny na uderzenia i upadki</li> <li>- zasięg światła min. 200m</li> </ul>   |  |  |
| przedziału pacjenta | 6.7 | oświetlenie rozproszone typu LED na obszar pacjenta i obszar otaczający umieszczone na suficie wzdłuż podstawy noszy.  |  |  |
|                     | 6.8 | co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego.   |  |  |
|                     | 6.9 | włączenie/wyłączenie oświetlenia (jednej sekcji) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta  |  |  |
| 7. Łączność         | 7.1 | zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla $f=168-170$ Mhz - z gniazdem i przewodem doprowadzonym do miejsca mocowania radiotelefonu  |  |  |
|                     | 7.2 | Radiotelefon przewoźny typu DM4601 lub równoważny zainstalowany i podłączony.  |  |  |
|                     | 7.3 | Radiotelefon przenośny oraz ładowarka zamontowana w kabinie kierowcy do radiotelefonu przenośnego typu DP4601  |  |  |
|                     | 7.4 | Instalacja do systemu SWD PRM bez tabletu wraz z uchwytem do montażu stacji dokującej do tabletu oraz drukarki.<br>Zamawiający wymaga dwóch anten dwuzakresowych typu Miticon lub równoważnych do tabletu i modułu GPS<br>Stacja dokująca do tabletu ZEBRA<br>Uchwyt do drukarki oraz drukarkę do systemu SWD np. HP200 lub równoważną |  |  |

|     |                                      |      |   |  |  |
|-----|--------------------------------------|------|---|--|--|
|     |                                      |      | Gniazdko 230V na ścianie działowej oraz 12 V<br>Moduł GPS Teltonika FM33XM (lub równoważny).<br>Instalację elektryczną logiczną wraz połączeniem stacji dokującej i drukarki za pomocą przewodu USB.<br>Luki techniczne umożliwiające dostęp do anten.  |  |  |
| 8.  | Centralna instalacja tlenowa,        | 8.1  | centralna instalacja tlenowa:<br>- uchwyt na dwie butle stalowe 10l<br>- zintegrowany panel tlenowy z podwójnym gniazdem typu AGA, z manometrem ciśnienia tlenu i przełącznikiem butla/butla (tzn. z wyborem butli z której ma być pobierany tlen)<br>- dodatkowy punkt poboru tlenu (sufitowy) z przepływomierzem ściennym zamontowanym na ścianie prawej przy fotelu obrotowym. |  | *Podać markę i typ zintegrowanego panelu tlenowego |
|     |                                      | 8.2  | <b>4 butle tlenowe 2,7 l lub 3L każda z reduktorem</b> na szybkozłazce typu AGA, oraz uchwytami mocującymi - tak umiejscowione, aby w każdych warunkach możliwy był dostęp do zaworów, obserwacja ciśnieniomierzy oraz bezproblemowa wymiana butli (dwie butle zamontowane, dwie luzem)   |  | *Podać markę i typ reduktorów                      |
| 9.  | Obsługa techniczna pojazdu           | 9.   | min. co 15.000 km   |  | * Podać częstotliwość                              |
| 10. | Okres gwarancji dla pojazdu bazowego | 10.1 | min. 24 miesiące bez limitu km.   |  | *Podać okres                                       |
|     | dla zabudowy medycznej ambulansu     | 10.2 | min. 24 miesiące  |  | *Podać okres                                       |
|     | dla lakieru                          | 10.3 | min. 24 mies.   |  | *Podać okres                                       |
| 11. | Nosze główne                         | -    | wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą –  |  |  |
|     |                                      | -    | nosze powinny być wykonane z mocnego materiału, odpornego na  |  |  |

|  |      |   |  |                       |
|--|------|---|--|-----------------------|
|  |      | bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy   |  |                       |
|  | -    | nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo być wykonane z materiału odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na środki dezynfekujące.                 |  |                       |
|  | -    | wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi    |  |                       |
|  | 11.1 | <b>Nosze główne (część noszowa):</b>  |  | *podać markę i model  |
|  | a)   | umożliwiający przeprowadzenie reanimacji (twarde, podłoże)  |  |                       |
|  | b)   | umożliwiający płynne uniesienie tułowia do kąta powyżej 75°   |  | * podać kąt           |
|  | c)   | umożliwiający zastosowanie pozycji przeciwwstrząsowej   |  |                       |
|  | d)   | umożliwiający ustawienie pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha   |  |                       |
|  | e)   | umożliwiający ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy   |  |                       |
|  | f)   | umożliwiający pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej pozycji regulowanych części noszy  |  |                       |
|  | g)   | z dodatkowym zestawem uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta noszy o kompatybilności noszy z zaoferowanym zestawem |  | * podać markę i model |

|  |      |  |  |                        |
|--|------|--|--|------------------------|
|  |      | zabezpieczającym dzieci w trakcie transportu   |  |                        |
|  |      | h) ciężar noszy nie przekraczający 23 kg(waga bez pasów i materaca)  |  | * podać ciężar         |
|  |      | i) nośność powinna wynosić min. 200 kg   |  | * podać nośność        |
|  |      | j) z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;   |  |                        |
|  |      | k) ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy,   |  |                        |
|  |      | l) materac nie przepuszczający płynów i cieczy, nienasiąkliwy, odporny na silnie żrące środki chemiczne, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, łatwy w czyszczeniu, przystosowany do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, |  |                        |
|  |      | m) Koc bakteriostatyczny umożliwiający prania w pralce, o wym. min.190 x 100 cm  |  |                        |
|  | 11.2 | <b>Transporter noszy:</b>  |  | * podać markę i model  |
|  |      | a) wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6 poziomach, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części   |  | * podać ilość poziomów |
|  |      | b) system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu,   |  |                        |
|  |      | c) cztery kółka jezdne o średnicy minimum 15 cm  |  | * podać średnicę       |
|  |      | d) możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych, opisanych w ppkt. c), o kąt co najmniej 180° tak aby możliwy był transport na wprost i bokiem - przy jeździe na wprost automatyczna blokada 2 kółek                    |  |                        |
|  |      | e) możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek   |  |                        |
|  |      | f) ciężar transportera nie więcej niż 28   |  | * podać wagę           |

|  |      |   |                               |
|--|------|---|-------------------------------|
|  |      | kg  |                               |
|  |      | g) dopuszczalne obciążenie transportera min. 235 kg   | * podać nośność               |
|  |      | h) Automatyczny ( tj. nie wymagający od użytkownika jakichkolwiek czynności) system zabezpieczający przed złożeniem podwozia zanim kółka najazdowe nie oprą się na podstawie (lawecie) czyli możliwość złożenia podwozia tylko i wyłącznie po dotknięciu podstawy ( lawety) przez kółka najazdowe transportera . System ma zapobiegać sytuacji w której z powodu błędu użytkownika może dojść do złożenia podwozia w nieprawidłowym momencie<br><b>Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana</b> | * podać oferowane rozwiązanie |
|  |      | i) System automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp.<br><b>Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana</b>   | * podać oferowane rozwiązanie |
|  |      | j) Możliwość przenoszenia transportera noszy ze złożonym podwoziem tzn. taka funkcjonalność która pozwoli na podniesienie transportera do góry a podwozie nie ulegnie opuszczeniu bez konieczności jego przytrzymywania<br><b>Uwaga: opcja niewymagana lecz punktowana</b>  | * podać oferowane rozwiązanie |
|  | 11.3 | <b>Podstawa pod nosze – laweta:</b>   | *Podać markę i model          |
|  |      | a) umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu, na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min. 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta,   |                               |

|                          |  |   |  |
|--------------------------|--|---|--|
|                          |  | (zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może być realizowane za pomocą linki). |  |
| <b>Wymagania ogólne:</b> |  |   |  |
| 12.                      | Ilość przewożonych osób  |   |  |
| 13.                      | <b>Wymagany okres gwarancyjny dla pojazdu bazowego, ambulansu z zabudową i wyposażenia specjalistycznego - minimum 24 miesiące (na dodatkowe elementy ma obowiązywać gwarancja producenta tych elementów np. drukarki, radiotelefony, itp.), określony w ofercie.</b>  |   | *Podać okresy odpowiednio  |
| 14.                      | <b>Do oferty należy dołączyć:<br/>- świadectwo homologacji oferowanego ambulansu oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty - dla wyposażenia specjalistycznego: nosze główne z transporterem poz. 11.1, 11.2 ,</b>   |   | *Opisać jakie dokumenty załączono – /jako spis treści załączników do oferty/ |
| 15.                      | <b>Uwaga :</b>   |   |  |
| a)                       | szczegółowa koncepcja zabudowy wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do ostatecznej zabudowy ambulansu.  |   |  |
| b)                       | wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania : noszy podbierakowych, krzeselka kardiologicznego, desek ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstające w trakcie ruchu ambulansu. |   |  |
| c)                       | wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki.  |   |  |
| d)                       | pojazd bazowy jest wyprodukowany w roku 2024 lub 2025  |   |  |
| e)                       | koło rezerwowe (jeżeli dostarczone) umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu   |   | *napisać gdzie umieszczone   |
| 16.                      | <b>Przy dostawie należy przekazać (dotyczy samochodu bazowego):</b>  |   |  |
| a)                       | Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji pojazdu)  |   |  |
| b)                       | Instrukcja obsługi pojazdu   |   |  |
| c)                       | Książka obsługi (przeglądów) pojazdu – jeśli nie ma formy elektronicznej   |   |  |
| d)                       | Instrukcja obsługi centralnego zamka (oraz immobilizera i auto alarmu, jeżeli są zamontowane i nie są opisane w instrukcji   |   |  |



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | pojazdu)  |  |  |
| e)  | Karta gwarancyjna pojazdu   |  |  |
| f)  | Karta gwarancyjna auto alarmu (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego)  |  |  |
| g)  | Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego)  |  |  |
| 17. | <b>Przy dostawie należy przekazać (dotyczy pojazdu bazowego po adaptacji oraz sprzętu medycznego):</b>  |  |  |
| a)  | Instrukcja obsługi urządzeń przedziału medycznego wraz z pokazaniem ich rozmieszczenia (rysunek, zdjęcie)   |  |  |
| b)  | Instrukcja obsługi i konserwacji noszy głównych i transportera do noszy   |  |  |
| c)  | Instrukcja obsługi i konserwacji reduktorów tlenowych + dozownik  |  |  |
| d)  | Instrukcja obsługi i konserwacji elektrycznego ogrzewacza wnętrza   |  |  |
| e)  | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego  |  |  |
| f)  | Karty gwarancyjne urządzeń wyposażenia medycznego ambulansu: reduktory, dozownik  |  |  |
| g)  | Karta gwarancyjna noszy głównych, transportera, podstawy (lawety)   |  |  |
| h)  | Karta gwarancyjna sygnalizacji pneumatycznej  |  |  |
| i)  | Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego)  |  |  |
| j)  | Schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu  |  |  |
| k)  | Wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliższej siedziby Zamawiającego, autoryzowanych stacji obsługi i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego . |  |  |
| l)  | Przeglądy samochodu bazowego, adaptacji medycznej oraz sprzętu medycznego po stronie Zamawiającego – nie wliczać pakietów serwisowych w ofertę        |  |  |
| m)  | dostawa kołach lub lawecie do siedziby Zamawiającego  |  |  |

## Część 2 – dostawa 10 kpl. sprzętu medycznego do doposażenia ambulansów

| Lp.   | Parametr  | Wymagane  |
|---|---|---|
| <b>I. DEFIBRYLATOR z kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, kapnometrią, NIBP i monitorowaniem EKG z 12 odprowadzeń, z funkcją transmisji danych – 10 szt.</b> |   |   |
| 1.  | Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze poniżej 10 kg aparatu kpl gotowego do pracy z wszystkimi akcesoriami  | <b>TAK</b>  |
| 2.  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą – min. Klasa IP P55   | <b>TAK</b>  |
| 3.  | Czas pracy na akumulatorze: min. 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z max energią  | <b>TAK</b>  |
| 4.  | Zasilanie defibrylatora przez uchwyt karetkowy zapewniający możliwość ładowania akumulatora/ów w aparacie oraz zasilanie defibrylatora  | <b>TAK</b>  |
| 5.  | Akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci  | <b>TAK</b>  |
| 6.  | Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200J, dostępne min. 20 poziomów energii zew, gotowość do defibrylacji max energią w max 7 s., możliwość wykonania kardiowersji | <b>TAK</b>  |
| 7.  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 6,5", Możliwość wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie  | <b>TAK</b>  |
| 8.  | Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk na papierze pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych  | <b>Parametr punktowany:<br/>TAK- 5 pkt<br/>NIE- 0 pkt</b> |
| 9.  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek.   | <b>TAK</b>  |
| 10.   | Pamięć wewnętrzna min. 300 zdarzeń i 30 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne).  | <b>TAK</b>  |
| <b><u>EKG/ RESPIRACJA</u></b>   |   |   |
| 11.   | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i możliwością transmisji przez telefon komórkowy lub modem   | <b>TAK</b>  |
| 12.   | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min   | <b>TAK</b>  |
| 13.   | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV   | <b>TAK</b>  |
| <b><u>STYMULACJA ZEWNĘTRZNA</u></b>   |   |   |
| 14.   | Tryb asynchroniczny i „na żądanie”  | <b>TAK</b>  |
| 15.   | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min, prąd stymulacji w zakresie min. 10-140 mA  | <b>TAK</b>  |
| <b><u>PULSOKSYMETRIA</u></b>  |   |   |
| 16.   | Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET  | <b>TAK</b>  |
| 17.   | Zakres pomiaru SpO2: 1-100% i pulsu min 25-240/min  | <b>TAK</b>  |
| <b><u>NIBP</u></b>  |   |   |
| 18.   | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany pomiar RR z kablem EKG  | <b>Parametr punktowany:</b>                               |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <b>TAK- 5 pkt</b><br><b>NIE- 0 pkt</b>                                |
| <b>MONITOROWANIE RKO</b>                                       |   |   |
| 19.  | Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (l/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnień klatki piersiowej z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC   | <b>Parametr punktowany:</b><br><b>TAK- 5 pkt</b><br><b>NIE- 0 pkt</b> |
| 20.  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnień klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej  | <b>TAK</b>  |
| 21.  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej   | <b>Parametr punktowany:</b><br><b>TAK- 5 pkt</b><br><b>NIE- 0 pkt</b> |
| 22.  | Funkcja wspomagania wentylacji umożliwiająca prezentację na ekranie docelowej i rzeczywistej objętości wentylacji, docelowej i rzeczywistej częstości wentylacji. Powinna posiadać wskaźnik jakości wentylacji, licznik czasu między oddechami. Współpracująca z dostępnymi na rynku urządzeniami do prowadzenia wentylacji zastępczej zarówno u pacjentów zaintubowanych jak i nie zaintubowanych. | <b>Parametr punktowany:</b><br><b>TAK- 5 pkt</b><br><b>NIE- 0 pkt</b> |
| 23.  | Pulpit umożliwiający ratownikom skuteczne postępowanie z pacjentami z urazem czaszkowo-mózgowym. Funkcja prezentująca na monitorze min. parametry życiowe w formie trendów: EtCO <sub>2</sub> , SpO <sub>2</sub> , SBP oraz informacje o jakości wymiany gazowej.   | <b>Parametr punktowany:</b><br><b>TAK- 5 pkt</b><br><b>NIE- 0 pkt</b> |
| <b>KAPNOMETRIA</b>   |   |   |
| 24.  | Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych dorosłych i dzieci   | <b>TAK</b>  |
| <b>KOMUNIKACJA/ TRANSMISJA DANYCH</b>                          |   |   |
| 25.  | Transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG i mierzonych parametrów życiowych do systemu stanowiącego własność Zamawiającego tzn. /transmisja w systemie MedGate   | <b>TAK</b>  |
| <b>WYPOSAŻENIE</b>   |   |   |
| 26.  | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.  | <b>TAK</b>  |
| 27.  | Kabel do stymulacji 1 szt.  | <b>TAK</b>  |
| 28.  | Czujnik SpO <sub>2</sub> — klips palcowy dla dorosłych 1 szt.,  | <b>TAK</b>  |
| 29.  | Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych 1 szt. i dzieci 1 szt.  | <b>TAK</b>  |
| 30.  | Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci min 1 kpl   | <b>TAK</b>  |
| 31.  | Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do ambulansu zgodny z normą PN EN 1789 lub normą równoważną   | <b>TAK</b>  |
| <b>II. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 10 szt.</b> |   |   |
| 1.   | Prowadzenie uciśnień klatki piersiowej przy pomocy taśmy piersiowej w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym.  | <b>TAK</b>  |
| 2.   | Głębokość uciśnień: 20% +/- 2 cm głębokości klatki piersiowej w osi strzałkowej   | <b>TAK</b>  |
| 3.   | Częstość uciśnień min.80/ minutę +/-10%   | <b>TAK</b>  |
| 4.   | Dopasowanie do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta — automatyczne lub ręczne   | <b>TAK</b>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 5.  | Możliwość pracy ciągłej urządzenia podczas podnoszenia pacjenta , jego przeniesienia i transportu pacjenta bez przerwy w ucisku klatki piersiowej i przy pochyleniu urządzenia do min 45 stopni  | TAK  |
| 6.  | Funkcja synchronizacji z defibrylatorem: możliwość wyładowania defibrylacyjnego bez przerywania pracy urządzenia   | Parametr punktowany:<br>TAK- 5 pkt<br>NIE- 0 pkt |
| 7.  | Zasilanie akumulatorowe, w komplecie min 2 akumulatory ze wskaźnikiem poziomu naładowania , Czas pracy z 1 akumulatora min 30 minut , zewnętrzna ładowarka akumulatorów zasilana z sieci 230V  | TAK  |
| 8.  | Masa urządzenia gotowego do pracy max. 12 kg   | TAK  |
| 9.  | Opakowanie transportowe do przenoszenia urządzenia z funkcją płachty do przenoszenia pacjenta w trakcie RKO  | Parametr punktowany:<br>TAK- 5 pkt<br>NIE- 0 pkt |
| 10.   | Wyposażenie:<br>- torba transportowa na urządzenie i akcesoria<br>- uprząż / szelki do zapięcia pacjenta<br>- Baterie min. 2 szt.<br>- pasy jednorazowe: min. 3 szt.   | TAK  |
| <b>III. Zestaw tlenowy – 10 szt.</b>              |  |  |
| 1.  | Przenośny zestaw tlenowy:<br>- torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w rękę, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy<br>- reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem. | TAK  |
| <b>IV. Ssak akumulatorowy przenośny – 10 szt.</b> |  |  |
| 1.  | Ssak elektryczny przenośny, zasilany z sieci 12V DC i wewnętrznego akumulatora, możliwość ładowania akumulatora z sieci 230V za pomocą zasilacza sieciowego  | TAK  |
| 2.  | Wyposażony w uchwyt do przenoszenia  | TAK  |
| 3.  | Obudowa wykonana z tworzywa ABS o wysokiej odporności  | TAK  |
| 4.  | 1 zbiornik wielorazowy o pojemności min 1[l] na wkłady jednorazowe   | TAK  |
| 5.  | Wydajność ssania min 32 [l/min]  | TAK  |
| 6.  | Płynna regulacja podciśnienia do 80kPa   | TAK  |
| 7.  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym – minimum 60 minut  | TAK  |
| 8.  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przenikaniem płynów do wnętrza aparatu (zabezpieczenie pompy)  | TAK  |
| 9.  | 4-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora   | TAK  |
| 10.   | Poziom hałasu max.70 dB  | TAK  |
| 11.   | Wbudowany manometr podciśnienia  | TAK  |
| 12.   | Zawór zabezpieczający przed przepelnieniem słoja   | TAK  |
| 13.   | Temperatura pracy min. od -15 do 50 °C   | TAK  |
| 14.   | Ciężar z pełnym wyposażeniem max 3 kg  | TAK  |
| 15.   | Wyposażony:<br>-przewód ssący silikonowy;<br>-filtry p/bakteryjny.   | TAK  |
| <b>V. Krzeselko transportowe – 10 szt.</b>        |  |  |

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 16.                                      | Rama krzesła wykonana z aluminium anodowanego   | TAK |
| 17.                                      | wyposażone w 4 kółka jezdne   | TAK |
| 18.                                      | wyposażone w przednie składane rączki transportowe z regulacją długości, z możliwością ustawiania ich na min. 2 poziomach                     | TAK |
| 19.                                      | wyposażone w składane tylne rączki transportowe   | TAK |
| 20.                                      | wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu   | TAK |
| 21.                                      | siedzisko wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie i grzyby, zmywalnego, dezynfekowalnego, odpornego na wodę oraz na olej napędowy | TAK |
| 22.                                      | wyposażone w min. 2 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie  | TAK |
| 23.                                      | waga max. 10 kg   | TAK |
| 24.                                      | Obciążenie min. 155 kg  | TAK |
| <b>VI. Nosze podbierające – 10 szt.</b>  |   |     |
| 1.                                       | Łopaty wykonane z aluminium   | TAK |
| 2.                                       | Wyposażone w system zamków zabezpieczających przed przypadkowym rozdzieleniem noszy przez obsługę   | TAK |
| 3.                                       | Wielostopniowa regulacja długości w zakresie min. 168-200 cm  | TAK |
| 4.                                       | Możliwość złożenia do transportu. Długość po złożeniu max. 120 cm   | TAK |
| 5.                                       | Min. 6 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia  | TAK |
| 6.                                       | Konstrukcja zabezpieczona przed wnikaniem płynów i materiału zakaźnego  | TAK |
| 7.                                       | Min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy   | TAK |
| 8.                                       | Nośność co najmniej 150kg   | TAK |
| 9.                                       | Waga max. 10 kg   | TAK |
| 10.                                      | Podać markę i model noszy, załączyć jego folder i deklarację zgodności CE   | TAK |
| <b>VII. Pulsoksymetr – 10 szt.</b>       |   |     |
| 1.                                       | Pulsoksymetr ręczny o niewielkich gabarytach  | TAK |
| 2.                                       | Waga max 0,3 kg (z bateriami)   | TAK |
| 3.                                       | Zasilanie bateryjne – baterie ogólnodostępne  | TAK |
| 4.                                       | Czas pracy na 1 komplecie baterii min. 100 godzin   | TAK |
| 5.                                       | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100%   | TAK |
| 6.                                       | Zakres pomiaru pulsu min. 20-300 /min   | TAK |
| 7.                                       | Wyświetlacz cyfrowy typu LED  | TAK |
| 8.                                       | Wskaźnik perfuzji / jakości sygnału   | TAK |
| 9.                                       | Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych   | TAK |
| 10.                                      | Możliwość podłączenia czujników jedno i wielorazowych dla różnych grup wiekowych  | TAK |
| 11.                                      | Temperatura pracy: od - 20 do + 50°C  | TAK |
| <b>VIII. Materac próżniowy – 10 szt.</b> |   |     |
| 1.                                       | pokrycie materaca z PCV, środek wypełniony granulatem zbijającym się pod wpływem podciśnienia   | TAK |
| 2.                                       | min. 8 rączek do przenoszenia   | TAK |
| 3.                                       | min. 4 pasy z systemem szybkozłączy   | TAK |
| 4.                                       | dotatkowa dopinana podłoga do materaca  | TAK |
| 5.                                       | przenikliwy dla promieni X  | TAK |
| 6.                                       | możliwość użycia w pozycji zarówno siedzącej, jak i leżącej   | TAK |
| 7.                                       | w zestawie z pompką torbą transportową i zestawem naprawczym  | TAK |

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 8.   | waga materaca max 10 kg   | TAK |
| 9.   | Wymiary min. 100cm x 200 cm   | TAK |
| <b>IX. Deska ortopedyczna z pasami - 10 szt.</b> |   |     |
| 1.   | Nosze typu deska wykonane z wytrzymałego materiału przenikliwego dla promieni X   | TAK |
| 2.   | Tworzywo sztuczne, zmywalne   | TAK |
| 3.   | Min. 16 uchwytów  | TAK |
| 4.   | Ścięte zakończenie od strony nóg ułatwiające manewrowanie w wąskich przestrzeniach  | TAK |
| 5.   | Wyposażona w min. 3 pasy o regulowanej długości, dwuczęściowe, mocowane do deski za pomocą obrotowych karabińczyków.  | TAK |
| 6.   | Mocowanie pasów za pomocą trzpieni, min. 5 na stronę oraz możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego)  | TAK |
| 7.   | Zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami dodatkowymi do mocowania głowy (podbródkowy i czołowy) oraz brakiem wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy. Całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym. | TAK |
| 8.   | Ciężar kompletnych noszy poniżej 10 kg, nośność min. 150 kg   | TAK |
| 9.   | Szerokość deski min. 45cm   | TAK |
| 10.  | Długość deski min. 180cm  | TAK |
| <b>X. Zestaw reimplantacyjny – 10 szt.</b>       |   |     |
| 11.  | Oddzielne cztery pakiety różnej wielkości na różne kończyny (palec, dłoń, rękę oraz nogę)   | TAK |
| 12.  | Pakiety jałowe, jednorazowego użytku  | TAK |
| 13.  | W zestawie pakietu worek na kończynę, suchy lód, folia izotermiczna, bandaż, staza, opaska oraz kleszczyki  | TAK |
| 14.  | Możliwość uzupełnienia zużytego pakietu po wykorzystaniu  | TAK |
| 15.  | Torba do przenoszenia zestawu   | TAK |
| 16.  | Wymiary całego zestawu: 50x25x15 (+/- 2cm)  | TAK |
| 17.  | Waga zestawu: maks. 6,3kg   | TAK |
| <b>XI. Nosze płachtowe – 10 szt.</b>             |   |     |
| 18.  | Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach   | TAK |
| 19.  | Wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych   | TAK |
| 20.  | Min. 8 uchwytów transportowych umieszczonych w obrysie płachty  | TAK |
| 21.  | Udźwig min. 350 kg  | TAK |
| 22.  | W przeciwległych końcach płachty specjalne zakładki uniemożliwiające wysunięcie się pacjenta podczas przenoszenia po pochyłych powierzchniach   | TAK |
| 23.  | Wymiary min. 200 x 105 cm   | TAK |
| 24.  | Waga max. 2,5 kg  | TAK |
| <b>XII. Szyny Kramera – 10 szt.</b>              |   |     |
| 1  | Szyny typu Kramer w zdejmowanym powleczeniu każdej szyny  | TAK |
| 2  | Powleczenie wykonane z miękkiego tworzywa nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin i wydaliny  | TAK |
| 3  | Możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia,   | TAK |
| 4  | Pokrowiec na zestaw wszystkich szyn   | TAK |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 5 | Uchwyty transportowe pokrowca umożliwiające transport w ręku i na ramieniu  | <b>TAK</b> |
| 6 | Pokrowiec dostosowany rozmiarami do najdłuższej szyny   | <b>TAK</b> |
| 7 | Dostęp do szyn w pokrowcu jednocześnie do całego zestawu.   | <b>TAK</b> |
| 8 | Wymiary 14 szyn stanowiących komplet (tolerancja +/- 10 mm)<br>1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm,<br>1500 x 120 mm,<br>1200 x 120 mm,<br>1000 x 100 mm,<br>900 x 120 mm – 2 szt.,<br>800 x 120 mm,<br>800 x 100 mm,<br>700 x 100 mm lub 700 x 70 mm,<br>700 x 70 mm,<br>600 x 80 mm lub 600 x 70 mm,<br>600 x 70 mm,<br>12) 250 x 50 mm – 2 szt | <b>TAK</b> |

---

**ROZDZIAŁ 3 WZÓRY UMÓW**

*/Wzór umowy dla cz. 1 zamówienia/*

**UMOWA Nr .....  
NA DOSTAWĘ AMBULANSÓW RATUNKOWYCH**

zawarta w dniu .....roku w Szczecinie/ z dniem złożenia ostatniego podpisu elektronicznego pomiędzy:

**Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie**, ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003063, posiadającą NIP: 852-21-84-546, REGON numer: 811640482, reprezentowaną przez:

lekarza med. Romana Pałkę – Dyrektora

- zwaną dalej **Zamawiającym**

**a**

.....  
.....  
.....

- zwaną dalej **Wykonawcą**

zwanymi dalej łącznie **Stronami**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej PZP, w którym oferta złożona przez Wykonawcę, została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej Umową:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 15 (piętnastu) sztuk nowych, kompletnie zabudowanych ambulansów ratunkowych ze specjalistycznym wyposażeniem, zgodnie z ofertą



- Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 oraz opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Pojazdy bazowe adaptowane na ambulans sanitarny muszą być wyprodukowane w roku 2024 lub 2025.
  3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest nowy, wolny od wad, zgodny z normą PN-EN 1789+A2 lub normą równoważną dla ambulansów ratunkowych oraz zgodne z parametrami technicznymi opisanymi w SWZ, odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502 ze zm.), posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.
  4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 15 (piętnaście) sztuk pojazdów zaadaptowanych na kompletne ambulanse sanitarne z zabudową specjalistyczną i podstawowym wyposażeniem – zgodne z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (oferta), wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji ubezpieczenia pojazdów, takimi jak m. in.: karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy.
  5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie protokolarnego odbioru pojazdów. Po dokonaniu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oddzielne faktury na każdy pojazd.
  6. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika upoważnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, pod nadzorem gwaranta na poziomie serwisu dealerskiego – w związku z czym montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji, a Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWDPRM.
  7. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanych ambulansów wraz w wyposażeniem specjalistycznym.
  8. Protokolarne odebranie piętnastu kompletnie zabudowanych ambulansów będzie równoznaczne z odbiorem całości zrealizowanego przedmiotu umowy.
  9. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim ( instrukcje obsługi, sposób użycia, faktury). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.
  10. Dokumenty w innym języku niż polski, bez załączonego do nich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy.
  11. Wykonawca zostanie poinformowany o zwrocie dokumentów niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kompletne ambulanse z zabudową specjalistyczną i wyposażeniem oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, na własny koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż 80 dni od podpisania umowy tj. do dnia .....

## **§ 2**

### **WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOSCI**

1. Wartość umowy zostaje określona na maksymalną kwotę ..... PLN brutto (słownie: ..... złotych brutto) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
3. Strony postanawiają, że ww. ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy, nie będą podlegały zmianom.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
6. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
8. Zaleca się, aby faktura VAT powinna zawierać dodatkowe oznaczenie w postaci wskazania numeru umowy oraz dnia jej zawarcia.
9. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) Wykonawca ma prawo do przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na właściwe konto.
10. Przez ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy rozumieć fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
11. Wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego i jego podmiotu tworzącego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

### **§ 3**

#### **ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych umową oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich.

### **§ 4**

#### **GWARANCJA I RĘKOJMIA**

1. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na pojazd bazowy, bez limitu przebiegu w kilometrach.
2. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na zabudowę specjalistyczną oraz dodatkowe wyposażenie specjalistyczne ambulansu, zamontowane wewnątrz oraz na zewnątrz.
3. Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy w sposób telefoniczny potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia pocztą e-mail.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych pojazdu, zabudowy specjalistycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanych jak w załączniku nr 2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia), w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii.
5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia, zgłoszonej telefonicznie lub e-mailem, naprawy gwarancyjnej zabudowy specjalistycznej i wyposażenia medycznego opisanego w załączniku nr 2

do umowy (opis przedmiotu zamówienia), w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od czasu zgłoszonej awarii.

6. Jedynie w przypadku poważniejszych awarii zabudowy specjalistycznej i wyposażenia medycznego opisanego, których naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dostarczy ambulans lub element wyposażenia medycznego do naprawy, do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy gwarancyjnej w maksymalnym terminie wyznaczonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca będzie zobowiązany podstawić bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego, do czasu wykonania naprawy, sprawny ambulans zastępczy lub element wyposażenia spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami napraw ambulansu lub elementu wyposażenia wymienionego w załącznikach nr 1 i 2, niewynikających z winy Zamawiającego lub normalnego zużycia eksploatacyjnego.
9. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca nie podstawi ambulansu zastępczego lub elementu wyposażenia spełniającego opisane w załącznikach nr 1 i 2 wymagania, Zamawiający może wynająć, do czasu wykonania naprawy, ambulans lub element wyposażenia medycznego spełniające takie wymagania, obciążając kosztami Wykonawcę.
10. Okres gwarancji rozpoczyna bieg odpowiednio od dnia podpisania protokołów odbioru.
11. Wykonawca udostępni numery telefonów, faksów, adresy e-mail czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu, pod którymi Zamawiający może zgłaszać awarie przedmiotu zamówienia zarówno w zakresie pojazdu bazowego, jak i zabudowy specjalistycznej z wyposażeniem ambulansu. Wykaz ww. numerów podany jest w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

## **§ 5**

### **PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług wykonywanych przez podwykonawców jak za działania własne. Niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działanie lub zaniechanie podwykonawców, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności na podstawie art. 415, 430 i 474 kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

## § 6

### ZMIANA TREŚCI UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
  - 1) zastąpienie towaru zaoferowanego na etapie postępowania przetargowego, dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał towar będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanego towaru, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu. Wówczas Wykonawca może zaproponować inne urządzenie spełniające co najmniej wszystkie warunki zamówienia wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany Wykonawca kieruje do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany;
  - 2) wystąpienie okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezależnych, powodujących, że nie jest możliwe dochowanie terminów określonych w umowie. Okoliczności, o których mowa powyżej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej umowie. Zmiana terminu nie może przekraczać 50% terminu realizacji wskazanego w umowie. W takim przypadku termin może zostać odpowiednio przedłużony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego;
  - 3) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
  - 4) zmiana stawki podatków pośrednich, będąca wynikiem działania organów państwowych;
  - 5) zmiana stawki cen urzędowych, będąca wynikiem działania organów państwowych;
  - 6) wystąpienie konieczności zmiany osób wskazanych we wniosku o dopuszczeniu do udziału (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia) przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SWZ;
  - 7) działanie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa (w szczególności: huragan, tornado, trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, powódź, pożary o katastrofalnych rozmiarach), działania wojenne, wojna cybernetyczna, powstanie, rewolucja, zamieszki, terroryzm, awaria nuklearna, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją umowy, stan zagrożenia życia i zdrowia spowodowany epidemią);
2. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
3. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych zgodnie z § 11 ust. 1. Do skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.

## § 7

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku:
- 1) jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę; w takiej sytuacji Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania umowy, bądź jej należytego wykonywania, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie odstąpi od umowy;
  - 2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy zrealizowanej do dnia odstąpienia od Umowy;
  - 3) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy;
  - 4) przeciwko Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca złoży wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych;
  - 5) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami i pomimo wskazania danego uchybienia przez Zamawiającego nie usuwa go w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;
  - 6) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy;
  - 7) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiegokolwiek formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy;

- 8) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa (w szczególności: huragan, tornado, trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, powódź, pożary o katastrofalnych rozmiarach), działania wojenne, wojna cybernetyczna, powstanie, rewolucja, zamieszki, terroryzm, awaria nuklearna, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją umowy, stan zagrożenia życia i zdrowia spowodowany epidemią) trwającej dłużej niż 60 dni.
2. Prawo określone w ust. 1 Zamawiający wykonuje przez oświadczenie złożone Wykonawcy na piśmie, pod rygorem nieważności.

## § 8

### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:
  - 1) zwłoki w realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy- w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;
  - 2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;
  - 3) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonywania umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi winy lub za które nie odpowiada Zamawiający - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;
  - 4) niewykonania naprawy gwarancyjnej ambulansu lub elementu wyposażenia w maksymalnym terminie określonym w § 4 ust. 4 oraz nie spełnienia jednocześnie warunku opisanego w § 4 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki od maksymalnego terminu określonego w § 4 ust. 4;
  - 5) niepodjęcia w okresie gwarancyjnym zgłoszonej naprawy zabudowy specjalistycznej lub elementu wyposażenia w miejscu stacjonowania ambulansu w terminie określonym w § 4 ust. 5, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu podanego w § 4 ust. 5.
2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 25 % za każdy oraz 35% wartości brutto umowy za wszystkie przypadki łącznie.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
  - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu;
  - 2) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Kary umowne kumulują się i są naliczane niezależnie od siebie, z zastrzeżeniem ust. 10.
5. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia.
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia do niego z pisemnym żądaniem zapłaty.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania go do zapłaty.

8. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia wypowiedzenia.
9. Zamawiający może dochodzić niezależnego od kar umownych odszkodowania na zasadach ogólnych ujętych w Kodeksie cywilnym.
10. Kary umowne naliczone w trakcie obowiązywania umowy utrzymują się po odstąpieniu od niej, stwierdzeniu nieważności, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub innym zakończeniu umowy. Kary umowne naliczone w trakcie obowiązywania umowy kumulują się z ewentualną karą umowną wynikającą z odstąpienia od umowy.
11. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar/odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.

## § 9

### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w kwocie stanowiącej równowartość 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, co stanowi kwotę: ....., słownie: .....
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji Umowy i przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 7 dni do daty upływu zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. Gwarant nie może uzależnić wypłaty zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu złożonego pod żądaniem Zamawiającego.
5. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego jej należytego wykonania.
6. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.
7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
8. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

## § 10

### INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:

- 1) dane osobowe – chronione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  - 2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi”.
  3. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów prawa i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.
  4. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania umowy.
  6. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania informacji wskazanych w pkt 1, podpunkt 1 podejmie środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO.
  7. Wykonawca oświadcza, że posiada opisaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji na dowód czego przedstawia do wglądu Zamawiającego stosowną dokumentację.
  8. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do dokonania w każdym czasie kontroli systemu bezpieczeństwa informacji Wykonawcy.
  9. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia informacji prawnie chronionych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne upoważnione na podstawie odrębnych przepisów instytucje kontroli.
  10. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.
  11. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.
  12. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji.

## § 11

### PRZEDSTAWICIELE STRON

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy
  - 1) Zamawiającego reprezentować będzie: .....
  - 2) Wykonawcę reprezentować będzie: .....
2. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.



## § 12 RODO

1. Przetwarzanie danych osobowych wynikające z zawartej Umowy odbywa się zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.
3. Kontakt do Inspektora ochrony danych: [iodo@999.szczecin.pl](mailto:iodo@999.szczecin.pl)
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ww. umowy cywilno-prawnej, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t.j. z 2022 poz.902) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia i archiwizacji wynikający z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym zakończyła się umowa cywilno-prawna.
7. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisu prawa osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie umowy nie przysługuje:
  - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

## § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość cesji Umowy na rzecz innego podmiotu bez uzyskania wcześniejszej zgody Wykonawcy.

4. Załącznik nr 1 – Oferta oraz załącznik nr 2 – SWZ stanowią integralne części niniejszej umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy/Umowa została zawarta przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pozwalającego na utrwalenie na trwałym nośniku, z możliwością wygenerowania egzemplarza dla każdej ze Stron.

*/Wzór umowy/*

**UMOWA Nr ..... dla części 2 zamówienia  
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

zawarta w dniu .....roku w Szczecinie/z dniem złożenia ostatniego podpisu elektronicznego pomiędzy:

**Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie**, ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003063, posiadającą NIP: 852-21-84-546, REGON numer: 811640482, reprezentowaną przez:

lekarza med. Romana Pałkę – Dyrektora

- zwaną dalej **Zamawiającym**

**a**

.....  
.....  
.....

- zwaną dalej **Wykonawcą**

zwanymi dalej łącznie **Stronami**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej PZP, w którym oferta złożona przez Wykonawcę, została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej Umową:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż oraz dostawa sprzętu medycznego wraz z kompletem akcesoriów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania do doposażenia ambulansów ratunkowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 oraz opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego opakowania sprzętu medycznego, jego ubezpieczenia na czas transportu oraz dostarczenia środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. Koszty transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem

- defibrylatorów, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne pośrednie zostały zawarte w wynagrodzeniu umownym wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Opis wymaganych warunków i parametrów technicznych sprzętu medycznego znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
  4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, certyfikat CE, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania jako urządzenia medycznego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Wykonawca ponadto oświadcza, że sprzęt medyczny:
    - 1) spełnia wymagania przewidziane ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.);
    - 2) jest kompletny i po pierwszym uruchomieniu będzie gotowy do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług;
    - 3) jest wolny od jakichkolwiek wad i praw osób trzecich;
    - 4) jest fabrycznie nowy i nie używany wcześniej, w szczególności do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości, nie jest rekondukcjonowany (dotyczy wszystkich części składowych urządzeń).
  6. W chwili dostawy Wykonawca zobowiązany jest także przekazać Zamawiającemu wymaganą dokumentację urządzenia:
    - 1) paszport techniczny urządzenia;
    - 2) instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej;
    - 3) wymagania producenta dotyczące przeglądów i konserwacji;
    - 4) oświadczenie gwarancyjne;
    - 5) certyfikat CE;
    - 6) inne dokumenty jeżeli zostały dla urządzenia sporządzone.
  7. Wszystkie dokumenty przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą zostać przełożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
  8. Dokumenty przedłożone w innym języku niż polski, bez załączonego do nich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego.
  9. Zamawiający wymaga, aby sprzęt medyczny dostarczony w ramach niniejszej umowy był wyprodukowany w 2024 roku lub 2025 roku.

## **§ 2**

### **TERMIN REALIZACJI**

1. Termin realizacji umowy wynosi do 80 dni od dnia jej zawarcia, tj. do .....
2. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem, pisemnie na adres e-mail wskazany w § 11 ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku niezrealizowania dostawy w terminie określonym w ust. 1 i 2 Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuższy niż 7 dni, a jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bez wyznaczania terminu dodatkowego. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do wykonania umowy.
4. W terminie określonym w ust. 1 i 2 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprzęt wraz z dokumentacją urządzenia, o której mowa w § 1 ust. 6.

### § 3

#### WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość umowy zostaje określona na maksymalną kwotę ..... PLN brutto (słownie: ..... złotych brutto) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie Wykonawcy.
3. Strony postanawiają, że ww. ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy, nie będą podlegały zmianom.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Sprzedawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Towaru bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług.
5. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
6. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru podpisany przez Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF).
8. Za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 4 i art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 1666 z późn.zm.) tj. zawierającą dane wymagane przepisami o podatku od towarów i usług oraz dane zawierające informacje dotyczące odbiorcy płatności oraz wskazującą niniejszą umowę zamówienia publicznego.
9. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. W przypadku gdy termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy (sobota lub dni ustawowo wolne od pracy) płatność nastąpi najpóźniej w pierwszym, kolejnym dniu roboczym.
11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
12. Zaleca się, aby faktura VAT zawierała dodatkowe oznaczenie w postaci wskazania numeru umowy oraz dnia jej zawarcia.
13. Wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego i jego podmiotu tworzącego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

### § 4

#### ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych umową oraz poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich.

## § 5

### GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny.
2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg odpowiednio od dnia podpisania protokołów odbioru.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy wadach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania napraw gwarancyjnych sprzętu medycznego, opisanego w załączniku nr 2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia), jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii.
5. Przez wadę sprzętu strony rozumieją każdą usterkę lub brak, które powodują, że sprzęt nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego w ofercie.
6. Jeżeli wady nie da się usunąć (sprzęt nie da się naprawić) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu nowy towar posiadający takie same parametry jak sprzęt, którego wady nie da się usunąć.
7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać bezpłatne przeglądy i konserwację sprzętu, zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy (usuwanie wad, usterek) wraz z częściami zamiennymi (bez materiałów eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu).
8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

## § 6

### PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług wykonywanych przez podwykonawców jak za działania własne. Niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działanie lub zaniechanie podwykonawców, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności na podstawie art. 415, 430 i 474 kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

## § 7

### ZMIANA TREŚCI UMOWY

1. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
  - 1) zastąpienie towaru zaoferowanego na etapie postępowania przetargowego, dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem nowym, posiadającym co najmniej takie same

parametry jakie posiadał towar będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanego towaru, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu. Wówczas Wykonawca może zaproponować inne urządzenie spełniające co najmniej wszystkie warunki zamówienia wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany Wykonawca kieruje do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany;

- 2) wystąpienie okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezależnych, powodujących, że nie jest możliwe dochowanie terminów określonych w umowie. Okoliczności, o których mowa powyżej muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej umowie. Zmiana terminu nie może przekraczać 50% terminu realizacji wskazanego w umowie. W takim przypadku termin może zostać odpowiednio przedłużony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego;
  - 3) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
  - 4) zmiana stawki podatków pośrednich, będąca wynikiem działania organów państwowych;
  - 5) zmiana stawki cen urzędowych, będąca wynikiem działania organów państwowych;
  - 6) wystąpienie konieczności zmiany osób wskazanych we wniosku o dopuszczeniu do udziału (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia) przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SWZ;
  - 7) działanie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa (w szczególności: huragan, tornado, trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, powódź, pożary o katastrofalnych rozmiarach), działania wojenne, wojna cybernetyczna, powstanie, rewolucja, zamieszki, terroryzm, awaria nuklearna, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją umowy, stan zagrożenia życia i zdrowia spowodowany epidemią).
3. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
  4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany danych teled adresowych Stron, i osób upoważnionych zgodnie z § 11 ust. 1. Do skuteczności tych

zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.

## § 8

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku:
  - 1) niezrealizowania dostawy w terminie określonym w § 2 umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuższy niż 7 dni, a jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bez wyznaczania terminu dodatkowego. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do wykonania umowy;
  - 2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy zrealizowanej do dnia odstąpienia od Umowy;
  - 3) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy;
  - 4) przeciwko Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca złoży wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych;
  - 5) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami i pomimo wskazania danego uchybienia przez Zamawiającego nie usuwa go w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;
  - 6) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy;
  - 7) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiegokolwiek formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy;
  - 8) w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa (w szczególności: huragan, tornado, trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, powódź, pożary o katastrofalnych rozmiarach), działania wojenne, wojna cybernetyczna, powstanie, rewolucja, zamieszki, terroryzm, awaria nuklearna, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją umowy, stan zagrożenia życia i zdrowia spowodowany epidemią) trwającej dłużej niż 60 dni.



2. Prawo określone w ust. 1 Zamawiający wykonuje przez oświadczenie złożone Wykonawcy na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługują inne roszczenia od Zamawiającego poza wynagrodzeniem za dostarczony sprzęt.
4. Pomimo odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady obowiązują między stronami nadal w odniesieniu do dostarczonego sprzętu. Wiążące będą również postanowienia umowy dotyczące kar umownych oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tych tytułów.

## **§ 9**

### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:
  - 1) zwłoki w realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
  - 2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
  - 3) niewykonania naprawy sprzętu medycznego w terminie wskazanym w § 5 ust. 4, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki od maksymalnego (14 dni), w przypadku dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, postanowień o karach umownych nie stosuje się.
2. W przypadku dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, postanowień o karach umownych nie stosuje się.
3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto umowy.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia do niego z pisemnym żądaniem zapłaty.
5. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może dochodzić niezależnego od kar umownych odszkodowania na zasadach ogólnych ujętych w Kodeksie cywilnym.
7. Kary umowne naliczone w trakcie obowiązywania umowy utrzymują się po odstąpieniu od niej, stwierdzeniu nieważności, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub innym zakończeniu umowy. Kary umowne naliczone w trakcie obowiązywania umowy kumulują się z ewentualną karą umowną wynikającą z odstąpienia od umowy.
8. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar/odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.

## **§ 10**

### **INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE**

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:
  - 1) dane osobowe – chronione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

- 2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi”.
  3. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów prawa i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.
  4. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania umowy.
  6. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania informacji wskazanych w pkt 1, podpunkt 1 podejmie środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO.
  7. Wykonawca oświadcza, że posiada opisaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji na dowód czego przedstawia do wglądu Zamawiającego stosowną dokumentację.
  8. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do dokonania w każdym czasie kontroli systemu bezpieczeństwa informacji Wykonawcy.
  9. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia informacji prawnie chronionych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego lub inne upoważnione na podstawie odrębnych przepisów instytucje kontroli.
  10. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.
  11. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.
  12. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji.

## § 11

### PRZEDSTAWICIELE STRON

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy
  - 1) Zamawiającego reprezentować będzie: .....
  - 2) Wykonawcę reprezentować będzie: .....
2. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

## § 12

### RODO

8. Przetwarzanie danych osobowych wynikające z zawartej Umowy odbywa się zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.
10. Kontakt do Inspektora ochrony danych: [iodo@999.szczecin.pl](mailto:iodo@999.szczecin.pl)
11. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ww. umowy cywilno-prawnej, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. t.j. z 2022 poz. 902) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia i archiwizacji wynikający z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym zakończyła się umowa cywilno-prawna.
14. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisu prawa osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  - 5) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  - 6) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  - 7) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - 8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie umowy nie przysługuje:
  - 4) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 5) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - 6) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

### § 13

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość cesji Umowy na rzecz innego podmiotu bez uzyskania wcześniejszej zgody Wykonawcy.
4. Załącznik nr 1 – oferta oraz załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, stanowią integralne części niniejszej umowy.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy/ Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy/Umowa została zawarta przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pozwalającego na utrwalenie na trwałym nośniku, z możliwością wygenerowania egzemplarza dla każdej ze Stron.

**SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM**

**Szczecin, 10.12.2024 r.**

**DYREKTOR  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia  
Ratunkowego w Szczecinie**

**lek. med. Roman Pałka**