

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: Ciepłarka, zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Oferuję:

Model/typ:

Producent/kraj:

| Lp. | Wymagania: | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
|-----|--|---|
| 1. | Ciepłarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza. Możliwość sterowania wentylatorem minimum w zakresie od 0 do 100% | |
| 2. | Ciepłarka z wewnętrznym punktem oświetleniowym LED | |
| 3. | Pojemność użytkowa komory minimum 56 litrów | |
| 4. | Wymiary komory nie mniejsze niż 400 x 360 x 390 mm (szerokość x głębokość x wysokość) | |
| 5. | Obudowa ciepłarki wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 lub z blachy malowanej proszkowo | |
| 6. | Wnętrze ciepłarki wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 | |
| 7. | Ciepłarka posiadająca drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, | |

| | | |
|-----|---|--|
| | zewnątrzne pełne | |
| 8. | Cieplarka z zakresem temperatury (od temperatury otoczenia) minimum w zakresie od +5°C do +70°C, regulacja temperatury minimum co 0,1°C | |
| 9. | Obsługa urządzenia przy użyciu dotykowego, kolorowego wyświetlacza o przekątnej nie mniejszej niż 4,3" | |
| 10. | Minimum sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy | |
| 11. | Pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych i programów | |
| 12. | Cieplarka posiadająca minimum 2 półki. Możliwość zamontowania w cieplarce do minimum 5 półek | |
| 13. | Urządzenie posiadające dedykowany otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika o średnicy maksimum 30 mm | |
| 14. | Alarm wizualny i dźwiękowy, sygnalizacja otwartych drzwi | |
| 15. | Cieplarka zamykana na klucz | |
| 16. | Zasilanie 230V/50Hz | |

*Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej*