

Odpowiedź nr 17

Na zapytanie do swz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00355763/01
z dnia 2024-06-07

W dniu 11.06.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pakiet 9 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawki cewnikowej z łącznikiem luer/wymienną końcówką umocowaną na tłoku

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: „przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych(..) całość wolna od ftalanów lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)” ma na myśli piktogramy o braku zawartości lateksu, DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi firmy Margomed o poniższych parametrach

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, wolny od DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, copakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylna, opakowanie 180 szt,

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: „Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i FTALANÓW- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym), ma na myśli piktogramy o braku zawartości lateksu, DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Poz.11

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: „Przedłużacz do pomp infuzyjnych dla leków światłoczułych/bursztynowy długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i FTALANÓW- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym), ma na myśli piktogramy o braku zawartości lateksu, DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedzi:

Poz.9 poz.5 Tak, Zamawiający może oczekiwać.

Poz.8 Tak, Zamawiający miał to na myśli.

- Poz.9 Tak, Zamawiający dopuszcza.
Poz.10 Tak, Zamawiający miał to na myśli.
Poz. 11 Tak, Zamawiający miał to na myśli.

PREZES ZARZĄDU
Iwona Andriejczyk Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie.