



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 08.07.2019 r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 - 11/19

Dot.: Zakup (dostawa, montaż, uruchomienie) pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32- część I.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu koryguje treść udzielonej odpowiedzi (dot. Pak. 1) oraz dokonuje poprawki oczywistej omyłki w opisie przedmiotu zamówienia (pakiet 25).

PAKIET 1

Korekta odpowiedzi na pytanie 43:

jest

43. 29.10. pakiet 1 APARAT DO ZNIECZULENIA Pkt. 96 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do wskaźnika perfuzji wskaźnik jakości sygnału?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian*

Zmiana na:

43. 29.10. pakiet 1 APARAT DO ZNIECZULENIA Pkt. 96 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do wskaźnika perfuzji wskaźnik jakości sygnału?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.*

Tym samym tabela dla pkt. 96 otrzymuje brzmienie:

W pakiecie 1 pozycja 1 (APARAT DO ZNIECZULANIA 3 SZT.)

Z

L.p.	Opis	Punktacja
96	Pomiar saturacji SpO ₂ saturacji metodą Masimo rainbow SET lub Masimo SET z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale. Na ekranie widoczny wskaźnik perfuzji .	Masimo rainbow SET – 5 pkt. Masimo SET – 0 pkt.

Na

L.p.	Opis	Punktacja
96	Pomiar saturacji SpO ₂ saturacji metodą Masimo rainbow SET lub Masimo SET z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale. Na ekranie widoczny wskaźnik perfuzji lub jakości sygnału	Masimo rainbow SET – 5 pkt. Masimo SET – 0 pkt.

Korekta odpowiedzi na pytanie 64:

Jest

64. 29.18. Pakiet 1 MONITOR PACJENTA Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wydruku prekonfigurowanych raportów, trendów itp?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian*

Na

64. 29.18. Pakiet 1 MONITOR PACJENTA Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wydruku prekonfigurowanych raportów, trendów itp?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.*

Korekta odpowiedzi na pytanie 71:

Jest

71. 29.23. pakiet 1 MONITOR PACJENTA Pkt. 27 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania moduł transportowy umożliwiający monitorowanie: 1 z 3, 7, 8 lub 12 odprowadzeń EKG, w zależności od użytego przewodu oraz pozostałych wymaganych parametrów?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian*

NA

71. 29.23. pakiet 1 MONITOR PACJENTA Pkt. 27 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania moduł transportowy umożliwiający monitorowanie: 1 z 3, 7, 8 lub 12 odprowadzeń EKG, w zależności od użytego przewodu oraz pozostałych wymaganych parametrów?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.*

Korekta odpowiedzi na pytanie 83:

Jest

83. 29.35. pakiet 1 MONITOR PACJENTA Pkt. 58 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do wskaźnika perfuzji wskaźnik jakości sygnału?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian*

NA

83. 29.35. pakiet 1 MONITOR PACJENTA Pkt. 58 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do wskaźnika perfuzji wskaźnik jakości sygnału?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących w SIWZ zapisów, ale ich nie wymaga.*

Korekta odpowiedzi na pytanie 86:

Jest

86. 29.38. pakiet 1 MONITOR PACJENTA Pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez stazy żyłnej?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian*

86. 29.38. pakiet 1 MONITOR PACJENTA Pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez stazy żyłnej?

ODPOWIEDŹ: *Zamawiający dokonuje zmiany, parametr wymagany staje się parametrem ocenianym.*

Tym samym tabela dla pkt. 17,27,58 i 68 otrzymuje brzmienie:

W pakiecie 1 pozycja 2 (KARDIOMONITOR KOMPATYBILNY Z MONITORINGIEM APARATÓW DO ZNIECZULANIA – 4 SZT.)

Z

L.p.	Opis	Punktacja
17	Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta.	TAK
27	Moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie	TAK

	stacjonarnie i w transporcie przynajmniej następujących parametrów: 3, 5, 7, 8 oraz 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, CO2	
58	Wyświetlane wartości liczbowych saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI)	TAK
68	Funkcja stazy żyłnej	TAK

Na

L.p.	Opis	Punktacja
17	Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta.	MOŻLIWOŚĆ WYDRUK EKРАНU – 15 PKT BRAK MOŻLIWOŚCI WYDRUKU EKРАНU- 0 PKT
27	Moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej następujących parametrów: 3, 5 min 7, 8 oraz lub 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, CO2	TAK
58	Wyświetlane wartości liczbowych saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) lub wskaźnika jakości sygnału	TAK
68	Funkcja stazy żyłnej	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.

PAKIET 25

Autokorekta:

W pakiecie 25 lp.

Z

L.p.	Opis	Punktacja
11	Ekran dotykowy min. 12"	12" – 0 pkt. powyżej 12" – 5 pkt.

Na

L.p.	Opis	Punktacja
11	Ekran min. 12 cm	12 cm – 0 pkt. powyżej 12 cm – 5 pkt.

POWYŻSZE ZMIANY SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I DOTYCZĄ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ OFERTĘ Z UWZGLĘDNIENIEM POWYŻSZEGO