

Warszawa, dnia 4 maja 2021 roku

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Zakup i dostawa aparatu diagnostycznego EMG” – sprawa nr 9/PN/2021/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści głowicę, która oferuje lepszy niż wyspecyfikowany parametr poziomu szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2Hz-10kHz?

#### **Uzasadnienie:**

Parametr wyspecyfikowany ( $=0,4 \mu V_{rms}$ ) jednoznacznie wskazuje na konkretnego dostawcę. Parametry tego rodzaju powinny być wyspecyfikowane w przedziale danych jednostek, zgodnie z zasadami PZP.

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pytanie nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści głowicę, która oferuje lepszy niż wyspecyfikowany parametr filtra górnoprzepustowego?

Przedział wyspecyfikowany jednoznacznie wskazuje na konkretnego dostawcę. Parametry tego rodzaju powinny być wyspecyfikowane w optymalnym przedziale danych jednostek.

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pytanie nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający wymaga, by filtr górnoprzepustowy działał w zakresie częstotliwości granicznej od 0,01 do 500 Hz?

Wzmiankowany w pytaniu przedział stanowi o najwyższej klasie sprzętowej głowicy.

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych niż wyspecyfikowane parametrach użytkowych.



**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 4 poz. 9**

Czy Zamawiający wymaga, by filtr dolnoprzepustowy – górna częstotliwość graniczna mieściła się w szerszym przedziale od 20 do 20k Hz?

Wzmiankowany w pytaniu przedział stanowi o najwyższej klasie sprzętowej głowicy. Wymaganie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych niż wyspecyfikowane parametrach użytkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 5 poz. 10**

Czy Zamawiający wymaga, by głowica zapewniała możliwość wyłączenia filtra pasmowego lub uruchomienia go przy częstotliwości 50 Hz lub uruchomienia go przy częstotliwości 60 Hz?

Wzmiankowane w pytaniu możliwości i wartości stanowią o najwyższej klasie sprzętowej głowicy.

Wymaganie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych niż wyspecyfikowane parametrach użytkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 6 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści głowicę o lepszych parametrach niż wyspecyfikowane, tj. posiadającą chociażby większą liczbę gniazd wejściowych, co przekłada się na wyższą jakość i większe możliwości diagnostyczne?

Parametry wyspecyfikowane jednoznacznie wskazują na konkretnego dostawcę. Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 7 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści głowicę posiadającą:

- 6 kanałów bipolarnych,
- dodatkowe przyłącze 6 – kanałowe w tym 4 kanały bipolarne typu DIN oraz 2 kanały bipolarne typu DIN do igieł EMG / NCV / EP,
- wbudowaną głowicę EEG:
  - 20 wejść monopolarnych, 2 referencyjne, 2 uziemiające

Parametry wyspecyfikowane jednoznacznie wskazują na konkretnego dostawcę. Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**



**Pytanie nr 8 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści stymulator o lepszych parametrach niż wyspecyfikowane, tj. np. chociażby zintegrowany z głowicą?

Parametry wyspecyfikowane jednoznacznie wskazują na konkretnego dostawcę.  
Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 9 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści stymulator o lepszych parametrach niż wyspecyfikowane, tj. posiadający 1 wejście bipolarne typu DIN, 1 wejście DIN do rękojeści stymulującej, 5 dedykowanych wejść bipolarnych?

Parametry wyspecyfikowane jednoznacznie wskazują na konkretnego dostawcę.  
Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 10 poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści panel sterujący o lepszych parametrach niż wyspecyfikowane, tj. posiadający większą niż wyspecyfikowana liczbę manipulatorów i klawiszy funkcyjnych?

Parametry wyspecyfikowane jednoznacznie wskazują na konkretnego dostawcę.  
Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 11 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść stymulującą oferująca nie gorsze parametry od wyspecyfikowanych?

Parametry wyspecyfikowane jednoznacznie wskazują na konkretnego dostawcę.  
Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 12 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść stymulującą oferująca posiadającą pięć trybów sterowanych za pomocą oprogramowania oraz bezpośrednio na rękojeści, wymienne końcówki, programowalne przyciski (możliwość dostosowania funkcji do oczekiwań użytkownika bez narzucania określonej funkcjonalności), pokrętko regulacji intensywności stymulacji?

Parametry wyspecyfikowane jednoznacznie wskazują na konkretnego dostawcę.



Dopuszczenie j/w pozwole na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 13 poz. 30 pkt 6 ppkt „d” ust. I**

Czy Zamawiający dopuści nieograniczony czas pojedynczego zapisu?

Parametry wyspecyfikowane ograniczają jakość pracy głowicy i limitują użytkownika.

Dopuszczenie j/w pozwole na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach użytkowych niż wyspecyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.**


W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia **termin składania ofert** z dnia 31 marca 2021 roku godz. 10:00 na dzień **6 maja 2021** roku na godz. 10:00. **Otwarcie ofert** nastąpi w dniu **12 maja 2021** roku o godz. **10:30**.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA  
ds. ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNYCH  
Narodowy Instytut Geriatrii,  
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

mgr Damian Wrona

Sporządził: Bogumiła Kalinowska

SPECJALISTA W ZAKRESIE REUMATOLOGII  
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie  
  
Bogumiła Kalinowska