

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. 0-81 / 747-75-11, fax 0-81 / 747-89-11
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/DZP/ED/3411/PN-128/20

Lublin, dnia 02.09.2020r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Czy zamawiający dopuszcza w Pakiecie I przy urządzeniu nr 3 "Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji onkologicznej" na zaoferowanie Laptopa zamiast komputera stacjonarnego.

Laptop o parametrach technicznych:

Procesor

AMD Ryzen™ 5 3500U (4 rdzenie, 8 wątków, 2.10–3.70 GHz, 6 MB cache)

Pamięć RAM

8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

20 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk SSD M.2 PCIe

256 GB

Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA

Możliwość montażu dysku SATA (brak elementów montażowych)

Wbudowany napęd optyczny

Brak

Dotykowy ekran

Nie

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

15,6"

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna

AMD Radeon™ Vega 8

Pamięć karty graficznej

Pamięć współdzielona

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa

0.3 Mpix

Łączność

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Moduł Bluetooth

Złącza

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

HDMI 1.4 - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii

Litowo-jonowa

Pojemność baterii

2-komorowa, 4000 mAh

Kolor dominujący

Szary

Czytnik linii papilarnych

Nie

Podświetlana klawiatura

Nie

Dodatkowe informacje

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotkowy, intuicyjny touchpad

Szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość

19,9 mm

Szerokość

362 mm

Głębokość

252 mm

Waga

1,85 kg (z baterią)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2

dotyczy części nr 2 poz. 2 Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej - 2 szt.

pkt. 43

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie bieżni z zakresem prędkości od 0,8 - 20 km/h

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

dotyczy części nr 2 poz. 2 Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej - 2 szt.

pkt. 48

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie bieżni z całkowitą liczbą programów 12.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

dotyczy części nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że do urządzenia z oporem elastycznym do terapii przedramienia i nadgarstka oraz do urządzenia z oporem elastycznym do rehabilitacji barku Zamawiający będzie wymagał wózka mobilnego, o gabarytach podstawy 670x540 mm wykonanej z tworzywa ABS w kolorze szarym lub białym oraz o wysokości 1500 mm, z wysięgnikiem przystosowanym do monitora 40 calowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 5

dotyczy części nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że do urządzenia z oporem elastycznym do terapii przedramienia i nadgarstka oraz do urządzenia z oporem elastycznym do rehabilitacji barku Zamawiający będzie wymagał wózka o stelażu z profilu aluminiowego z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie umożliwiającymi regulację położenia półki wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 6

dotyczy części nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że do urządzenia z oporem elastycznym do terapii przedramienia i nadgarstka oraz do urządzenia z oporem elastycznym do rehabilitacji barku Zamawiający będzie wymagał wózek z przegłębioną półką o wymiarach 500x500 mm z wysuwającym blatem HPL pod myszkę oraz z półką pod jednostkę centralną dostosowaną do wymiarów jednostki zasilającej Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 7

Czy zamawiający wymaga trzy monitory 22 calowe do urządzeń:

1. Fotel do ćwiczeń oporowych kończyny dolnej do rehabilitacji onkologicznej
2. Urządzenie z oporem elastycznym do terapii przedramienia i nadgarstka
3. Urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji barku

Stanowią one integralną część zestawu bez której urządzenia nie będą spełniały swojej funkcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie części 2: Fotel do ćwiczeń oporowych kończyny dolnej do rehabilitacji onkologicznej, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, natomiast w zakresie części 3 tj. Urządzenie z oporem elastycznym do terapii przedramienia i nadgarstka i Urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji barku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowych monitorów dla fizjoterapeuty jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w urządzeń. W przypadku zaoferowania dodatkowych monitorów należy zaznaczyć ten fakt w składanej ofercie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Marlena Koziej

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli

inż. Ewa Dorosz