

Znak: ZOZ.V.010/DZP/78/21

Sucha Beskidzka dnia 20.08.2021r.

Dotyczy: Przetargu na: „Dzierżawę koncentratorów tlenu wraz z serwisem i szkoleniem”.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Opis przedmiotu zamówienia publicznego oraz opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi być zgodny z wyartykułowaną w art. 7 ust. 1 Pr ZamPubl zasadą uczciwej konkurencji. Proszę o ponowne rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy zamawiający zmieni punktację dot. wagi koncentratora tlenu >lub=17 - 0pkt. poniżej 50 pkt. ? Przy obecnych parametrach ograniczają Państwo przetarg do jednego modelu koncentratora tlenu mianowicie EverFlo który jako jedyny spełnia kryteria wagi. Proszę o rozszerzenie oferty zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. Istotniejszym parametrem niż waga koncentratora jest odpowiednio wysoka koncentracja tlenu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Powyższe kryterium nie wyklucza udziału w postępowaniu żadnego oferenta.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Bączewski