



Znak: AE/ZP-27-94/24

Tarnów, 2024-09-30

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: krążków do antybiogramów wraz z dzierżawą: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytkę, densytometru do wykonywania zawiesziny bakteryjnej oraz odczynniki do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i wyposażenia dodatkowego.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-9 pkt 8 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-9 pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „... lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10 pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „W cenie dzierżawy serwisowanie aparatu w trakcie trwania umowy. Usunięcie awarii aparatu przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy - przy naprawie trwającej powyżej 48 godzin w dni robocze”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu pkt 8 Załącznika Nr 4 do SWZ dotyczącego wymagań dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-9**, natomiast dopuszcza w tym zakresie udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty, tj. świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, termin ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości. Ponadto wymieniona wyżej strona internetowa będzie dla Zamawiającego dostępna bezpłatnie całodobowo.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu pkt 8 Załącznika Nr 4 do SWZ dotyczącego wymagań dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-9**, natomiast dopuszcza w tym zakresie udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty, tj. instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta. Ponadto wymieniona wyżej strona internetowa będzie dla Zamawiającego dostępna bezpłatnie całodobowo.

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 9 Załącznika Nr 4 dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 10**.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

