



## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. [Materiały opatrunkowe \(III\)](#) Nr sprawy: ZP-24-108UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które zacytowano poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1:**

Pakiet 30 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego hemostatyku powierzchniowego, którego czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej wynosi 7-14 dni w rozmiarze 2,6 x 5,1cm? Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jałowego hemostatyku powierzchniowego, którego czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej wynosi 7-14 dni w rozmiarze 2,6 x 5,1cm.

#### **Pytanie 2:**

Pakiet 30 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego hemostatyku powierzchniowego, którego czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej wynosi 7-14 dni w rozmiarze 5,1 x 10,2cm? Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jałowego hemostatyku powierzchniowego, którego czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej wynosi 7-14 dni w rozmiarze 5,1 x 10,2cm.

#### **Pytanie 3:**

Dot. umowy

Czy dla pakietu nr 30 (opatrunki hemostatyczne – wyroby medyczne), nieuwzględniającego w swoim zakresie produktów leczniczych

termolabilnych, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania wydruków z rejestracji temperatury transportu dostaw i zmienia treść § 2 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę produktów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność, aż do momentu odebrania produktów przez Zamawiającego.”

Swój wniosek motywujemy informacją zawartą w Komunikacie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24 lipca 2023r. w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów regulujących działalność aptek, który stanowi, że „rozporządzenie nie nakazuje dokonywania kontroli warunków transportu produktów przyjmowanych przez aptekę w określony sposób, w szczególności nie wymusza ono każdorazowego żądania od dostawcy wydruków z rejestratorów temperatury/ wilgotności. Podkreślenia wymaga, że obowiązek przedłożenia takich dokumentów przez podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną dotyczy wyłącznie transportu produktów leczniczych wymagających szczególnych warunków (pkt 9.4 ppkt 5 rozporządzenia DPD).”

#### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczania wydruków z rejestracji temperatury transportu dostaw dla każdego z pakietów i zmienia treść § 2 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą



*dostawę produktów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność, aż do momentu odebrania produktów przez Zamawiającego."*

**Pytanie 4:**

Pakiet 28, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku zgodnego z opisem: Opatrunek w rozmiarze 70mm x 90mm (+/- 5mm) Posiada wyraźne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wklucia o wymiarze 34mm x 39mm (+/-2mm). Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700g /m<sup>2</sup>/24h.według EN 13726-2 :2002 Opatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego tj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej. Opatrunek posiada dodatkowe taśmy zabezpieczające. Dwie taśmy włókninowe o wymiarach 12,5mm x 9mm oraz jedną taśmę o wymiarze 25mm x 90mm.Opakowanie 50 szt.

**Odpowiedź 4:**

Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.