



**POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU**
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



**UNIA
EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
Narodowa
Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
www.pogotowie-ratunkowe.pl	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 15.11.2023 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/18/2023**

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 2

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

„Zakup dziesięciu ambulansów medycznych typu C oraz wyposażenia medycznego – 3 części”

(Ogłoszenie w Dz.U. S: 213/2023 00673095-2023 z dnia 2023-11-06)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. - dalej ustawa Pzp.) udostępnia treść zapytań, które napłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

Pytanie nr 7:

Dot pkt 14.5

1. Obecny opis jest nieprecyzyjny i budzi wiele wątpliwości w zakresie interpretacji . Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iż opisane nosze mają mieć poziome poszerzenia leża pacjenta do min 90 cm tylko na całej powierzchni poręczy bocznych ustawionych poziomo ?
2. Czy poszerzenie powierzchni do 90 cm ma dotyczyć całej długości leża noszy czy tylko poręczy bocznych ustawionych poziomo ?

Odpowiedź nr 7:

Nosze mają mieć poziome poszerzenia leża pacjenta do min 90 cm na całej powierzchni poręczy bocznych ustawionych poziomo.

Pytanie nr 8:

Dot pkt 14.2

Zamawiający podając nazwę normy „1865” najprawdopodobniej użył skrótu myślowego czym wprowadził niejednoznaczny wymóg w zakresie obowiązującej normy. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iż podając nazwę normy „1865” ma na myśli aktualną normę PN-EN 1865-2 .

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający oczekuje noszy spełniających wymagania aktualnej normy dla noszy elektrycznych tj. PN-EN 1865-2.

Pytanie nr 9:

Dot pkt 14.3

Ponieważ Zamawiający opisując materac ze zintegrowaną uprzążką pediatryczną wskazał na konkretnego producenta prosimy o odpowiedź na pytanie .

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nosze wyposażone w materac i dodatkową dedykowaną przez producenta kompatybilną z noszami uprzążką pediatryczną dla dzieci o wadze od 4,5 kg do 45 kg ?.
2. Czy Zamawiający oczekuje aby zaferowana uprzążka pediatryczna do noszy obejmowała dzieci w szerokim zakresie wagowym np. od 2,5 kg do 45 kg co zapewni bezpieczny transportu dzieci dla wszystkich grup wiekowych ?.

3. Czy uprząż pediatria zamocowana na noszach ma umożliwiać transport dziecka w pozycji leżącej (horyzontalnej) jak i siedzącej a ambulansie i poza nim ? .

Odpowiedź nr 9:

Ad. 1 Zamawiający nie określa konkretnej masy ciał dziecka – dopuszczamy taki zakres;

Ad. 2 Zamawiający nie oczekuje zaoferowanego parametru. Zamawiający nie określa konkretnej masy ciał dziecka – dopuszczamy taki zakres;

Ad. 3 Zamawiający oczekuje uprząży umożliwiającej transport dziecka w pozycji leżącej i siedzącej podczas transportu w ambulansie jak i podczas przewożenia pacjenta np. z ambulansu na SOR.

Pytanie nr 10:

Dot pkt 14.9

Prosimy o odpowiedź czy wymóg bezpiecznego obciążenia do min 315 kg dotyczy transportowania pacjenta w każdej dostępnej wysokości w noszach ?.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania, które umożliwia transport pacjenta o masie do 315 kg na każdej dostępnej wysokości.

Pytanie nr 11:

Dot pkt 14.18

W związku podaniem wymogu skracania noszy tylnej części ramy noszy prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści nosze których przednia część ramy posiada funkcję skracania długości do transportu w ciasnych przestrzeniach ?.

Uzasadnienie: powszechnie stosowana możliwość skrócenia ramy noszy w noszach monoblokowych jest dostępna z przodu noszy a nie z tyłu. Funkcję taką mają tacy producenci jak: Stryker , Ferno , Mediol , Kartsana , Promeba i wielu innych czołowych producentów .Jedynie 2 producentów tj Stollenwerk i Stem posiada możliwość skrócenia ramy z tyłu ale w naszej ocenie nosze te nie spełniają pozostałych parametrów Zamawiającego . W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie noszy skracanych z przodu .

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 12:

Dot pkt 14.19

W związku z wymogiem mówiący o skróceniu długości noszy do max 1,7cm prosimy o odpowiedź czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Zapis powinien naszym zdaniem brzmieć „ możliwość skrócenia długości noszy do min 1,7 m . Bo w chwili obecnej eliminuje nosze o lepszych parametrach niż opisane w siwz .

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie:

Czy Zamawiający dopuści nosze z możliwością skrócenia długości do min 1,7 cm dopuszczając nosze o większym zakresie skrócenia ich długości ?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SWZ nosze po skróceniu nie mogą przekroczyć 170 cm (1,7 m) długości. Wskazana długość jest więc maksymalną dopuszczalną długością noszy po ich skróceniu. Nosze z możliwością skrócenia do długości poniżej 1,7 m spełniają wymagany w pkt 14.19 parametr.

Pytanie nr 13:

Pyt pkt 14. 24

Czy zaoferowane nosze mają posiadać odporność zarówno na przenikanie kurzu i pyłu oraz na przenikanie wody pod ciśnieniem czyli posiadać klasę co najmniej IP46 ?

Ponieważ Zamawiający określając klasy ochrony podaje 2 różne parametry tj w jednym wymaga ochrony przed pyłami i cieczą w drugim już tylko przed cieczą prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie.

Klasa IP46 jest niższa niż pierwotnie wymagana przez Zamawiającego ale gwarantuje iż zaoferowane nosze będą posiadały minimalną szczelność i odporność zarówno na pyły i wodę.

Odpowiedź nr 13:

Zgodnie ze SWZ Zamawiający oczekuje ochrony przed pyłami i cieczą zgodnie z normą IP 66 lub IP X6.

Pytanie nr 14:

Pyt 14. 26.

Powszechną praktyką i metodą działania wśród wielu oferentów stało się zaniżanie kosztów zakupu urządzeń medycznych w tym noszy elektrycznych (ze względu na ich dużą wartość początkową zakupową) i przenoszenie tych kosztów na późniejszą obsługę serwisową.

Co w praktyce oznacza iż użytkownik i tak zapłaci pełną wartość przedmiotu zakupu jednak powiększoną o koszty kredytowania i koszty obsługi serwisowej niejednokrotnie po monopolistycznych stawkach. Większość poważnych kosztów eksploatacyjnych następuje w 3 roku eksploatacji a więc zazwyczaj po okresie standardowej gwarancji.

By Zamawiający ustrzegł się takiego działania prosimy o odpowiedź na pytania :

Czy koszty przeglądów okresowych (co 12 miesięcy) w okresie 2 letniej gwarancji + 2 lata po gwarancji i wymiany w tym okresie elementów wymaganych i zalecanych przez producenta mają być zawarte w cenie sprzedaży noszy ? .

Odpowiedź nr 14:

Zgodnie z SWZ - Zamawiający oczekuje wliczenia tych kosztów do kosztu zakupu noszy.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami w poniższej konfiguracji: Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, dwóch kasków (trzeci w kabinie kierowcy podwieszony przy suficie), różnych modeli krzesłek kardiologicznych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych, (urządzenie do kompresji klatki piersiowej, tzw. Masażer mocowany w specjalnym uchwycie w przedziale medycznym). Miejsce mocowania deski ortopedycznej musi umożliwiać mocowanie różnych modeli deski. Min. 2 półki mogące pomieścić plecak/torbę ratowniczą. Zamawiający dopuszcza miejsce montażu rezerwowych butli tlenowych w łatwo dostępnym miejscu w przedziale medycznym, na lewej oraz na prawej ścianie w tylnej części.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści zabudowę na lewej ścianie w poniższej konfiguracji: Na ścianie lewej 2 rzędy szyn wraz z czterema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ładowarka, ssak. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. - Uchwyt na dwie małe butle tlenowe 2l z możliwością szybkiego montażu i demontażu butli z pokrowcem i reduktorem. Zamawiający nie wymaga butli z akcesoriami.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 17:

W związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania dotyczące baterii w zaoferowanych noszach. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Prosimy o odpowiedź czy zaoferowane nosze muszą posiadać akumulator o pojemności zapewniającej co najmniej 50 cykli pracy podnoszenia noszy z pacjentem o wadze około 100 kg bez konieczności jego ładowania? Uzasadnienie; Mała pojemność akumulatora gwarantująca np. 16-18 cykli podnoszenia może w warunkach np. zdarzenia masowego i pracy w niskich temperaturach przez dłuższy czas doprowadzić do unieruchomienia noszy z powodu zbyt małego akumulatora. określenie minimalnej ilości cykli na poziomie min 50 podniesień z obciążeniem gwarantuje iż nosze wytrzymają dłuższy czas bez możliwości ich ładowania, zbyt mała pojemność akumulatora może w pewnych sytuacjach doprowadzić do konieczności wyłączenia noszy z pracy a średni czas ponownego

naładowania akumulatora wynosi około 4 godz w przypadku pełnego jego rozładowania , dlatego tak ważna jest odpowiednia pojemność baterii.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i nie określa parametrów w tym zakresie.

Pytanie nr 18:

Prosimy o odpowiedź czy zaoferowane nosze powinny posiadać możliwość wymiany systemu zasilania (akumulatora) bez konieczności wizyty serwisu tj możliwość wymiany przez personel medyczny bez użycia narzędzi ? . Uzasadnienie : Tylko taka funkcjonalność gwarantuje minimalną przerwę wynikającą z konieczności wymiany systemu zasilania w noszach elektrycznych

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ani nie oczekuje takiego rozwiązania.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część SWZ.**

Anna Koniec
Zastępca Dyrektora ds.
administracyjno-organizacyjnych

.....
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)