

Konin, 13.06.2023 r.

WSZ-EP-6/674/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-6/2023**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 14**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Treść pytania nr 1:**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 30:**

taśmę do leczenia nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, w plastikowej osłonce, jednorodną, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, wielkość porów max. 2314 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial, atraumatyczne brzegi cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez nici pozycjonujących,

**oraz**

2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej z ergonomiczną rączką, spiralne: prawa+lewa, do implantacji zasłonowej, bez skrzydełek, nie połączone z taśmą ?

**Uzasadnienie.**

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

*Sporządziła  
Elżbieta Marcinkowska  
Danuta Mudry-Kowalów*