

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.16.D.2022

Sochaczew, dnia 24.05.2022r

### **Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.16.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1. Zadanie 1, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu, który ze względu na wysoką zawartość alkoholu nie może być stosowany u wcześniaków i noworodków z niedojrzałą skórą, ponieważ może powodować oparzenia z powodu ograniczonej funkcji barierowej naskórka. W pozostałym zakresie zgodny z SWZ.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza.

**Pytanie 2. Zadanie 2, poz. 1** Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości stosowania w pionie żywieniowym dla preparatu w w/w pakiecie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 3. Zadanie 2 poz.1** Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Skład: 100g

preparatu zawiera: etanol - 45g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecyldimetyloamonu - 0,25g. Spektrum: B, F, Tbc, V(polio, adeno, BVDV, Vaccinia, noro, rota). Wyrób medyczny, opakowanie 1L

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 4. Zadanie 3, poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych, tworzyw sztucznych, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 5 L z dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 5. Zadanie 3, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści do oceny balsam typu olej w wodzie do regeneracji skóry rąk. Produkt zapewnia idealne nawilżenie skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, jest przeznaczony do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki, nie zawiera barwników. Produkt zawiera parafinum liquidum, glicerynę, pantenol (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), jest wzbogacony oliwą z oliwek. Kosmetyk, opakowanie 500 ml z fabrycznie zamontowanym systemem umożliwiającym dozowanie produktu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 6. Zadanie 5, poz. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniach a 5 kg? Proszę o potwierdzenie, że do wyliczeń należy przyjąć 1L = 1 kg.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 7. Zadanie 7, poz. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w rozmiarze 20 x 20 cm, konfekcjonowanych w opakowaniach a 220 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 8. Zadanie 7, poz. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w rozmiarze 14 x 18 cm, konfekcjonowanych w opakowaniach a 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9. Zadanie 7, poz. 2** W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę?

**Odpowiedź:** Proszę o wycenę ułamkowej ilości opakowań.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 27.05.2022 godzina 11:00, termin otwarcia na 27.05.2022r godzina 11:30 oraz termin związania ofertą na dzień 25.06.2022r

Z poważaniem