



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer i nazwa projektu: RPWP.01.01.00-30-0002/17 „Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

L. dz. DZP-338 /21

Poznań, dnia 15.06.21 r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**- platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-62/21** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę z instalacją mikroskopu fluoroscencyjnego z funkcją konfokalną wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego.**

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „Dostawa z instalacją mikroskopu fluorescencyjnego z funkcją konfokalną” ma na myśli moduł obrazowania konfokalnego oparty na układzie wymiennych siatek umożliwiający zastosowanie optymalnej grubości rejestrowanego obrazu w zależności od wykorzystywanego powiększenia i apertury numerycznej obiektywów – min. 3 siatki zmieniane w sposób automatyczny w procesie rejestracji obrazu, w zależności od wybranego powiększenia i apertury numerycznej obiektywu?

**Odpowiedź: Tak**

Dotyczy: Formularz ofertowy

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie kwoty oraz dodanie dodatkowej pozycji przedmiotu zamówienia z uwagi na konieczność zastosowania drugiej stawki VAT?

**Odpowiedź: Przyjmując, iż zadane pytanie dotyczy możliwości uwzględnienia w formularzu ofertowym konieczności zastosowania przez Wykonawcę dwóch stawek VAT odnośnie przedmiotu zamówienia, należy wskazać, iż Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w załączeniu zamieszcza zmieniony formularz ofertowy - załącznik nr 2.**

Dotyczy: załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia

3. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od konieczności zapewnienia sprzętu zastępczego i zapewnienia dostępności wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok.

PROPONUJEMY zmianę zapisu w załączniku 3 pkt VIII ppkt q

Dodatkowe informacje: Gwarancja producenta realizowana przez autoryzowany serwis. Gwarancja musi oferować przez cały okres: usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy; dostępność wsparcia technicznego w godzinach pracy serwisu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 przez cały rok (w języku polskim w dni robocze); dostęp do portalu technicznego producenta, mający na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki; w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmieniony załącznik nr 3 OPZ.**

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

DYREKTOR DS. ADMINISTRACJI

Za Zamawiającego Paweł Uruski

Opracowała: Sławomira Baranowska  
nr telefonu: 61 854 60 15  
e-mail: d-zp@ump.edu.pl