

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **ZAKUP AMBULANSU DLA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PIŁE IM. STANISŁAWA STASZICA**

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Szpital Specjalistyczny w Piłie informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

## 1. Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert:	1
liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:	0
liczba ofert wykluczonych:	0

## 2. Kryteria oceny:

LP.	OPIS KRYTERIUM OCENY	ZNACZENIE (%)
1.	cena brutto	60%
2	ocena techniczna	30%
3	termin dostawy	10%

## 3. Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY	CENA BRUTTO
BFF MEDFinance S.A., ul. Jana Kilińskiego 66; 90-118 Łódź	500 000,00 zł

Oferta spełniła wszystkie wymogi Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzymała ilość punktów wynikającą z sumowania punktów za poszczególne kryteria oceny. Łączna ilość zdobytych punktów – 100,00.

## 4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

WYKONAWCA	CENA BRUTTO	TERMIN DOSTAWY
BFF MEDFinance S.A.	500 000,00 zł	30 DNI
OCENA TECHNICZNA		
WYPOSAŻENIE POJAZDU		
Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów		TAK
Elektrycznie ogrzewana szyba przednia (nie poprzez nadmuch ciepłego powietrza)		TAK
Kurtyny powietrzne w kabinie kierowcy		TAK

<b>PRZEDZIAŁ MEDYCZNY</b>			
System przesuwu fotela u wezłowia noszy System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. Możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.			TAK
Wbudowane w zabudowę medyczną urządzenie do ciągłego oczyszczania powietrza metodą suchą np. poprzez filtrację. Oczyszczanie może być zastosowane podczas pracy personelu w przedziale medycznym.			TAK
<b>DEFIBRYLATOR</b>			
Ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii $\geq$ 400 zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J przekątna ekranu min. 8 cala			TAK
PUNKTACJA:	CENA BRUTTO	TERMIN DOSTAWY	OCENA TECHNICZNA
	60,00	10,00	30,00
	RAZEM:		100,00

W danym postępowaniu nie złożono innych ofert.

5. Informacja o terminie zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarte zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1a) ustawy Pzp.

